



Provveditorato Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

ALLEGATO 1

1. Oggetto

Denominazione dispositivo conosciuto: DEFIBRILLATORE INDOSSABILE

Canone di noleggio mensile oggi praticato nella ASST di Lecco : € 3.400,00 oltre IVA.

2. Caratteristiche

Il dispositivo dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici di seguito indicati ed essere conforme alle direttive europee e alle norme tecniche vigenti:

Requisiti essenziali del dispositivo medico:

- ✓ monitor
- ✓ cintura con elettrodi
- ✓ custodia
- ✓ due pacchi di batterie (batterie al litio per garantire 24 ore di funzionamento continuo)
- ✓ caricabatteria
- ✓ forma d'onda: esponenziale bifasica troncata
- ✓ energia erogata: da 75 a 150 joule (\pm 5%) a 20° C se scaricato in un carico resistivo di 50 ohm. Le impostazioni entro questo intervallo devono essere programmabili a incrementi di 25 joule
- ✓ impulsi per sequenza: fino a 5 shock per evento. La conversione dell'aritmia dopo una shock deve precludere automaticamente l'erogazione degli shock rimanenti. Una volta convertita con successo l'aritmia, il dispositivo deve resettarsi, consentendo una nuova sequenza di trattamento qualora venga rilevata un'altra aritmia
- ✓ interfaccia utente: modulo di allarme o monitor, che utilizza messaggi di testo, grafici e vocali insieme a messaggi sonori

Attività accessorie:

- ✓ attività di training al paziente su come indossare il dispositivo e il suo funzionamento
- ✓ fornitura di sistemi di monitoraggio remoto che permetta quotidianamente la trasmissione di tutti i dati registrati nel dispositivo, in modo da consentire il controllo del dispositivo da remoto

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lecco

Provveditorato Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

Resta ferma la possibilità per gli Operatori Economici di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative.

3. Servizi inclusi

Dovrà essere garantito un servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature fornite e/o delle singole componenti full risk omnicomprensivo.