



**PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI  
MONITOR DEFIBRILLATORI E DEFIBRILLATORI  
AUTOMATICI DAE**

**VERBALE DELLA 1° SEDUTA RISERVATA  
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

*16 giugno 2022*



In data odierna 16 giugno 2022 alle ore 16.15 la Commissione Giudicatrice della procedura aperta multilotto per l'aggiudicazione della fornitura di monitor defibrillatori e defibrillatori automatici DAE si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti:

- Ing. Caterina Gennaro – Direttore f.f. della U.O.C. Ingegneria Clinica – in qualità di Presidente della Commissione;
- Dott. Pietro Paolo Carboni – Responsabile U.O.S.D. Cardioanestesia e Cardiorianimazione Lecco – in qualità di Componente della Commissione;
- Dott.ssa Marta Costadoni – Coordinatore U.O.C. Pronto Soccorso Lecco – in qualità di componente della Commissione;

All'ordine del giorno vi sono:

- l'insediamento della Commissione Giudicatrice;
- la lettura delle regole di valutazione indicate nel documento di gara *Regole di Valutazione delle Offerte*;
- verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche tecniche minime prescritte dal *Capitolato Tecnico*;
- valutazione qualitativa delle offerte tecniche dei concorrenti.

#### PREMESSE

In apertura di seduta si ricorda il principio secondo cui la Commissione Giudicatrice deve operare con il plenum dei suoi componenti e non con la semplice maggioranza e che ai fini della tutela della segretezza delle offerte e della par condicio e trasparenza delle operazioni concorsuali, si raccomanda l'adozione di particolari cautele per la riservatezza delle procedure di valutazione e della documentazione presentata.

La procedura è espletata mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel e pertanto la valutazione avverrà su documentazione in formato elettronico, conservata all'interno del portale sopra citato. La segretezza della documentazione è garantita dal sistema informatico di ARCA, al quale è possibile accedere soltanto mediante autenticazione con user e password.

Tutti i componenti hanno già sottoscritto, prima della nomina, la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione allo svolgimento dell'incarico di componente/presidente della Commissione Giudicatrice.

Si ricorda inoltre la necessità di svolgere l'attività di valutazione tecnica nel rispetto e nei tempi previsti dalla normativa vigente e dalle regole aziendali.

Nello specifico: *"con riferimento all'attività di competenza della Commissione Giudicatrice i tempi monitorati e definiti da questa Amministrazione prevedono che il procedimento di valutazione*



*offerte e aggiudicazione provvisoria della procedura di gara deve concludersi entro 180 gg. dall'approvazione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice" (la determina di nomina della Commissione è datata 27 maggio 2022).*

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:

- **Offerta economica 30/100**
- **Offerta tecnica 70/100**

osservando la seguente procedura:

con riferimento all'offerta economica:

All'offerta economica con l'importo presunto più basso, rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta (iva esclusa), verranno attribuiti 30 punti; alle offerte economiche con importo annuo superiore verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale sulla base della formula indicata nel paragrafo di seguito riportato "assegnazione punteggi".

con riferimento all'offerta tecnica:

L'offerta tecnica, presentata da ciascun concorrente, sarà esaminata e valutata, antecedentemente all'apertura dell'offerta economica, da un'apposita Commissione Giudicatrice, la quale attribuirà, a suo insindacabile giudizio, un voto medio compreso tra 0 e 10; calcolato nel seguente modo:

- con riferimento ai parametri e ai criteri motivazionali di seguito descritti, verrà attribuito da ciascun componente della Commissione Giudicatrice, un giudizio sintetico a cui corrisponde un voto compreso da 0 a 10;
- successivamente la Commissione Giudicatrice calcolerà la media dei voti assegnati dai singoli componenti per ogni parametro.

Si specifica che, in caso di assenza di documenti per il parametro di riferimento, la Commissione Giudicatrice assegnerà il voto 0 (ad esempio in mancanza della Relazione post-vendita e assistenza tecnica al cliente).

Si determinerà quindi il **punteggio qualità** dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, calcolando la media ponderata tra i voti ottenuti dalla stessa nei vari parametri e sotto parametri a cui sono assegnati i pesi specificati nella tabella seguente:



- **Lotto 1 fornitura di n. 10 monitor defibrillatori di alta fascia**

PARAMETRO	PESO
<b>A Caratteristiche Tecniche Generali</b>	<b>80</b>
A.1 Caratteristiche del sistema di monitoraggio (caratteristiche del display, n. tracce visibili, parametri rilevati e visualizzati, etc.)	25
A.2 Maneggevolezza (peso, resistenza agli urti, IP, modalità di trasporto (maniglie, borse), etc.)	20
A.3 Caratteristiche della defibrillazione (tipologia onda, scariche, guida vocale, disposizione tasti per scarica, etc.)	20
A.4 Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste	15
<b>B Garanzia</b>	<b>20</b>
B.1 Estensione periodo di garanzia	20

- **Lotto 2 fornitura di n. 4 monitor defibrillatori di media fascia**

PARAMETRO	PESO
<b>A Caratteristiche Tecniche Generali</b>	<b>80</b>
A.1 Caratteristiche del sistema di monitoraggio (caratteristiche del display, n. tracce visibili, parametri rilevati e visualizzati, etc.)	25
A.2 Maneggevolezza (peso, resistenza agli urti, IP, modalità di trasporto (maniglie, borse), etc.)	20
A.3 Caratteristiche della defibrillazione (tipologia onda, scariche, guida vocale, disposizione tasti per scarica, etc.)	20
A.4 Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste	15
<b>B Garanzia</b>	<b>20</b>
B.1 Estensione periodo di garanzia	20

- **Lotto 3 fornitura di n. 7 monitor defibrillatori di bassa fascia**

PARAMETRO	PESO
<b>A Caratteristiche Tecniche Generali</b>	<b>80</b>
A.1 Caratteristiche del sistema di monitoraggio (caratteristiche del display, n. tracce visibili, parametri rilevati e visualizzati, etc.)	25
A.2 Maneggevolezza (peso, resistenza agli urti, IP, modalità di trasporto (maniglie, borse), etc.)	20
A.3 Caratteristiche della defibrillazione (tipologia onda, scariche, guida vocale, disposizione tasti per scarica, etc.)	20
A.4 Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste	15
<b>B Garanzia</b>	<b>20</b>
B.1 Estensione periodo di garanzia	20



## - Lotto 4 fornitura di n. 10 defibrillatori automatici DAE

PARAMETRO	PESO
<b>A Caratteristiche Tecniche Generali</b>	<b>70</b>
A.1 Caratteristiche dell'interfaccia	20
A.2 Maneggevolezza (peso, resistenza agli urti, IP, modalità di trasporto (maniglie, borse), etc.)	15
A.3 Caratteristiche della defibrillazione (tipologia onda, scariche, guida vocale, disposizione tasti per scarica, riconoscimento tipo paziente, etc.)	25
A.4 Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste	10
<b>B Garanzia</b>	<b>30</b>
B.1 Estensione periodo di garanzia	30

A ciascun sotto-parametro sarà assegnato un voto (da 0 a 10) sulla base di riscontri documentali e della campionatura, laddove richiesta.

Per determinare il "voto medio ponderato qualità" verrà applicata la seguente formula:

voto medio ponderato (espresso in decimi) =

LOTTO 1:

$$A1 \times 25 + A2 \times 20 + A3 \times 20 + A4 \times 15 + B1 \times 20$$

100

LOTTO 2:

$$A1 \times 25 + A2 \times 20 + A3 \times 20 + A4 \times 15 + B1 \times 20$$

100

LOTTO 3:

$$A1 \times 25 + A2 \times 20 + A3 \times 20 + A4 \times 15 + B1 \times 20$$

100

LOTTO 4:

$$A1 \times 20 + A2 \times 15 + A3 \times 25 + A4 \times 10 + B1 \times 30$$

100

**ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

Per ciascun lotto, al concorrente idoneo che in sede di valutazione qualitativa avrà ottenuto il voto medio ponderato più alto saranno attribuiti 70 punti ed agli altri concorrenti punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità concorrente considerato} = 70x \frac{\text{voto assegnato in decimi al concorrente considerato}}{\text{miglior voto assegnato in decimi}}$$

Al concorrente che avrà proposto l'offerta con il miglior prezzo, verranno attribuiti 30 punti e ai prezzi degli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità concorrente considerato} = 30x \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo concorrente considerato}}$$

**VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA DAI CONCORRENTI**

Entro i termini previsti sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

- per il lotto 1 – fornitura di n. 10 monitor defibrillatori di alta fascia:
  - SOLMED SRL;
  - ZOLL MEDICAL ITALIA SRL;
  - STRYKER ITALIA SRL S.U.;
- per il lotto 2 – fornitura di n. 4 monitor defibrillatori di media fascia:
  - SOLMED SRL;
- per il lotto 3 – fornitura di n. 7 monitor defibrillatori di bassa fascia:
  - SOLMED SRL;
  - SIDEM SPA;
- per il lotto 4 – fornitura di n. 10 defibrillatori automatici DAE:
  - A.M.I. ITALIA S.R.L.;
  - ZOLL MEDICAL ITALIA SRL;
  - STRYKER ITALIA SRL S.U.;

La Commissione Giudicatrice verifica che la documentazione tecnica presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti corrisponda esattamente a quella richiesta dai documenti di gara. **L'esito di tale verifica è positivo per tutti gli operatori economici.**



La Commissione avvia la verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione previste nel Capitolato Tecnico.

La Commissione, alle ore 18.15, decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata, fissata per il 17 giugno 2022.

Lecco, 16 giugno 2022

Il Presidente della Commissione – Ing. Caterina Gennaro

I Componenti:

Dott. Pietro Paolo Carboni

Dott.ssa Marta Costadoni