



**PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI
MONITOR DEFIBRILLATORI E DEFIBRILLATORI
AUTOMATICI DAE**

**VERBALE DELLA 2° SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

17 giugno 2022

Handwritten signatures in blue ink.



In data odierna 17 giugno 2022, alle ore 9.00 la Commissione Giudicatrice della procedura aperta multilotto per l'aggiudicazione della fornitura di monitor defibrillatori e defibrillatori automatici DAE si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti:

- Ing. Caterina Gennaro – Direttore f.f. della U.O.C. Ingegneria Clinica – in qualità di Presidente della Commissione;
- Dott. Pietro Paolo Carboni – Responsabile U.O.S.D. Cardioanestesia e Cardiorianimazione Lecco – in qualità di Componente della Commissione;
- Dott.ssa Marta Costadoni – Coordinatore U.O.C. Pronto Soccorso Lecco – in qualità di componente della Commissione;

All'ordine del giorno vi sono:

- la conclusione della verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche tecniche minime prescritte dal *Capitolato Tecnico*;
- l'avvio della valutazione qualitativa delle offerte tecniche dei concorrenti.

VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PRESCRITTE NEL CAPITOLATO TECNICO

La Commissione procede con la verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione previste nel Capitolato Tecnico.

In seguito all'analisi della documentazione presentata, emerge la necessità di richiedere i seguenti chiarimenti ai concorrenti:

LOTTO 1 – Monitor Defibrillatore Alta Fascia

Offerente: Stryker Italia SRL SU

- 1) In riferimento alla caratteristica tecnica di minima "Con batteria di durata elevata e dotato di batteria di backup con stazione di ricarica", si chiede di esplicitare il numero totale di batterie offerte, confermando o meno la presenza delle batterie di backup. Infatti, mentre nel documento "Allegato A" viene confermata la presenza della batteria di backup, nel documento "Configurazione senza prezzi" viene indicata quantità 10 per le batterie (n. 1 per monitor defibrillatore).
- 2) Si chiede di esplicitare il "tempo massimo di fermo macchina anno stimato (giorni lavorativi) e il riferimento del documento.

Tutti gli offerenti

- 1) Si chiede di esplicitare la compatibilità dei monitor defibrillatori offerti "con l'uso in sale diagnostiche, con apparecchiature radiologiche" ed eventualmente di indicare il documento e il paragrafo di riferimento.



LOTTO 3 – Monitor Defibrillatore Bassa Fascia

Offerente: Solmed Srl

- 1) In riferimento alla caratteristica tecnica minima “predisposto alla rilevazione dell’EtCO2” si chiede di chiarire il significato dell’offerta “Sì, mediante upgrade”.

La Commissione stabilisce di inoltrare i chiarimenti al RUP e di chiedere un riscontro ai concorrenti entro venerdì 24 giugno 2022.

Si rimanda quindi l’esito definitivo della verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione previste nel Capitolato Tecnico alla successiva seduta riservata, prevista per il 28 giugno 2022.

La seduta si conclude alle ore 11.00.

Lecco, 17 giugno 2022

Il Presidente della Commissione – Ing. Caterina Gennaro

I Componenti:

Dott. Pietro Paolo Carboni

Dott.ssa Marta Costadoni