



**Provveditorato-Economato**

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremito 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

# **1° VERBALE RIUNIONI COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE TECNICA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PACCHI PROCEDURALI STERILI**

In data odierna 16 dicembre 2020 alle ore 11, la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per la fornitura di pacchi procedurali sterili (di seguito denominata Commissione) si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti il Presidente della Commissione, Elena Spreafico, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia della ASST di Lecco, e gli ulteriori commissari, Paola Ciceri, Infermiera della U.O.S. Dipartimentale Cardiologia Interventistica del PO di Lecco e Domenico Colombo, Coordinatore Infermieristico del Dipartimento Emergenza Urgenza U.O.C. di Pronto Soccorso del PO di Lecco.

La Commissione riepiloga e prende atto del lavoro svolto.

Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice hanno consegnato alla U.O.C. Provveditorato – Economato la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice, debitamente compilata e sottoscritta, e accompagnata dalla copia del documento di identità.

La Commissione si è riunita in seduta riservata nelle seguenti date:

2 ottobre 2019, 30 ottobre 2019, 12 novembre 2019, 17 dicembre 2019, 4 febbraio 2020, 13 ottobre 2020, 16 novembre 2020 ed ha operato sempre nel plenum dei suoi componenti e non con la semplice maggioranza. Ai fini della tutela della segretezza delle offerte e della par condicio e trasparenza delle operazioni concorsuali, la Commissione ha adottato tutte le necessarie cautele per la riservatezza delle procedure di valutazione e della documentazione presentata.

A causa della situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che ha visto coinvolti in prima linea tutti i componenti della Commissione, non è stato possibile rispettare i termini inizialmente programmati per lo svolgimento delle attività, con interruzione dei lavori dal 2 febbraio al 13 ottobre 2020.





**Provveditorato-Economato**

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti  
Via dell'Eremito 9/11, 23900 Lecco  
Tel. 0341.489049  
Fax 0341.489059  
e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

Quanto sopra, oltre a interrompere l'attività demandata, ha comportato:

- a) La richiesta da parte dell'ufficio gare dell'ASST di Lecco ai concorrenti offerenti di confermare la proroga della validità dell'offerta presentata;
- b) La necessità di utilizzare in emergenza la campionatura pervenuta per i lotti 1, 2, 3 e 4, per approvvigionare gli operatori dei reparti con degenti malati di COVID, dei camici contenuti nei pacchi. Della campionatura dei lotti sopra citati è stato conservato intatto il campione primario di ogni pacco offerto mentre i rimanenti sono stati privati dai camici per la finalità di cui sopra e conservati con il restante materiale contenuto.

Con riferimento al punto a) si dà evidenza, come da mail dell'ufficio gare del 14 dicembre che il concorrente Lohmann & Rauscher S.r.l. non ha confermato la proroga della validità dell'offerta presentata per il lotto 1 \_ Pacco procedurale sterile per emodinamica

**RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI TECNICHE LOTTI DA 1 A 4:**

Non essendo più disponibile la campionatura integra come spiegato sopra, per ridurre il numero di campioni ulteriori da richiedere ai concorrenti, la Commissione ha analizzato la documentazione tecnica presentata dai concorrenti per verificare la corrispondenza con quanto chiesto nel capitolato, tenendo conto delle tolleranze indicate nei chiarimenti e delle caratteristiche richieste che prevedono l'esclusione dell'offerta tecnica.

Come riassunto nell'allegato 1 del presente verbale, la Commissione ha verificato che i concorrenti di seguito indicati hanno presentato documentazione tecnica in cui sono descritti prodotti difformi da quanto chiesto con lex specialis per requisiti tecnici a pena di esclusione e pertanto non possono essere ammessi alle successive fasi di valutazione:

Lotto 1: Ab Medica, CAM Hospital, Cardiva Italia, Deltamed, Med Italia, Novamedisan

Lotto2: Ab Medica, Cardiva Italia, Deltamed, Med Italia

Lotto 3: Ab Medica, B.Braun, Cardiva Italia, Deltamed, Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituenti

Con riferimento ai pacchi offerti dai restanti concorrenti, nello specifico:

LOTTO 1: Betatex S.p.A., Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituenti, GS Medical S.r.l., Mediberg S.r.l. e Svas Biosana S.p.A.

LOTTO 2: Betatex S.p.A., Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituenti e Svas Biosana S.p.A.

LOTTO 3: Betatex S.p.A., Novamedisan S.r.l. e Svas Biosana S.p.A.

LOTTO 4: Betatex S.p.A., Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituenti, MED-ITALIA, Novamedisan S.r.l., Svas Biosana S.p.A.

in virtù di quanto previsto nella lex specialis, ossia:

*“Le imprese concorrenti possono essere invitate dall'Amministrazione a fornire ulteriore campionatura che si rendesse necessaria per la verifica dei prodotti. Anche in questo caso la ditta dovrà far pervenire quanto richiesto entro la data e presso il luogo che verranno indicati.”*

la Commissione decide di chiedere ai concorrenti nuova campionatura sterile (o, se non disponibile, non sterile) nella quantità di almeno n. 02 pacchi. Analizzando i campioni forniti, la Commissione potrà verificare in via definitiva la rispondenza al capitolato. In seguito a questo, verrà chiesta, se necessaria, ulteriore campionatura sterile idonea ad essere sottoposta alla prova in uso

**Provveditorato-Economato**  
 Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti  
 Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco  
 Tel. 0341.489049  
 Fax 0341.489059  
 e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

**RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI TECNICHE LOTTI DA 5 A 9:**

**🚩 LOTTO 5: PACCO PROCEDURALE STERILE PER PROCEDURE INVASIVE**

La Commissione conclusa l'analisi della documentazione tecnica dell'unico offerente Betatex S.p.A., esaminata la campionatura offerta e verificata la presenza dei requisiti tecnici generali e minimi richiesti in capitolato, decide in data odierna, la consegna al reparto di Emodinamica Lecco dei campioni per la prova in uso.

Alla luce dei parametri e dei requisiti previsti, con riferimento ai punti A\_CARATTERISTICHE TECNICHE, C\_SERVIZIO POST- VENDITA E ASSISTENZA TECNICA AL CLIENTE E D\_RELAZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, delle Regole di valutazione delle offerte e campionatura, la Commissione decide i seguenti voti e giudizi tecnici assegnati all'unanimità:

BETATEX SPA Cod. prodotto offerto SF3028SE		ELENA SPREAFFICO		PAOLA CICERI		DOMENICO COLOMBO	
A_CARATTE RISTICHE TECNICHE	PESO	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A1 Caratteristiche tecniche dei teli	6	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
A2 Caratteristiche tecniche dei ferri monouso	9	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
A3 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	5	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
A4 Confezionamento e resistenza involucro esterno	5	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
A5 Etichettatura	5	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	adeguato	6	adeguato	6	adeguato	6
D Relazione sostenibilità ambientale	5	adeguata	6	adeguata	6	adeguata	6



**Proveditorato-Economato**  
 Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti  
 Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco  
 Tel. 0341.489049  
 Fax 0341.489059  
 e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

**🚩 LOTTO 6: PACCO PROCEDURALE STERILE PER CVC DIALISI**

La Commissione, conclusa l'analisi della documentazione tecnica dell'unico offerente Betatex S.p.A. esaminata la campionatura offerta e verificata la presenza dei requisiti tecnici generali e minimi richiesti in capitolato, in data 31 ottobre 2019, ha consegnato al reparto di nefrologia e dialisi i campioni per la prova in uso.  
 Conclusasi la prova in uso, alla luce dei parametri e dei requisiti previsti dal Regolamento di gara, la Commissione decide i seguenti voti e giudizi tecnici assegnati all'unanimità:

BETATEX SPA Cod. prodotto offerto SF3029SE		ELENA SPREAFICO		PAOLA CICERI		DOMENICO COLOMBO	
	PESO	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A_CARATTERI STICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A2 Caratteristiche tecniche dei ferri monouso	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A3 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A4 Confezionamento e resistenza involucro esterno	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A5 Etichettatura	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B2 Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B3 Caratteristiche dei ferri monouso	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B4 Caratteristiche degli altri componenti del set	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	adeguato	6	adeguato	6	adeguato	6

**Provveditorato-Economato**  
Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti  
Via dell'Eremito 9/11, 23900 Lecco  
Tel. 0341.489049  
Fax 0341.489059  
e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

D Relazione sostenibilità ambientale	5	adeguata	6	adeguata	6	adeguata	6
--	---	----------	---	----------	---	----------	---

**🚩 LOTTO 7: PACCO PROCEDURALE STERILE PER SUTURA/ACCESSI VASCOLARI**

La Commissione, conclusa l'analisi della documentazione tecnica, esaminata la campionatura offerta dai concorrenti Cam Hospital S.r.l. e Betatex S.p.A. rileva che il "Telo SMS 75 x 90 cm con foro Ø 10 cm con adesivo e rinforzo assorbente" contenuto nel pacco offerto dal concorrente Cam Hospital S.r.l. non è conforme a quanto chiesto in quanto non è rotondo, ma ovale ed inoltre è privo di rinforzo.

La Commissione ha deciso quindi di escludere il concorrente Cam Hospital S.r.l. dalle successive fasi di valutazione e in data 12 novembre 2019 ha consegnato alla U.O.C. di Pronto Soccorso del PO di Lecco i campioni per la prova in uso del solo concorrente Betatex S.p.A.


Conclusasi la prova in uso, alla luce dei parametri e dei requisiti previsti dal Regolamento di gara, la Commissione decide i seguenti voti e giudizi tecnici assegnati all'unanimità:

BETATEX SPA		ELENA SPREAFFICO		PAOLA CICERI		DOMENICO COLOMBO		
Cod. prodotto offerto SF3030SE	PESO	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	
A_CARATTERI STICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli	6	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A2 Caratteristiche tecniche dei ferri monouso	9	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A3 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	5	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A4 Confezionamento e resistenza involucro esterno	5	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
	A5 Etichettatura	5	idoneo	6	idoneo	6	idoneo	6
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	10	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B2 Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	20	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B3 Caratteristiche dei ferri monouso	20	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B4 Caratteristiche degli altri componenti del set	10	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	adeguata	6	adeguata	6	adeguata	6



**Proveditorato-Economato**  
Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti  
Via dell'Ereмо 9/11, 23900 Lecco  
Tel. 0341.489049  
Fax 0341.489059  
e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

D Relazione sostenibilità ambientale	5	adeguata	6	adeguata	6	adeguata	6
--	---	----------	---	----------	---	----------	---

 **LOTTO 8 PACCO PROCEDURALE STERILE PER POSIZIONAMENTO PICC NEONATALI**  
La Commissione, conclusa l'analisi della documentazione tecnica dell'unico offerente Betatex S.p.A. esaminata la campionatura offerta e verificata la presenza dei requisiti tecnici generali e minimi richiesti in capitolato, in data 4 ottobre 2019, ha consegnato al reparto di Terapia intensiva neonatale i campioni per la prova in uso.  
Conclusasi la prova in uso, alla luce dei parametri e dei requisiti previsti dal Regolamento di gara, la Commissione decide i seguenti voti e giudizi tecnici assegnati all'unanimità:

BETATEX SPA Cod. prodotto offerto SF3031SE	ELENA SPREAFICO		PAOLA CICERI		DOMENICO COLOMBO	
	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A_CARATTERI STICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli	6	idoneo	6	idoneo	6
	A2 Caratteristiche tecniche dei ferri monouso	9	idoneo	6	idoneo	6
	A3 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	5	idoneo	6	idoneo	6
	A4 Confezionamento e resistenza involucri esterno	5	idoneo	6	idoneo	6
	A5 Etichettatura	5	idoneo	6	idoneo	6
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	10	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B2 Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	20	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B3 Caratteristiche dei ferri monouso	20	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	B4 Caratteristiche degli altri componenti del set	10	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8	La prova in uso è risultata più che soddisfacente	8
	C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	adeguato	6	adeguato	6

**Provveditorato-Economato**

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

D Relazione sostenibilità ambientale	5	adeguata	6	adeguata	6	adeguata	6
--	---	----------	---	----------	---	----------	---

**🚩 LOTTO 9: PACCO PROCEDURALE STERILE PER CATETERISMO VESCICALE\_LC**

La Commissione, conclusa l'analisi della documentazione tecnica dell'unico offerente Fe. Ma. S.r.l. in RTI costituenti, esaminata la campionatura offerta, rileva che la sequenza dei prodotti che si presentano all'apertura del pacco non è quella richiesta e pertanto esclude il concorrente dalle successive fasi di valutazione

Al termine, la Commissione decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata che verrà fissata non appena saranno disponibili i campioni aggiuntivi richiesti


Null'altro essendo in discussione, la riunione si conclude alle ore 12.30

Lecco, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



I COMPONENTI





ALLEGATO 1 al verbale

	AB MEDICA SPA	BETATEX S.P.A.	CAM HOSPITAL SRL	CARDIVA ITALIA SRL	DELTA MED SPA	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI	GS MEDICAL SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MEDIBERG SRL	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL
--	---------------	----------------	------------------	--------------------	---------------	----------------------------------	----------------	------------------------	--------------	-----------------------------

Siringa da 5 ml cono centrale	1	x	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Siringa da 10 ml cono centrale	1	x	x	x	x	x	verificare, dalla figura sembra luer lock	verificare, dalla figura sembra luer lock	x	x
Siringa da 10 ml Luer Lock con codice colore rosso	1	x	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Aghi da 18 G x 1 1/2" (40mm) o 19G x 1 1/2" (40mm)	2	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Ago da 25 G x 5/8" (16mm)	1	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Spugnette da 15 cm per disinfezione cute	2	16cm	non riportata lunghezza	x	5x20	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	non riportata lunghezza	x	x
Bisturi monouso figura 11	1	x	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Telo tavolo madre 140 x 190 cm circa grammatura 65 g/mq	1	152X191	non riportata grammatura	non indicate le dimensioni	152X191	160X190	la ST riporta le nostre descrizioni.	150X190	x	150x200
Garnice mis. L con salviettina asciugamani e avvolto in involucro TNT.	1	non dichiarate le misure	pare non rinforzato	x	x	non dichiarate le misure	la ST riporta le nostre descrizioni.	ok le lunghezze ma non indicata la taglia	x	non dichiarate le misure
Garnice mis. XL con salviettina asciugamani e avvolto in involucro TNT.	1	non dichiarate le misure	x	x	x	non dichiarate le misure	la ST riporta le nostre descrizioni.	ok le lunghezze ma non indicata la taglia	x	non dichiarate le misure
Garze idrofile cotone 7,5 x 7,5 cm 16 strati titolo 20	50	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	Documentazione non univoca	non indicato TITOLO	la ST riporta le nostre descrizioni.	non indicato TITOLO	x	x
Cuffie copristrumenti di brillantezza Ø 90 cm	2	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	Ø 91 cm	Ø 90 cm + o - 5%	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Cuffie copri paratia rettangolare 75 x 90 cm	2	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	76x91	75x90 cm + o - 5%	la ST riporta le nostre descrizioni.	cuffia rotonda 80x90	x	x
Catino da 6000 ml	1	non dichiarato il volume	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Telo angioradiale con 2 fori radiali e 2 fori femorali. Dimensioni del telo 240 x 350 cm circa con banda trasparente da entrambi i lati	1	240X380 non risultano i fori da scheda tecnica	240X360 ok con tolleranza verificare la posizione dei fori e banda trasparente	225X360	240X380	230X350	la ST riporta le nostre descrizioni.	240X335	240X360	x
Ciotola da 250 ml	1	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Ciotola da 250 ml differenziata con colore ROSSO	1	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Ciotola da 500 ml	1	?	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Arcella reniforme da almeno 700 ml per smaltimento	1	x	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.	x	x	x
Telo copripertineale 75 x 30 cm circa con banda adesiva sul lato corto	1	quanto pubico?	x	ogni prodotto richiama la singola ST dove ci sono più codici prodotto	x	35x50	la ST riporta le nostre descrizioni.	20x40	x	x

NON PROSEGUE

PROSEGUE

NON PROSEGUE

NON PROSEGUE

NON PROSEGUE

PROSEGUE

PROSEGUE

offerta non confermata

PROSEGUE

NON PROSEGUE





qta'

	AB MEDICA SPA	BETATEX SPA	CARDIVA ITALIA SRL	DELTA MED SPA	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	SVAS BIOSANA SPA
Siringa da 20 ml cono eccentrico, ago 21 Gx1 ½	2	non indicato se eccentrico	x	non chiaro se gli aghi sono montati	non chiaro se gli aghi sono montati	x	x
Siringa da 10 ml cono centrale, ago 21 Gx1 ½	2	non indicato il cono	x	non chiaro se gli aghi sono montati	non chiaro se gli aghi sono montati	x	x
Spugnetta da 15 cm per disinfezione cute	3	16cm	non riportata lunghezza	x	5x20	x	x
Bisturi monouso figura 11	1	x	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Telo tavolo madre 140 x 190 cm circa grammatura 65 g/mq	1	152X191	non riportata la grammatura	152x191	160x190	150x200	la ST riporta le nostre descrizioni.
Camice mis. L con salvietta asciugamani	1	non dichiarate le misure	pare non rinforzato	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Camice mis. XL con salvietta asciugamani	1	non dichiarate le misure	pare non rinforzato	x	non dichiarate le misure	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Garze idrofile cotone 7,5 x 7,5 cm 16 strati titolo 20	20	non indicato titolo	x	non indicato titolo	non indicato titolo	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Cuffia copri strumenti di brillantezza / coprisciallica Ø 90 cm	1	x	x	verificare dimensione	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Cuffie copri paratia rettangolare 75 x 90 cm	1	76x91	x	76x91	da verificare le misure	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Cuffie copri paratia rettangolare 110 x 110 cm	1	107x117	x	x	da verificare le misure	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Catino da 6000 ml	1	non indicato volume	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Telo paziente con 2 fori femorali Ø 15 cm compresa la parte adesiva. Dimensioni del telo 220 x 330 cm circa con bande laterali completamente trasparenti	1	221x343	x	226x343	240x340	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Ciotola da 500 ml	2	non indicato volume	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Arcella reniforme da almeno 700 ml per smaltimento	1	x	x	x	x	x	la ST riporta le nostre descrizioni.
Telo copripérineale 75 x 30 cm circa con banda adesiva sul lato corto	1	guanto pubblico?	x	x	35x50	x	la ST riporta le nostre descrizioni.

NON PROSEGUE

PROSEGUE

NON PROSEGUE

NON PROSEGUE

PROSEGUE

NON PROSEGUE

PROSEGUE

elmu  
88

	AB MEDICA SPA	B. BRAUN MILANO S.P.A.	BETATEX SPA	CARDIVA ITALIA SRL	DELTA MED SPA	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	SVAS BIOSANA SPA
Siringa da 20 ml cono eccentrico	1 non chiaro se cono eccentrico	non chiaro se cono eccentrico	x	x	x	x	x	x
Siringa da 20 ml Luer lock	1 x	x	x	x	x	x	x	x
Siringa da 10 ml cono eccentrico, ago 22 G	1 x	probabilmente aghi non montati	x	probabilmente aghi non montati	probabilmente aghi non montati	x	x	x
Siringa da 10 ml Luer lock	2 x	x	x	x	x	x	x	x
Spugnetta da 15 cm per disinfezione cute	4 16cm	x	non indicata lunghezza manico	x	5x20	x	non indicata lunghezza manico	x
Bisturi monouso figura 11	1 x	x	x	x	x	x	x	x
Telo tavolo madre 150 x 190 cm circa grammatura 65 g/mq	1 152X191	150x200	150x190	152x191	160x190	140x190	150x190 circa	x
Camice mis. XL con salviettina asciugamani	1 x	non chiaro se c'è salviettina	pare non rinforzato	2 salviettine	x	non rinforzato	non chiaro se rinforzato	non chiaro se rinforzato
Salviettine asciugamani	2 x	indicate 3	totale n 4 non chiaro il posizionamento	x	x	x	x	x
Garze idrofile cotone 7,5 x 7,5 cm 16 strati titolo 20	40 non indicato il titolo	12 strati non indicato titolo	x	non indicato il titolo	non indicato il titolo	non indicato il titolo	non indicato il titolo	x
Cuffia copri strumenti di brillantezza / coprisciallitica Ø 90 cm	1 x	non chiaro se è rotonda (due dimensioni e non diametro)	x	91	x	x	x	x
Cuffie copri paratia rettangolare 110 x 95 cm circa	1 107x102	110x130	110x95	112x91	110x110	x	x	x
Catino da 6000 ml	1 non chiara capienza	x	x	x	x	x	x	x
Telo paziente con 2 fori femorali Ø 15 cm compresa la parte adesiva. Dimensioni del telo 220 x 330 cm circa con bande laterali completamente trasparenti	1 non chiara la presenza dei fori 321x343 Tolleranze da 213,4 a 226,6 320,1 a 339,9	non chiara la presenza dei fori, della parte adesiva e delle bande laterali 221x343	x	non chiara la presenza della parte adesiva 226x343	diametro foro 9 240x340	220x330	x	x
	1 non chiara capienza	x	x	x	x	x	x	x
	1 x	x	x	x	x	x	x	x
	1 da 100	x	x	x	x	x	x	x
	1 x	non chiaro il volume	x	x	da 800	x	x	x

NON PROSEGUE

NON PROSEGUE

PROSEGUE

NON PROSEGUE

NON PROSEGUE

NON PROSEGUE

PROSEGUE

PROSEGUE

EU  
ASPO



LOTTO 4 PACCO PROCEDURALE STERILE PER PACE MAKER_LC					
	BETATEX SPA	FE. MA SRL IN RTI COSTITUENDI	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	SVAS BIOSANA SPA
	qta'				
Telo tavolo madre 140 x 190 cm circa grammatura 65 g/mq	1	telo per copertura tavolo madre è quello che svolge il kit non indicata la grammatura	non indicata la grammatura	x	x
Telo pace maker con 2 fori rettangolari lato 15 x 27 cm circa. Dimensioni del telo 220 x 340 circa cm con bande laterali completamente trasparenti	1	x	x	mancano indicazioni telo	x
Camice misura S vedere nota 1	1	non chiaro se rinforzato	non chiaro se rinforzato	non chiaro se rinforzato	x
Camice misura L vedere nota 1	1	non chiaro se rinforzato	non chiaro se rinforzato	non chiaro se rinforzato	x
Garze idrofile radiopache cotone 10 x 60 cm 8 strati titolo 20	10	non indicato il titolo	x	non indicato il titolo	x
Siringhe da 20 ml cono eccentrico, ago 21Gx1 ½	2	non chiaro se cono eccentrico	x	x	x
Siringa da 10 ml cono eccentrico, ago 21Gx1 ½	1	non chiaro se cono eccentrico	x	x	x
Arcella da 700 ml per raccolta rifiuti	1	x	x	x	x
Bisturi monouso figura 10	1	x	x	x	x
Vaschetta di contenimento quadrata o rettangolare dimensioni circa 42 x 32 cm, altezza minimo 3 cm	1	30x40x10	x	non indicate le dimensioni	x
Filo di sutura sintetica, viola, assorbibile, intrecciata, rivestita, composta da acido poliglicolico, calibro 3-0 lunghezza 70cm con ago HR26 montato, punta cilindrica	1	ago da 27 mm verificare corrispondenza	x	verificare ago	verificare ago
Spugnette da 15 cm per disinfezione cute	2	non indicata la lunghezza	x	x	x
Cuffia copri paratia dimensioni 110 x 110 cm	1	x	x	100x110	x
Cuffia copri scialtica diametro 90 cm	1	x	x	x	x
cuffia copri paratia dimensioni 75 x 90 cm	1	x	x	75x75?	x

PROSEGUE

PROSEGUE

PROSEGUE

PROSEGUE

PROSEGUE

Handwritten signatures and initials.