



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PORTATILE
PER RADIOSCOPIA DA DESTINARSI AI
BLOCCHI OPERATORI DEL P.O. DI LECCO PER
UN PERIODO DI 36 MESI (CIG 92893527C5)
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA
RISERVATA**

22 settembre 2022



In data odierna 22 settembre 2022 alle ore 14:00 la Commissione Giudicatrice della "procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di un portatile per radioscopia da destinarsi ai Blocchi Operatori del P.O. di Lecco per un periodo di 36 mesi" si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti:

- ing. Caterina Gennaro, Direttore f.f. della S.C. Ingegneria Clinica, nel ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice,
- dott. Paolo Faccioli, Direttore della S.C. Radiologia Lecco, nel ruolo di Componente della Commissione Giudicatrice,
- dott.ssa Giulia Sangalli, Dirigente Fisico della S.S.D. Fisica Sanitaria, nel ruolo di Componente della Commissione Giudicatrice.

All'ordine del giorno vi è l'avvio delle attività di verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte dai concorrenti alle caratteristiche tecniche minime prescritte dal Capitolato Tecnico.

VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PRESCRITTE NEL CAPITOLATO TECNICO

La Commissione inizia la verifica della rispondenza delle apparecchiature offerte dai concorrenti alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione previste nel Capitolato Tecnico.

Al termine della valutazione preliminare, la Commissione decide di inoltrare al R.U.P. le seguenti richieste di chiarimento in merito all'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente:

- **G.E. MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.**

In riferimento alla caratteristica di minima "Completo di sistema di calcolo e misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotto dall'apparecchiatura nel corso della procedura radiologica", si chiede di confermare che il sistema offerto preveda la misurazione automatica della dose erogata. In caso affermativo, essendoci un rimando al vostro manuale operatore all'utilizzo di dosimetro indipendente, si chiede di confermare che lo stesso sia compreso nella fornitura.

- **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.**

In riferimento alla caratteristica di minima "Visualizzazione del prodotto dose x area e del tempo complessivo di scopia", si chiede di meglio dettagliare il Dose Area Product Meter in dotazione all'apparecchiatura ai fini della misurazione della dose erogata.

- **SIPAR S.R.L.**

In riferimento alla caratteristica di minima "Visualizzazione del prodotto dose x area e del tempo complessivo di scopia", si chiede di meglio dettagliare il Dose Area Product Meter in dotazione all'apparecchiatura ai fini della misurazione della dose erogata.



Tali richieste verranno trasmesse dal R.U.P. ai concorrenti a mezzo Sintel.

La Commissione, alle ore 16:00, decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata, fissata per il 29 settembre 2022.

Lecco, 22 settembre 2022

Il Presidente della Commissione – Ing. Caterina Gennaro

I Componenti:

Dott. Paolo Faccioli

Dott.ssa Giulia Sangalli

