



**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI N. 4 AUTOCLAVI, N. 4 TERMODISINFETTATRICI E
DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LA CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI LECCO**

**VERBALE DELLA 1° SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

24 febbraio 2022



In data odierna, 24 febbraio 2022 alle ore 9.30 la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 autoclavi, n. 4 termodisinfettatrici e di un sistema di tracciabilità per la centrale di sterilizzazione del P.O. di Lecco si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti:

- Dott.ssa Ing. Daniela Motta, Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST della Brianza in qualità di Presidente della Commissione;
- Dott. Vito Lauricella Ninotta, Responsabile della Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Lecco, in qualità di Componente della Commissione;
- Dott.ssa Cristina Tentori, Responsabile attività prevenzione e controllo infezioni, in qualità di Componente della Commissione;
- Geom. Andrea Emanuele Masiero, Collaboratore tecnico professionale della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, in qualità di Componente della Commissione;
- Sig. Paolo Marinelli, Assistente tecnico della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, in qualità di Componente della Commissione.

All'ordine del giorno vi sono:

- l'insediamento della Commissione Giudicatrice;
- la lettura del Capitolato Tecnico e del documento di gara Regole di Valutazione delle Offerte;
- l'analisi della documentazione tecnica presentata dai concorrenti Getinge Italia srl e Steelco spa per la partecipazione al Lotto 1 di gara per la fornitura di n. 4 autoclavi.

PREMESSE

In apertura di seduta si ricorda il principio secondo cui la Commissione Giudicatrice deve operare con il plenum dei suoi componenti e non con la semplice maggioranza e che ai fini della tutela della segretezza delle offerte e della par condicio e trasparenza delle operazioni concorsuali, si raccomanda l'adozione di particolari cautele per la riservatezza delle procedure di valutazione e della documentazione presentata.

La procedura è espletata mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel e pertanto la valutazione avverrà su documentazione in formato elettronico, conservata all'interno del portale sopra citato. La segretezza della documentazione è garantita dal sistema informatico di ARIA, al quale è possibile accedere soltanto mediante autenticazione con user e password.

Tutti i componenti hanno già sottoscritto, prima della nomina, la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di componente/presidente della Commissione Giudicatrice.

**CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1**

Si riprendono per completezza i criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara per il Lotto 1:

PARAMETRO	PESO
A. Caratteristiche Tecniche Generali	70
A.1 Tipologia e durata dei cicli di sterilizzazione	20
A.2 Programmabilità dell'accensione	5
A.3 Caratteristiche del display di visualizzazione e gestione	10
A.4 Tracciabilità del processo di sterilizzazione	5
A.5 Accessori e scarico automatico	20
A.6 Durata e distribuzione del cronoprogramma e tipologia di opere edili ed impiantistiche	10
B. Garanzia	30
B.1 Estensione del periodo di garanzia	30

RIEPILOGO ESITO ANALISI DOCUMENTAZIONE

La Commissione Giudicatrice rileva quanto segue:

Società Getinge srl

Dalla documentazione di gara caricata sulla piattaforma telematica Sintel non si evince la presenza del documento denominato "Cronoprogramma" (documentazione richiesta a pena esclusione all'art. 15 del Regolamento di gara).

Tale documento viene citato ripetutamente all'interno della documentazione tecnica di gara (es. Allegato A), tuttavia non se ne rileva la presenza.

La distribuzione del Cronoprogramma (oltre alla durata e alla tipologia di opere edili ed impiantistiche) è altresì uno dei parametri oggetto di valutazione (parametro A.6).

Si stabilisce pertanto di procedere all'esclusione del concorrente e si chiede al RUP di procedere con i necessari adempimenti.

Società Steelco Italia spa

Tale società ha formulato una proposta che contempla:

- n. 1 autoclave da 12 US alimentazione a vapore diretto
- n. 2 autoclavi da 12 US alimentazione elettrica / vapore
- n. 1 autoclave da 6 US alimentazione a vapore diretto

Tutte le autoclavi sono state proposte con griglie di carico da 6 US.



A tal proposito il Capitolato tecnico all'art. 2 definiva quale caratteristica minima a pena esclusione la fornitura di n. 4 autoclavi da 10 US, n. 8 griglie da 4 US e n. 8 da 6 US.

La risposta n. 24 contenuta nel documento Chiarimento n. 2, pubblicato su piattaforma Sintel ad integrazione/modifica del Capitolato Tecnico, riporta che verrà accettata e valutata una proposta in cui la capacità complessiva è di 40 US ma con le seguenti condizioni:

- n. 1 autoclave da 6 US, fornita con n. 2 griglie di carico da 6 US;
- n. 1 autoclave da 10 US, fornita con n. 2 griglie di carico da 6 US e n. 2 griglie di carico da 4 US;
- n. 2 autoclavi da 12 US, fornite con n. 4 griglie di carico da 6 US ciascuna (tot. n. 8 griglie da 6 US).

La risposta n. 9 contenuta nel documento Chiarimento n. 2, inoltre, conferma come caratteristica tecnica a pena esclusione la richiesta di griglie da 4 US e griglie da 6 US, per motivi legati alla movimentazione di carichi pesanti in gestione al personale della sterilizzazione.

La Commissione rileva altresì che la Società Steelco Italia spa non ha indicato in maniera precisa la durata complessiva dei cicli di sterilizzazione (da inizio a fine, come richiesto al punto 11 dell'Allegato A). Si precisa che la valutazione della durata dei cicli di sterilizzazione (oltre alla tipologia) è altresì uno dei parametri oggetto di valutazione (parametro A.1).

Si ritiene quindi che l'offerta Steelco Italia spa non rispetti le caratteristiche a pena di esclusione contenute nel Capitolato Tecnico e integrate/confermate con i chiarimenti pubblicati.

Si stabilisce pertanto di procedere all'esclusione del concorrente e si chiede al RUP di procedere con i necessari adempimenti.

La Commissione, alle ore 12.30 decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata.

Lecco, 24 febbraio 2022

Il Presidente della Commissione – Dott.ssa Ing. Daniela Motta

I Componenti:

Dott. Vito Lauricella Ninotta

Dott.ssa Cristina Tentori

Geom. Andrea Emanuele Masiero

Sig. Paolo Marinelli