



**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI N. 4 AUTOCLAVI, N. 4 TERMODISINFETTATRICI E
DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LA CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI LECCO**

**VERBALE DELLA 4° SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

27 aprile 2022



In data odierna, 27 aprile 2022 alle ore 9.30 la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 autoclavi, n. 4 termodisinfettatrici e di un sistema di tracciabilità per la centrale di sterilizzazione del P.O. di Lecco si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti:

- Dott.ssa Ing. Daniela Motta, Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST della Brianza in qualità di Presidente della Commissione;
- Dott. Vito Lauricella Ninotta, Responsabile della Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Lecco, in qualità di Componente della Commissione;
- Dott.ssa Cristina Tentori, Responsabile attività prevenzione e controllo infezioni, in qualità di Componente della Commissione;
- Geom. Andrea Emanuele Masiero, Collaboratore tecnico professionale della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, in qualità di Componente della Commissione;
- Sig. Paolo Marinelli, Assistente tecnico della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, in qualità di Componente della Commissione.

All'ordine del giorno vi sono:

- la prosecuzione dell'analisi della documentazione tecnica presentata dai concorrenti Getinge Italia srl, Smeg spa e Steelco spa per la partecipazione al Lotto 2 di gara per la fornitura di n. 4 termodisinfettatrici.

PREMESSE

Si richiama il verbale della 2° seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 17 marzo 2022 ed in particolare i criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara per il Lotto 2

PARAMETRO	PESO
A. Caratteristiche Tecniche Generali	70
A.1 Tipologia e durata dei cicli di lavaggio, sistema di preriscaldamento dell'acqua	20
A.2 Programmabilità dell'accensione	5
A.3 Caratteristiche del display di visualizzazione e gestione	10
A.4 Tracciabilità del processo di sterilizzazione	5
A.5 Accessori e scarico automatico	20
A.6 Durata e distribuzione del cronoprogramma e tipologia di opere edili ed impiantistiche	10
B. Garanzia	30
B.1 Estensione del periodo di garanzia	30



RIEPILOGO ESITO ANALISI DOCUMENTAZIONE

Dall'analisi della documentazione fornita dai diversi concorrenti la Commissione Giudicatrice rileva la necessità di richiedere alcuni chiarimenti. Nello specifico:

Società Getinge srl

1. Tipologia e durata dei cicli di lavaggio

Si chiede, per la configurazione di apparecchiature offerte, di:

a) Specificare, in particolare, le seguenti tempistiche, con acqua osmotizzata:

- Ciclo Rapido (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua calda
- Ciclo Rapido (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua fredda
- Ciclo Ferri Standard (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua calda
- Ciclo Ferri Standard (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua fredda
- Ciclo Ferri Intensivo (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua calda
- Ciclo Ferri Intensivo (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua fredda;

b) Esplicitare il documento in cui vengono riportati i dati sopra indicati, allegandone l'estratto.

2. Sistema di preriscaldamento dell'acqua

Specificare la modalità di funzionamento dell'apparecchiatura in caso di guasto del sistema di preriscaldamento dell'acqua (funzionamento con acqua di rete, by-pass..).

3. Interfacciamento sistema di tracciabilità

Specificare se le apparecchiature offerte sono già "pronte all'uso" per interfacciamento sistema di tracciabilità che verrà acquisito da ASST Lecco senza alcun altro tipo di accessorio aggiuntivo (schede, licenze, etc).

Società Steelco Italia spa

1. Tipologia e durata dei cicli di lavaggio.

Dalla documentazione di gara non si evince in maniera del tutto chiara e *univoca* i programmi e la durata delle diverse fasi dei cicli. Si chiede pertanto, per la configurazione di apparecchiature offerte, di:

a) Specificare, in particolare, le seguenti tempistiche, con acqua osmotizzata:

- Ciclo Rapido (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) , A0=3000, 90°C, 5 min, acqua calda
- Ciclo Rapido (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) , A0=3000, 90°C, 5 min, acqua fredda
- Ciclo Ferri Standard (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua calda
- Ciclo Ferri Standard (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua fredda
- Ciclo Ferri Intensivo (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua calda



- Ciclo Ferri Intensivo (prelavaggio + lavaggio + asciugatura) A0=3000, 90°C, 5 min, acqua fredda;

b) Esplicitare il documento in cui vengono riportati i dati sopra indicati, allegandone l'estratto.

2. Sistema di preriscaldamento dell'acqua

a) Dalla documentazione di gara non si evince in maniera *univoca* di quante taniche di preriscaldamento sarà dotata l'apparecchiatura offerta (modello DS 1000 1S, citato in tutti i documenti).

Il modello offerto DS 1000 1S infatti prevede una sola tanica di riscaldamento (vedi Scheda Tecnica pag.2), mentre in Allegato A sembra che vengano proposte n. 2 taniche. Il modello che prevede 2 taniche è invece codificato come DS 1000 2S.

Si chiede quindi di chiarire quale sia la configurazione realmente offerta.

b) Dalla documentazione di gara ("Rispondenza caratteristiche tecniche" pag. 3) viene riportato quanto segue *"Come richiesto, sarà realizzato un sistema di bypass per esercitare le operazioni di manutenzione sul sistema di preriscaldamento"*. Per come indicato, sembra quindi che sia un intervento che viene realizzato in maniera specifica per questa ASST. Si chiede pertanto di dettagliare meglio la proposta, specificando altresì se tale modifica possa alterare la certificazione di conformità dell'apparecchiatura.

3. Pompe dosatrici

Dalla documentazione di gara non si evince in maniera *univoca* il numero di pompe dosatrici offerte. In particolare:

DOCUMENTO DI GARA	DATO RIPORTATO NEL DOCUMENTO
Configurazione dettaglio senza prezzi	n.2
Allegato A	n.2
Criteri di valutazione	n.3
Rispondenza caratteristiche tecniche	n.3
Manuale d'uso lavastrumenti	fino a 4
Scheda tecnica DS 1000 IT e schema installazione	n.2

Si chiede di chiarire quale sia il dato reale.

4. Scarico automatico a fine ciclo di lavaggio

In risposta a tale requisito, la Vs Società cita l'accessorio RM900 (rulli motorizzati all'interno della camera di lavaggio). I sistemi di carico/scarico automatici sono però descritti nella documentazione con l'acronimo ATS (automatic transfer system). Si chiede di specificare se tale sistema risulta o meno ricompreso nella configurazione offerta.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco

Via dell'Eremo 9/11, 23900 - Lecco - Tel. 0341 253000 - C.F. / P.I. 03622120131

www.asst-lecco.it

**5. Display di visualizzazione e gestione**

Dalla documentazione di gara non si evince in maniera *univoca* la dimensione dei display offerti.
In particolare:

DOCUMENTO DI GARA	DATO RIPORTATO NEL DOCUMENTO
Configurazione dettaglio senza prezzi	7" (non viene specificato a quale lato si riferisca, se carico scarico)
Allegato A e Scheda Tecnica	5,6" lato carico 4,5" lato scarico
Criteri di valutazione	7" lato carico 4,5" lato scarico. La ditta dichiara inoltre quanto segue" Si precisa che il nuovo modello di apparecchiatura (già in fase di produzione) sarà dotato di monitor da 7" (sia lato carico che scarico)".
Rispondenza caratteristiche tecniche	7" lato carico 4,5" lato scarico

Si chiede di chiarire quale sia il dato reale.

6. Accessori: griglie con ripiani amovibili

Dalla documentazione di gara non si evince in maniera *univoca* l'accessorio offerto.
In particolare:

DOCUMENTO DI GARA	DATO RIPORTATO NEL DOCUMENTO
Configurazione dettaglio senza prezzi	Cod. C115W
Allegato A	Rimanda a Rispondenza caratteristiche tecniche
Criteri di valutazione	Cod. C115WR
Rispondenza caratteristiche tecniche	Cod. C115WR

Nella documentazione di gara riscontrata scheda tecnica solo del cod. C115WR.
Si chiede di chiarire quale sia il dato reale.

7. Accessori: Griglie per strumentazione video laparoscopica/canulati

Dalla documentazione di gara non si evince in maniera *univoca* l'accessorio offerto.
In particolare:

DOCUMENTO DI GARA	DATO RIPORTATO NEL DOCUMENTO
Configurazione dettaglio senza prezzi	Cod. C102W a 2 livelli
Allegato A	Cod. C102W a 3 livelli
Criteri di valutazione	Cod. C102W a 3 livelli
Rispondenza caratteristiche tecniche	Cod. C102W a 3 livelli

Si chiede di chiarire quale sia il dato reale.


 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
 Via dell'Eremo 9/11, 23900 - Lecco - Tel. 0341 253000 - C.F. / P.I. 03622120131
 www.asst-lecco.it



8. Interfacciamento sistema di tracciabilità

Specificare se le apparecchiature offerte sono già “pronte all’uso” per interfacciamento sistema di tracciabilità che verrà acquisito da ASST Lecco senza alcun altro tipo di accessorio aggiuntivo (schede, licenze, etc).

9. Cronoprogramma e lavori

a) Dalla documentazione di gara (Diagramma di Gaant) non si evince in quale fase delle lavorazioni verrà installato il pass box. Si chiede di chiarire.

b) Nel documento “Configurazione dettaglio senza prezzi” viene riportato il riferimento al lotto 1 (quando in realtà si tratta di lotto 2) ed inoltre si fa riferimento alla disinstallazione e allo smaltimento di 4 autoclavi e pass box (anziché lavastrumenti). Si chiede di chiarire.

Società Smeg spa

Interfacciamento sistema di tracciabilità

Specificare se le apparecchiature offerte sono già “pronte all’uso” per interfacciamento sistema di tracciabilità che verrà acquisito da ASST Lecco senza alcun altro tipo di accessorio aggiuntivo (schede, licenze, etc).

Si stabilisce pertanto di comunicare quanto sopra al RUP per le opportune azioni conseguenti.


La Commissione, alle ore 12.30 decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata.

Lecco, 27 aprile 2022


Il Presidente della Commissione – Dott.ssa Ing. Daniela Motta 

I Componenti:

Dott. Vito Lauricella Ninotta



Dott.ssa Cristina Tentori



Geom. Andrea Emanuele Masiero



Sig. Paolo Marinelli

