



**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI N. 4 AUTOCLAVI, N. 4 TERMODISINFETTATRICI E
DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LA CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI LECCO**

**VERBALE DELLA 7° SEDUTA RISERVATA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

28 giugno 2022



In data odierna, 28 giugno 2022 alle ore 11.30 la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 autoclavi, n. 4 termodisinfettatrici e di un sistema di tracciabilità per la centrale di sterilizzazione del P.O. di Lecco si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti:

- Dott.ssa Ing. Daniela Motta, Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST della Brianza in qualità di Presidente della Commissione;
- Dott. Vito Lauricella Ninotta, Responsabile della Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Lecco, in qualità di Componente della Commissione;
- Dott.ssa Cristina Tentori, Responsabile attività prevenzione e controllo infezioni, in qualità di Componente della Commissione;
- Geom. Andrea Emanuele Masiero, Collaboratore tecnico professionale della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, in qualità di Componente della Commissione;
- Sig. Paolo Marinelli, Assistente tecnico della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, in qualità di Componente della Commissione.

All'ordine del giorno vi sono:

- l'analisi delle risposte ai Chiarimenti relativi al lotto 2 per la fornitura di n. 4 termodisinfettatrici;
- la prosecuzione dell'analisi della documentazione tecnica presentata dai concorrenti Getinge Italia srl, Smeg spa e Steelco spa.

PREMESSE

Richiamato interamente il verbale della 4° seduta riservata del 27 aprile 2022 contenente gli elementi da richiedere a ciascuno dei tre concorrenti, si procede con l'analisi delle singole risposte.

RIEPILOGO ESITO ANALISI DOCUMENTAZIONE

Dall'analisi dei riscontri forniti dalla società Steelco spa la Commissione Giudicatrice rileva quanto segue:

- l'ammissione da parte della società Steelco di innumerevoli refusi nella propria offerta tecnica;
- chiarimento relativo al "display di visualizzazione e gestione". Alla richiesta di chiarire la dimensione dei display di visualizzazione e gestione lato carico e lato scarico della macchina, la società Steelco specifica che il nuovo modello di apparecchiatura (*già in fase di produzione*) sarà dotato di monitor da 7" (sia lato carico che scarico). La Commissione Giudicatrice rileva che tale specifica non può essere considerata ai fini valutativi, in quanto i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione delle offerte;
- chiarimento relativo allo "Scarico automatico a fine ciclo di lavaggio". Alla richiesta di chiarire la presenza del sistema di scarico automatico, requisito minimo del sistema, previsto a pena esclusione, la società Steelco risponde ammettendo che il codice prodotto citato in offerta come scarico automatico (RM900) è un refuso e non risulta corretto. Lo scarico automatico



corretto è identificato da un codice prodotto differente (C295 Tavolo motorizzato di scarico da 1 cesto - vassoio con drenaggio incluso cod. 99911173).

Premesso che la richiesta di chiarimenti, come espressamente richiamato nel quesito, riveste carattere di mero accertamento volto ad assicurare che l'offerta sia conforme alle richieste contenute nella documentazione di gara, la società Steelco ammette di aver commesso un refuso offrendo un prodotto non corretto in risposta al requisito minimo di gara previsto a pena esclusione.

La Commissione Giudicatrice, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto l'offerta Steelco non conforme alle caratteristiche minime di gara, previste a pena esclusione e di conseguenza se ne dispone l'esclusione dalle fasi successive di gara.

La Commissione, alle ore 13.00 decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata.

Il Presidente della Commissione giudicatrice, alle ore 13.00 dichiara pertanto conclusa l'odierna seduta.

Lecco, 28 giugno 2022

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Ing. Daniela Motta

I Componenti:

Dott. Vito Lauricella Ninotta

Dott.ssa Cristina Tentori

Geom. Andrea Emanuele Masiero

Sig. Paolo Marinelli