



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PORTATILE  
PER RADIOSCOPIA DA DESTINARSI AI  
BLOCCHI OPERATORI DEL P.O. DI LECCO PER  
UN PERIODO DI 36 MESI (CIG 92893527C5)**

**VERBALE DELLA PROVA PRATICA DEL  
CONCORRENTE G.E. MEDICAL SYSTEMS  
ITALIA S.P.A.**

**5-6 ottobre 2022**



Nei giorni 5 e 6 ottobre 2022 alle ore 8.00 si è riunita al completo la Commissione Giudicatrice della "procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio di un portatile per radioscopia da destinarsi ai Blocchi Operatori del P.O. di Lecco per un periodo di 36 mesi", composta da:

- ing. Caterina Gennaro, Direttore f.f. della S.C. Ingegneria Clinica, nel ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice,
- dott. Paolo Faccioli, Direttore della S.C. Radiologia Lecco, nel ruolo di Componente della Commissione Giudicatrice,
- dott.ssa Giulia Sangalli, Dirigente Fisico della S.S.D. Fisica Sanitaria, nel ruolo di Componente della Commissione Giudicatrice.

All'ordine del giorno di entrambe le sedute vi è la visione dell'apparecchiatura offerta dal concorrente G.E. MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. e l'esecuzione della prova pratica in sala operatoria nel corso di interventi di chirurgia vascolare (05/10/2022) e neurochirurgia (06/10/2022)

Di seguito le valutazioni effettuate dalla Commissione:

*"L'arco a C presenta un design molto compatto, con poco ingombro del tubo radiogeno. Viene apprezzata l'ampiezza dell'arco che risulta favorevole nel corretto posizionamento rispetto al tavolo porta-paziente permettendo di lavorare in condizioni ottimali per il risparmio di dose all'operatore.*

*L'apparecchio è relativamente leggero e maneggevole. Buona manovrabilità dell'arco tramite joystick installato sul lettino e ottima comodità d'uso grazie al pedale wireless.*

*Si apprezzano le dimensioni e l'elevata qualità del monitor 4K UHD.*

*L'utilizzo dell'apparecchiatura in scopia pulsata permette un risparmio di dose e la qualità dell'immagine è buona. La modalità di acquisizione 3D è rapida con un buon risultato in termini di qualità dell'immagine e riduzione degli artefatti metallici.*

*Si apprezza la possibilità di marcare i reperi anatomici direttamente sul touchscreen.*

*Con particolare riferimento alla praticità d'uso ed ergonomia si valuta discreto l'esito della prova in uso."*

Le sedute di prova pratica vengono concluse in entrambi i giorni alle ore 14:00



La Commissione Giudicatrice si dà appuntamento alla successiva seduta in cui verrà effettuata la prova pratica dell'apparecchiatura offerta dal concorrente SIPAR S.R.L., programmata in data 19 e 20 ottobre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Lecco, 5 e 6 ottobre 2022

Il Presidente della Commissione – Ing. Caterina Gennaro

I Componenti:

Dott. Paolo Faccioli

Dott.ssa Giulia Sangalli

