



Inventario SIC: 33300

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO-CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50320575		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	NEUROSCIENZE		
S.C./S.S./S.S.D	NEURORIANIMAZIONE-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	TERZO PIANO Stanza: AREA INTENSIVA TERZO PIANO PALAZ
Centro di Costo:	01120101 NEURORIANIMAZIONE-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2028/2022-SIC	data ordine:	20/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76897
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854152	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025 22/02/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	

DATI TECNICI GENERALI:

Fornitore assistenza tecnica:

Periodicità MP:

Periodicità VS:

Periodicità CQ:

Alimentazione

Tipo (se elettrico):

- ☐ Interna
☐ Esterna, classe I
☒ Esterna, classe II } ☐ Alim. dal principale
☐ Non Elettrico

- ☐ B
☒ BF
☐ CF

Manuale d'uso: ☒ NO

In Italiano: ☒ NO

Marcatura CE (o dichiarazione di conformità):

☒ NO

Norme generali ☒ CEI 62-5

☐ CEI 66-5

Verifiche particolari:

- ☐ Defibrillatori
☐ Pompe di infusione
☐ Elettrobisturi
☐ Lampade scialitiche
☐ Incubatrici
☐ Ventilatori
☐ Misurazione parametri paziente

CEI 62-13, 62-46, 62-47

CEI 62-99, 62-108

CEI 62-11, 62-43

CEI 62-118

CEI 62-22, 62-41, 62-145

CEI 62-141, 62-142

CEI 62-71, 62-76 (elettrocardiografi)

CEI 62-74 (pressione non invasiva)

CEI 62-125 (monitor)

DATI TECNICI SPECIFICI (dati di targa):

Medicale: ☒ NO

Con parte applicata: ☒ NO

Se elettrico:

Connessione: ☒ A spina
☐ Permanente
☐ Altro (es. sonde eco)
☐ Nessuna

Se a spina: ☒ Schuko
☐ A pettine
☐ Connettore a vaschetta
☐ Industriale blu 3 poli
☐ Industriale rossa 4 poli
☐ Industriale rossa 5 poli } ☐ 16 A ☐ 32 A

Potenza/Assorbimento 1,4A

Tensione: 240V

Alimentazione ☒ Monofase
☐ Trifase
☐ Continua

ISPEZIONE VISIVA, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALI

	R	NR	NA
1) Integrità dell'apparecchiatura (involucri, sportelli, maniglie, guarnizioni, connessioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Sicurezza meccanica: stabilità, ruote e freni, parti mobili, masse sospese, fine corsa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Rispondenza tra i valori nominali dei fusibili (accessibili) e i dati di targa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Controllo accensione (spie luminose, video, segnalazioni acustiche)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Protezione da infiltrazione liquidi: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Verifica di sicurezza elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Rispondenza alle verifiche particolari / funzionali del caso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Taratura / calibrazione / controllo qualità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Collaudo clinico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

R = Rispondente

NR = Non Rispondente

NA = Non Applicabile

SOSTITUZIONE PER RIPARAZIONI

<i>Nuova matricola</i>	<i>Nuovo modello</i>	<i>Data dismissione strumento precedente</i>	<i>Data collaudo strumento nuovo</i>

Note particolari

AUTORIZZAZIONE INGRESSO APPARECCHIATURA:

In data 16 / 01 / 2023 si riscontra che il collaudo è:

- ☒ Superato l'apparecchiatura risulta conforme alle norme di sicurezza e alle esigenze dell'utilizzatore, limitatamente alle verifiche effettuate
- ☐ Superato con riserva l'apparecchiatura risulta sostanzialmente conforme, ma sono stati richiesti al fornitore alcuni aggiornamenti, modifiche o correzioni (*specificare in nota a pag.3*)
- ☐ riserva sciolta in data ____ / ____ / ____
- ☐ Non superato l'apparecchiatura non risulta conforme
- ☐ deve essere resa al fornitore definitivamente: non si prevede che possa essere riportata entro le specifiche di sicurezza/funzionalità richieste
- ☐ si rimane in attesa di una risposta da parte del fornitore per eventuali adeguamenti (*se del caso, specificare in nota a pag.3*)

Il tecnico




CONSEGNA:

In data 18/01/2023 il sottoscritto DENISE BOUIS dichiara di aver ricevuto e preso in carico l'apparecchiatura di cui al presente verbale, coi suoi accessori e manuali, e di essere adeguatamente formato all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa; si impegna in alternativa a provvedere a tale formazione per sé o comunque per gli utilizzatori del reparto.

Il ricevente

(responsabile del reparto o suo delegato)





S.C. Ingegneria Clinica

Direttore f.f.: ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489067

Fax 0341.489139

e-mail c.gennaro@asst-lecco.it

Alla c.a.

Dr. ENRICO GUIDO RIPAMONTI

S.C. GESTIONE ACQUISTI

Lecco, 8 / 3 / 2023

OGGETTO: TRASMISSIONE "Accertamento delle Prestazioni Eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)" ORDINI 2022/2022-SIC DEL 19/05/2022, 2023/2022-SIC DEL 19/05/2022, 2025/2022-SIC DEL 20/05/2022 E 2028/2022-SIC DEL 20/05/2022

Con la presente si trasmette il modulo "Accertamento delle Prestazioni Eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)" relativo al collaudo di n. 7 defibrillatori collaudati il 16/01/2023 presso il reparto di Neuroranimazione e Pronto Soccorso del P.O. di Lecco ad evasione totale della fornitura prevista negli ordini.

Cordiali saluti.

S.C. INGEGNERIA CLINICA

Neurota Castoldi

Allegato: Accertamento delle prestazioni eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)

**S.C. Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489067

Fax 0341.489139

e-mail c.gennaro@asst-lecco.it

ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
(COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DA LABORATORIO)

DATI CONTRATTO:

Esecutore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Numero delibera:	254	Data delibera:	23/03/2022
Numero contratto:	LET. PROT. N. 0014142/22U	Data contratto:	24/03/2022
		Importo contratto:	39.319,11 (IVA ESCLUSA)
R.U.P.:	DOTT. ENRICO GUIDO RIPAMONTI	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 254 del 23/03/2022
D.E.C.: (se diverso dal R.U.P.)	ING. CATERINA GENNARO	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 682 del 29/10/2020
Atti aggiuntivi: (se presenti)	/	Atti aggiuntivi: (se presenti)	/
Numero ordine:	2022/2022-SIC	Data ordine:	19/05/2022

ACCERTAMENTI:

Oggetto di accertamento: fornitura di n. 2 defibrillatori per il Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

- Rispetto dei tempi di consegna;
- Rispetto dei tempi di installazione e collaudo;

	n° giorni di inosservanza	eventuale penale [€]
Osservanza tempi di consegna	0	0
Osservanza tempi di installazione e collaudo	0	0
	Eventuale penale [€]	0

	rispondente	non rispondente	non applicabile
Personale tecnico intervenuto	x		

SI CERTIFICA

- ☒ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, non comporta l'applicazione di eventuali penali.
- ☐ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, comporterebbe l'applicazione di penali. Contestualmente si propone l'applicazione di una penale pari al ... % del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

SI ACCERTA

che il fornitore ha/~~non ha~~ ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione eventualmente di quanto sopra indicato.

Pertanto

SI ATTESTA

che può essere liquidato l'importo di **€ 41.567,81 con IVA** relativo alla fornitura di n. 2 defibrillatori per il Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

Si invita l'ufficio preposto alla riscossione della penale, se prevista.

Note:

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
INGEGNERIA CLINICA**

Data

06/03/2023

IL DEC

Gianni

Letto e confermato:

Data

06/03/2023

IL RUP

**IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Guido Ripamonti**

Allegati: All. 1 Report (n.1 foglio)
All. 2 Penale (n.1 foglio)

PENALE linea 1 ordine 2022/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	05/08/2022	48	0	€ 2.441,60	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 2.441,60	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ordine 2022/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	01/06/2022	0	0	€ 1.537,60	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 1.537,60	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 9,10,12,13 e 14 ordine 2022/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	22/12/2022	187	0	€ 33.523,91	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 33.523,91	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 11 ordine 2022/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	13/01/2023	209	0	€ 1.816,00	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 1.816,00	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

*Note: le penali non verranno applicate causa difficoltà nel reperimento delle materie prime.

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:39
Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
A: tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegati: daticert.xml (1.9 KB)
postacert.eml (476.3 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/02/2022 alle ore 10:50:39 (+0100) il messaggio
"STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA
DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15"
proveniente da "tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it"
ed indirizzato a "provveditorato@pec.asst-lecco.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F55D3285.004B0C5C.3049FE45.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:28
Da: STRYKER ITALIA S.R.L. - TENDER <tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it>
A: PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it>
CC: graziano_falanesca@pro-med.it
carmine.fuoco <carmine.fuoco@stryker.com>
claudio.moro <claudio.moro@stryker.com>
ufficio.gare <ufficio.gare@stryker.com>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020)
- RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR
DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegato: Offerta.pdf (177.0 KB)

Gentile cliente,

di seguito il prospetto di offerta che include il codice di LP15 da voi richiesto con il pacchetto minimo
Invitalia associato ed i codici opzionali a voi occorrenti.

Si precisa che la macchina con codice 99577-001474, rispetto al codice base 99577-001395 offerto in Invitalia nel pacchetto base , già contiene gli upgrade che nel listino Invitalia sono indicati come codici opzionali LP15 UPG 12-DER, LP15 UPG IP, LP15 UPG ETCO2.

Relativamente ai tempi di consegna, ad oggi la logistica ci dà una tempistica fino a 22 settimane dall'ordine NSO in ragione delle note problematiche a livello internazionale per il reperimento delle materie prime, fatte salve eventuali variazioni delle tempistiche indicate per ragioni estranee alla nostra sfera di dominio che potranno condizionare i tempi di esecuzione della fornitura anche riducendo i suddetti tempi.

Stryker Italia, tuttavia, fornirà il materiale richiesto non appena questo si renderà disponibile presso il proprio magazzino.

Si ringrazia per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti.

Stryker Italia Srl S.U.

In data 2022-02-15T09:38:16+0100, PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it> ha scritto:

Spett.le Stryker Italia S.r.l. S.U.,

con riferimento all'oggetto, si trasmette la richiesta in allegato.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dipartimento Amministrativo

U.O.C. Provveditorato Economato

Dott. Enrico Guido Ripamonti

--

Roma, 13 ottobre 2022

Informativa sulla disponibilità dei prodotti


Gentile Cliente,

come certo saprà, stante il perdurare della Pandemia Covid 19 e del conflitto bellico in Ucraina, le difficoltà dovute alla congestione delle rotte di trasporto e alla carenza di manodopera e materie prime a livello globale, stanno influenzando sulla catena di approvvigionamento in tutto il mondo. Per tale ragione, siamo generalmente in grado di offrire delle stime di tempi di consegna, che possono variare in base alla disponibilità delle forniture.

I Nostri piani di continuità operativa a livello Europeo e Globale includono la gestione di potenziali rischi per la produzione e l'approvvigionamento e ci stanno supportando nel trovare soluzioni che non interrompano la fornitura dei prodotti e che ci consentano di ridurre al minimo i ritardi nella fornitura, attraverso l'accelerazione delle spedizioni e la riallocazione delle materie prime tra le aree di produzione globale.

Con la presente Vi comunichiamo di conseguenza che al momento attuale stimiamo di consegnare i monitor defibrillatori LIFEPAK 15 da voi ordinati entro la fine dell'anno. Queste sono solo stime che possono cambiare in base alla disponibilità delle forniture.

RingraziandoVi, porgiamo cordiali saluti.



Stryker Italia S.r.l.
Emilio Gallego
Procuratore Speciale

Stryker Italia s.r.l. S.U.**Sede Legale:** Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM) - Italia - Tel. +39 06 94500700**Magazzino e Servizio Tecnico:** Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

**S.C. Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489067

Fax 0341.489139

e-mail c.gennaro@asst-lecco.it

ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
(COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DA LABORATORIO)

DATI CONTRATTO:

Esecutore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Numero delibera:	254	Data delibera:	23/03/2022
Numero contratto:	LET. PROT. N. 0014142/22U	Data contratto:	24/03/2022
		Importo contratto:	39.319,11 (IVA ESCLUSA)
R.U.P.:	DOTT. ENRICO GUIDO RIPAMONTI	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 254 del 23/03/2022
D.E.C.: (se diverso dal R.U.P.)	ING. CATERINA GENNARO	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 682 del 29/10/2020
Atti aggiuntivi: (se presenti)	/	Atti aggiuntivi: (se presenti)	/
Numero ordine:	2023/2022-SIC	Data ordine:	19/05/2022

ACCERTAMENTI:

Oggetto di accertamento: fornitura di n. 2 defibrillatori per il Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

- Rispetto dei tempi di consegna;
- Rispetto dei tempi di installazione e collaudo;

	n° giorni di inosservanza	eventuale penale [€]
Osservanza tempi di consegna	0	0
Osservanza tempi di installazione e collaudo	0	0
	Eventuale penale [€]	0

	rispondente	non rispondente	non applicabile
Personale tecnico intervenuto	x		

SI CERTIFICA

- ☒ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, non comporta l'applicazione di eventuali penali.
- ☐ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, comporterebbe l'applicazione di penali. Contestualmente si propone l'applicazione di una penale pari al ... ‰ del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

SI ACCERTA

che il fornitore ha/~~non ha~~ ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione eventualmente di quanto sopra indicato.

Pertanto

SI ATTESTA

che può essere liquidato l'importo di **€ 41.567,81 con IVA** relativo alla fornitura di n. 2 defibrillatori per il Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

Si invita l'ufficio preposto alla riscossione della penale, se prevista.

Note:

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
INGEGNERIA CLINICA**

Data

06/03/2023

IL DEC

[Signature]

Letto e confermato:

Data

06/03/2023

IL RUP

**IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Guido Ripamonti**

Allegati: All. 1 Report (n.1 foglio)
All. 2 Penale (n.1 foglio)

PENALE linea 1 ordine 2023/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	05/08/2022	48	0	€ 2.441,60	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 2.441,60	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 ordine 2023/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	22/12/2022	187	0	€ 35.061,51	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 35.061,51	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 11 ordine 2023/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	18/06/2022	13/01/2023	209	0	€ 1.816,00	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	18/06/2022	16/01/2023	212	0	€ 1.816,00	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

*Note: le penali non verranno applicate causa difficoltà nel reperimento delle materie prime.

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:39
Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
A: tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegati: daticert.xml (1.9 KB)
postacert.eml (476.3 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/02/2022 alle ore 10:50:39 (+0100) il messaggio
"STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA
DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15"
proveniente da "tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it"
ed indirizzato a "provveditorato@pec.asst-lecco.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F55D3285.004B0C5C.3049FE45.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:28
Da: STRYKER ITALIA S.R.L. - TENDER <tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it>
A: PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it>
CC: graziano_falanesca@pro-med.it
carmine.fuoco <carmine.fuoco@stryker.com>
claudio.moro <claudio.moro@stryker.com>
ufficio.gare <ufficio.gare@stryker.com>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020)
- RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR
DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegato: Offerta.pdf (177.0 KB)

Gentile cliente,

di seguito il prospetto di offerta che include il codice di LP15 da voi richiesto con il pacchetto minimo
Invitalia associato ed i codici opzionali a voi occorrenti.

Si precisa che la macchina con codice 99577-001474, rispetto al codice base 99577-001395 offerto in Invitalia nel pacchetto base , già contiene gli upgrade che nel listino Invitalia sono indicati come codici opzionali LP15 UPG 12-DER, LP15 UPG IP, LP15 UPG ETCO2.

Relativamente ai tempi di consegna, ad oggi la logistica ci dà una tempistica fino a 22 settimane dall'ordine NSO in ragione delle note problematiche a livello internazionale per il reperimento delle materie prime, fatte salve eventuali variazioni delle tempistiche indicate per ragioni estranee alla nostra sfera di dominio che potranno condizionare i tempi di esecuzione della fornitura anche riducendo i suddetti tempi.

Stryker Italia, tuttavia, fornirà il materiale richiesto non appena questo si renderà disponibile presso il proprio magazzino.

Si ringrazia per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti.

Stryker Italia Srl S.U.

In data 2022-02-15T09:38:16+0100, PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it> ha scritto:

Spett.le Stryker Italia S.r.l. S.U.,

con riferimento all'oggetto, si trasmette la richiesta in allegato.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dipartimento Amministrativo

U.O.C. Provveditorato Economato

Dott. Enrico Guido Ripamonti

--

Roma, 13 ottobre 2022

Informativa sulla disponibilità dei prodotti


Gentile Cliente,

come certo saprà, stante il perdurare della Pandemia Covid 19 e del conflitto bellico in Ucraina, le difficoltà dovute alla congestione delle rotte di trasporto e alla carenza di manodopera e materie prime a livello globale, stanno influenzando sulla catena di approvvigionamento in tutto il mondo. Per tale ragione, siamo generalmente in grado di offrire delle stime di tempi di consegna, che possono variare in base alla disponibilità delle forniture.

I Nostri piani di continuità operativa a livello Europeo e Globale includono la gestione di potenziali rischi per la produzione e l'approvvigionamento e ci stanno supportando nel trovare soluzioni che non interrompano la fornitura dei prodotti e che ci consentano di ridurre al minimo i ritardi nella fornitura, attraverso l'accelerazione delle spedizioni e la riallocazione delle materie prime tra le aree di produzione globale.

Con la presente Vi comunichiamo di conseguenza che al momento attuale stimiamo di consegnare i monitor defibrillatori LIFEPAK 15 da voi ordinati entro la fine dell'anno. Queste sono solo stime che possono cambiare in base alla disponibilità delle forniture.

RingraziandoVi, porgiamo cordiali saluti.



Stryker Italia S.r.l.
Emilio Gallego
Procuratore Speciale

Stryker Italia s.r.l. S.U.

Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM) - Italia - Tel. +39 06 94500700

Magazzino e Servizio Tecnico: Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

**S.C. Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489067

Fax 0341.489139

e-mail c.gennaro@asst-lecco.it

ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
(COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DA LABORATORIO)

DATI CONTRATTO:

Esecutore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Numero delibera:	254	Data delibera:	23/03/2022
Numero contratto:	LET. PROT. N. 0014142/22U	Data contratto:	24/03/2022
		Importo contratto:	19.659,55 (IVA ESCLUSA)
R.U.P.:	DOTT. ENRICO GUIDO RIPAMONTI	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 254 del 23/03/2022
D.E.C.: (se diverso dal R.U.P.)	ING. CATERINA GENNARO	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 682 del 29/10/2020
Atti aggiuntivi: (se presenti)	/	Atti aggiuntivi: (se presenti)	/
Numero ordine:	2025/2022-SIC	Data ordine:	20/05/2022

ACCERTAMENTI:

Oggetto di accertamento: fornitura di n. 1 defibrillatore per il Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

- Rispetto dei tempi di consegna;
- Rispetto dei tempi di installazione e collaudo;

	n° giorni di inosservanza	eventuale penale [€]
Osservanza tempi di consegna	0	0
Osservanza tempi di installazione e collaudo	0	0
	Eventuale penale [€]	0

	rispondente	non rispondente	non applicabile
Personale tecnico intervenuto	x		

SI CERTIFICA

- ☒ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, non comporta l'applicazione di eventuali penali.
- ☐ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, comporterebbe l'applicazione di penali. Contestualmente si propone l'applicazione di una penale pari al ... % del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

SI ACCERTA

che il fornitore ha/~~non ha~~ ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione eventualmente di quanto sopra indicato.

Pertanto

SI ATTESTA

che può essere liquidato l'importo di **€ 20.783,90 con IVA** relativo alla fornitura di n. 1 defibrillatore per il Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

Si invita l'ufficio preposto alla riscossione della penale, se prevista.

Note:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
INGEGNERIA CLINICA

Data

06/03/2023

IL DEC

C. Geronzi

Letto e confermato:

Data

06/03/2023

IL RUP

IL DIRETTORE

S.C. GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Guido Ripamonti

Allegati: All. 1 Report (n.1 foglio)
All. 2 Penale (n.1 foglio)

PENALE linea 1 ordine 2025/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	20/06/2022	05/08/2022	46	0	€ 1.220,80	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	20/06/2022	16/01/2023	210	0	€ 1.220,80	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 ordine 2025/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	20/06/2022	22/12/2022	185	0	€ 17.530,75	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	20/06/2022	16/01/2023	210	0	€ 17.530,75	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 11 ordine 2025/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	20/06/2022	13/01/2023	207	0	€ 908,00	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	20/06/2022	16/01/2023	210	0	€ 908,00	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

*Note: le penali non verranno applicate causa difficoltà nel reperimento delle materie prime.

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:39
Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
A: tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegati: daticert.xml (1.9 KB)
postacert.eml (476.3 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/02/2022 alle ore 10:50:39 (+0100) il messaggio
"STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA
DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15"
proveniente da "tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it"
ed indirizzato a "provveditorato@pec.asst-lecco.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F55D3285.004B0C5C.3049FE45.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:28
Da: STRYKER ITALIA S.R.L. - TENDER <tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it>
A: PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it>
CC: graziano_falanesca@pro-med.it
carmine.fuoco <carmine.fuoco@stryker.com>
claudio.moro <claudio.moro@stryker.com>
ufficio.gare <ufficio.gare@stryker.com>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020)
- RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR
DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegato: Offerta.pdf (177.0 KB)

Gentile cliente,

di seguito il prospetto di offerta che include il codice di LP15 da voi richiesto con il pacchetto minimo
Invitalia associato ed i codici opzionali a voi occorrenti.

Si precisa che la macchina con codice 99577-001474, rispetto al codice base 99577-001395 offerto in Invitalia nel pacchetto base , già contiene gli upgrade che nel listino Invitalia sono indicati come codici opzionali LP15 UPG 12-DER, LP15 UPG IP, LP15 UPG ETCO2.

Relativamente ai tempi di consegna, ad oggi la logistica ci dà una tempistica fino a 22 settimane dall'ordine NSO in ragione delle note problematiche a livello internazionale per il reperimento delle materie prime, fatte salve eventuali variazioni delle tempistiche indicate per ragioni estranee alla nostra sfera di dominio che potranno condizionare i tempi di esecuzione della fornitura anche riducendo i suddetti tempi.

Stryker Italia, tuttavia, fornirà il materiale richiesto non appena questo si renderà disponibile presso il proprio magazzino.

Si ringrazia per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti.

Stryker Italia Srl S.U.

In data 2022-02-15T09:38:16+0100, PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it> ha scritto:

Spett.le Stryker Italia S.r.l. S.U.,

con riferimento all'oggetto, si trasmette la richiesta in allegato.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dipartimento Amministrativo

U.O.C. Provveditorato Economato

Dott. Enrico Guido Ripamonti

--

Roma, 13 ottobre 2022

Informativa sulla disponibilità dei prodotti


Gentile Cliente,

come certo saprà, stante il perdurare della Pandemia Covid 19 e del conflitto bellico in Ucraina, le difficoltà dovute alla congestione delle rotte di trasporto e alla carenza di manodopera e materie prime a livello globale, stanno influenzando sulla catena di approvvigionamento in tutto il mondo. Per tale ragione, siamo generalmente in grado di offrire delle stime di tempi di consegna, che possono variare in base alla disponibilità delle forniture.

I Nostri piani di continuità operativa a livello Europeo e Globale includono la gestione di potenziali rischi per la produzione e l'approvvigionamento e ci stanno supportando nel trovare soluzioni che non interrompano la fornitura dei prodotti e che ci consentano di ridurre al minimo i ritardi nella fornitura, attraverso l'accelerazione delle spedizioni e la riallocazione delle materie prime tra le aree di produzione globale.

Con la presente Vi comunichiamo di conseguenza che al momento attuale stimiamo di consegnare i monitor defibrillatori LIFEPAK 15 da voi ordinati entro la fine dell'anno. Queste sono solo stime che possono cambiare in base alla disponibilità delle forniture.

RingraziandoVi, porgiamo cordiali saluti.



Stryker Italia S.r.l.
Emilio Gallego
Procuratore Speciale

Stryker Italia s.r.l. S.U.**Sede Legale:** Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM) - Italia - Tel. +39 06 94500700**Magazzino e Servizio Tecnico:** Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

**S.C. Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489067

Fax 0341.489139

e-mail c.gennaro@asst-lecco.it

ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
(COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DA LABORATORIO)

DATI CONTRATTO:

Esecutore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Numero delibera:	254	Data delibera:	23/03/2022
Numero contratto:	LET. PROT. N. 0014142/22U	Data contratto:	24/03/2022
		Importo contratto:	39.319,11 (IVA ESCLUSA)
R.U.P.:	DOTT. ENRICO GUIDO RIPAMONTI	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 254 del 23/03/2022
D.E.C.: (se diverso dal R.U.P.)	ING. CATERINA GENNARO	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 682 del 29/10/2020
Atti aggiuntivi: (se presenti)	/	Atti aggiuntivi: (se presenti)	/
Numero ordine:	2028/2022-SIC	Data ordine:	20/05/2022

ACCERTAMENTI:

Oggetto di accertamento: fornitura di n. 2 defibrillatori per il reparto di Neuroranimazione del P.O. di Lecco.

- Rispetto dei tempi di consegna;
- Rispetto dei tempi di installazione e collaudo;

	n° giorni di inosservanza	eventuale penale [€]
Osservanza tempi di consegna	0	0
Osservanza tempi di installazione e collaudo	0	0
	Eventuale penale [€]	0

	rispondente	non rispondente	non applicabile
Personale tecnico intervenuto	x		

SI CERTIFICA

- ☒ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, non comporta l'applicazione di eventuali penali.
- ☐ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, comporterebbe l'applicazione di penali. Contestualmente si propone l'applicazione di una penale pari al ... % del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

SI ACCERTA

che il fornitore ha/~~non ha~~ ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione eventualmente di quanto sopra indicato.

Pertanto

SI ATTESTA

che può essere liquidato l'importo di € 41.567,81 con IVA relativo alla fornitura di n. 2 defibrillatori per il reparto di Neuroranimazione del P.O. di Lecco.

Si invita l'ufficio preposto alla riscossione della penale, se prevista.

Note:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
INGEGNERIA CLINICA

IL DEC

C. Ferraro

Data

06/03/2023

Letto e confermato:

Data

06/03/2023

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Guido Ripamonti

Allegati: All. 1 Report (n.1 foglio)
All. 2 Penale (n.1 foglio)

PENALE linea 1 ordine 2028/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATUR A	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	20/06/2022	05/08/2022	46	0	€ 2.441,60	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	20/06/2022	16/01/2023	210	0	€ 2.441,60	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 ordine 2028/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATUR A	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	20/06/2022	22/12/2022	185	0	€ 35.061,51	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	20/06/2022	16/01/2023	210	0	€ 35.061,51	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

PENALE linea 11 ordine 2028/2022-SIC	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	*DELTA GIORNI	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATUR A	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	20/06/2022	13/01/2023	207	0	€ 1.816,00	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	20/06/2022	16/01/2023	210	0	€ 1.816,00	€ 0,00
						totale senza IVA	€ 0,00

*Note: le penali non verranno applicate causa difficoltà nel reperimento delle materie prime.

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:39
Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
A: tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegati: daticert.xml (1.9 KB)
postacert.eml (476.3 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/02/2022 alle ore 10:50:39 (+0100) il messaggio "STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15" proveniente da "tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it" ed indirizzato a "provveditorato@pec.asst-lecco.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F55D3285.004B0C5C.3049FE45.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 25 febbraio 2022, 10:50:28
Da: STRYKER ITALIA S.R.L. - TENDER <tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it>
A: PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it>
CC: graziano_falanesca@pro-med.it
carmine.fuoco <carmine.fuoco@stryker.com>
claudio.moro <claudio.moro@stryker.com>
ufficio.gare <ufficio.gare@stryker.com>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: STRYKER - RE: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. 34/2020) - RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15
Allegato: Offerta.pdf (177.0 KB)

Gentile cliente,

di seguito il prospetto di offerta che include il codice di LP15 da voi richiesto con il pacchetto minimo Invitalia associato ed i codici opzionali a voi occorrenti.

Si precisa che la macchina con codice 99577-001474, rispetto al codice base 99577-001395 offerto in Invitalia nel pacchetto base , già contiene gli upgrade che nel listino Invitalia sono indicati come codici opzionali LP15 UPG 12-DER, LP15 UPG IP, LP15 UPG ETCO2.

Relativamente ai tempi di consegna, ad oggi la logistica ci dà una tempistica fino a 22 settimane dall'ordine NSO in ragione delle note problematiche a livello internazionale per il reperimento delle materie prime, fatte salve eventuali variazioni delle tempistiche indicate per ragioni estranee alla nostra sfera di dominio che potranno condizionare i tempi di esecuzione della fornitura anche riducendo i suddetti tempi.

Stryker Italia, tuttavia, fornirà il materiale richiesto non appena questo si renderà disponibile presso il proprio magazzino.

Si ringrazia per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti.

Stryker Italia Srl S.U.

In data 2022-02-15T09:38:16+0100, PEC <provveditorato@pec.asst-lecco.it> ha scritto:

Spett.le Stryker Italia S.r.l. S.U.,

con riferimento all'oggetto, si trasmette la richiesta in allegato.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dipartimento Amministrativo

U.O.C. Provveditorato Economato

Dott. Enrico Guido Ripamonti

--

Roma, 13 ottobre 2022

Informativa sulla disponibilità dei prodotti


Gentile Cliente,

come certo saprà, stante il perdurare della Pandemia Covid 19 e del conflitto bellico in Ucraina, le difficoltà dovute alla congestione delle rotte di trasporto e alla carenza di manodopera e materie prime a livello globale, stanno influenzando sulla catena di approvvigionamento in tutto il mondo. Per tale ragione, siamo generalmente in grado di offrire delle stime di tempi di consegna, che possono variare in base alla disponibilità delle forniture.

I Nostri piani di continuità operativa a livello Europeo e Globale includono la gestione di potenziali rischi per la produzione e l'approvvigionamento e ci stanno supportando nel trovare soluzioni che non interrompano la fornitura dei prodotti e che ci consentano di ridurre al minimo i ritardi nella fornitura, attraverso l'accelerazione delle spedizioni e la riallocazione delle materie prime tra le aree di produzione globale.

Con la presente Vi comunichiamo di conseguenza che al momento attuale stimiamo di consegnare i monitor defibrillatori LIFEPAK 15 da voi ordinati entro la fine dell'anno. Queste sono solo stime che possono cambiare in base alla disponibilità delle forniture.

RingraziandoVi, porgiamo cordiali saluti.



Stryker Italia S.r.l.
Emilio Gallego
Procuratore Speciale

Stryker Italia s.r.l. S.U.**Sede Legale:** Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM) - Italia - Tel. +39 06 94500700**Magazzino e Servizio Tecnico:** Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Viale A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002



S.C. Ingegneria Clinica

Direttore f.f.: ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489067

Fax 0341.489139

e-mail c.gennaro@asst-lecco.it

Alla c.a.

Dr. ENRICO GUIDO RIPAMONTI

S.C. GESTIONE ACQUISTI

Lecco, 8 / 3 / 2023

OGGETTO: TRASMISSIONE COLLAUDO ORDINI 2022/2022-SIC DEL 19/05/2022, 2023/2022-SIC DEL 19/05/2022, 2025/2022-SIC DEL 20/05/2022 E 2028/2022-SIC DEL 20/05/2022

Con la presente si trasmette il collaudo relativo a n. 7 defibrillatori collaudati il 16/01/2023 presso il reparto di Neuroranimazione e Pronto Soccorso del P.O. di Lecco.

Tutti gli originali saranno conservati presso la S.C. Ingegneria Clinica.

Cordiali saluti.

S.C. INGEGNERIA CLINICA

Marta Scialoli

Allegato: verbale di collaudo (pag. n° 7)



Inventario SIC: 33295

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO - CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50314531		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	EMERGENZA URGENZA		
S.C./S.S./S.S.D	PRONTO SOCCORSO-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	PIANO TERRA Stanza: LOCALE TERAPIA INTENSIVA PIANO TI
Centro di Costo:	01070501 PRONTO SOCCORSO-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2022/2022-SIC	data ordine:	19/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76892
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854151	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Inventario SIC: 33296

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO-CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50322101		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	EMERGENZA URGENZA		
S.C./S.S./S.S.D.	PRONTO SOCCORSO-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	PIANO TERRA Stanza: CAMERE OSSERVAZIONE PIANO TERF
Centro di Costo:	01070501 PRONTO SOCCORSO-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2022/2022-SIC	data ordine:	19/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76893
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854151	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Inventario SIC: 33297

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO-CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50320474		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	EMERGENZA URGENZA		
S.C./S.S./S.S.D	PRONTO SOCCORSO-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	PIANO TERRA Stanza: BOX CHIRURGICO PIANO TERRA PALA
Centro di Costo:	01070501 PRONTO SOCCORSO-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2023/2022-SIC	data ordine:	19/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76894
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854150	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Inventario SIC: 33298

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO-CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50320761		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	EMERGENZA URGENZA		
S.C./S.S./S.S.D	PRONTO SOCCORSO-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	PIANO TERRA Stanza: LOCALE TERAPIA INTENSIVA PIANO TI
Centro di Costo:	01070501 PRONTO SOCCORSO-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2023/2022-SIC	data ordine:	19/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76895
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854150	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Inventario SIC: 33299

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO - CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50322281		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	EMERGENZA URGENZA		
S.C./S.S./S.S.D	PRONTO SOCCORSO-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	PIANO TERRA
		Stanza:	INFERMIERI PIANO TERRA PALAZZINA
Centro di Costo:	01070501	PRONTO SOCCORSO-LECCO	

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2025/2022-SIC	data ordine:	20/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA SRL S.U.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76896
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854149	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Inventario SIC: 33300

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO-CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50320575		
N. Assistenza):			
Numero di repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Modifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Residio:	LECCO		
Partimento:	NEUROSCIENZE		
C./S.S./S.S.D	NEURORIANIMAZIONE-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	TERZO PIANO Stanza: AREA INTENSIVA TERZO PIANO PALAZ
Centro di Costo:	01120101 NEURORIANIMAZIONE-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2028/2022-SIC	data ordine:	20/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Modalità di presenza:	ACQUISTO	Cespito:	L76897
Prezzo di acquisto (esclusa):	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854152	data ddt:	20/12/2022
Presenza in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (di acquisto, sconto donazione,...)	15/01/2025 22/02/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Inventario SIC: 33301

Verbale di collaudo e accettazione
apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio

DATI ANAGRAFICI:

Tipo bene:	DEFIBRILLATORE		
Produttore:	PHYSIO-CONTROL INC.		
Modello:	LIFEPAK 15		
Matricola:	50321306		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1216343	CND:	Z12030502
Codifica CIVAB:	XXXXXXZZ	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	NEUROSCIENZE		
S.C./S.S./S.S.D	NEURORIANIMAZIONE-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	TERZO PIANO Stanza: AREA INTENSIVA TERZO PIANO PALAZ
Centro di Costo:	01120101 NEURORIANIMAZIONE-LECCO		

DATI ECONOMICI:

Numero di delibera:	254	data delibera:	23/03/2022
Numero di ordine:	2028/2022-SIC	data ordine:	20/05/2022
Fornitore:	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	L76898
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19.659,55	Conto COGE:	015.020.00001
Numero ddt:	2099854152	data ddt:	20/12/2022
Data presa in carico:	22/12/2022	Data ver. sicurezza:	16/01/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	15/01/2025 22/02/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	

ProCare Services

DOCUMENTO DI COLLAUDO

Spett.le Cliente **ASST LECCO, via DELL'EREMO 9/11, LECCO (LC)**

Riferimento Ord/Fatt: Nr. Bolla: N° ORD: 2072 - 2072 - SIC
 N° ORD: 2073 - 2072 - SIC
 N° ORD: 2075 - 2072 - SIC
 N° ORD: 2078 - 2072 - SIC

Fornitore: **STRYKER ITALIA Srl**

Lista delle apparecchiature sottoposte a collaudo funzionale:

N. articolo Inviato	N. serie/lotto	Quantità
99 577-001474 LP 15	50 32 0474	1
11	50 32 0761	1
11	50 31 4531	1
11	50 32 2281	1
11	50 32 1306	1
11	50 32 0575	1
11	50 32 2101	1

Stryker Italia s.r.l. S.U. - Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia - Tel. + 39 06 901041

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

ProCare Services

VALIDITA' DELLA GARANZIA MESI:	24
Manuale d'uso in italiano	<input checked="" type="checkbox"/> no
Presenza degli accessori d'uso	<input checked="" type="checkbox"/> no
Note:	

COLLAUDO EFFETTUATO (LUOGO/DATA): LECCO / 16-1-2023

Per il Cliente: ASST LECCO
Reparto : INGEGNERIA CLINICA
Nome : ANDREA CASSINA
Qualifica : TECNICO
Firma : [Signature]

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 LECCO
C.F. e P. IVA 03622120131

Per la STRYKER ITALIA Srl:
Nome : DANIELO TAVCHI - GRAZIANO FALANESCA
Qualifica : AGENTE PROMO Stryker Italia
Firma : [Signature]

Stryker Italia s.r.l. S.U. - Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia - Tel. + 39 06 901041

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.
P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791
Sede Legale: Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM)
R.A.E.E. IT09060000006107
Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco**

DATA: 16/01/2023

Nr. VERIFICA	33300	APPARECCHIO	Defibrillatore	
Nr. STB				
Nr. ENTE	L76897			
Nome File Scheda		Codice CIVAB	DEF	Norma di riferimento CEI EN 62353

Presidio_Padiglione	Cod Padiglione_Reparto di ubicazione	Ubicazione	
OSP_LECCO	Neuroranimazione	Area intensiva	
		Piano: 3	Stanza N.: -
Produttore	Modello	Matricola	
Physio-Control Inc.	Lifepak 15	50320575	
Targa	Marchio CE	Stato d'uso	Reparto di proprietà
PRESENTE	presente	ok	Neuroranimazione
Stato - Utilizzo		Struttura sistema	
Stato di conservazione	Livello di utilizzo	Tipologia aggregazione	Nr. STB master
ok	ok	/	/

IDENTIFICAZIONE

Classe	Serigrafia	Tipo	Serigrafia	Parte applicata
CLASSE 2	presente	BF	presente	placche

SERIGRAFIE ALIMENTAZIONE

Alimentazione	Tensione di alimentazione	Potenza - Corrente	Indicazione 0/1 su int.
monofase	100-240V	1,4A 50-60HZ	/

CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE

Connessione rete	Da alimentatore	Da trasformatore
separabile	V	/

PRESE AUSILIARIE

Numero prese ausiliarie	Prese compatibili spine alimentazione
/	/

SPINA

Tipo	Corrente max (A)
SC	16
Marchio	Compatibilità prese impianto
VDE	si

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Sovracorrenti	Posizione
presenti	interni
Nr. poli protetti	Tipo → Automatici
1	
→ Fusibili	Valore dich. Valore pres.
fusibili	
Serigrafia	Contatti diretti
presente	SI
Pericoli meccanici	Temperature eccessive
SI	SI

CAVO

Separabile	Bloccaggio dell'involucro	Integrità dell'isolamento	Protez. attrav. l'involucro
SI	NO	SI	NO

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco**

DATA: 16/01/2023

Nr. VERIFICA	33300	APPARECCHIO	Defibrillatore	
Nr. STB				
Nr. ENTE	L76897			
Nome File Scheda		Codice CIVAB	DEF	Norma di riferimento CEI EN 62353

PARAMETRI


CORRENTE ASSORBITA					
TEST DI TERRA E DESCRIZIONE DEL PUNTO DI CONATTO			PRESE AUSILIARIE (mOhm)		
R1 (mOhm)	R2 (mOhm)				
/					
RESISTENZA DI ISOLAMENTO					
Tipo RETE-INVOLUCRO			/over		
Tipo INVOLUCRO-PA			over/over		
CORRENTI DI DISPERSIONE (Valori in microAmpere)		METODO UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTO	<input type="checkbox"/> DIFFERENZIALE	<input type="checkbox"/> ALTERNATIVO



N.B.: se si utilizza uno STRUMENTO DI MISURA MQA90 o ESA 601: per le prove delle CORRENTI DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE (parti applicate) SCOLLEGARE L'INVOLUCRO in corrispondenza delle boccole/connettori dedicati alla connessione delle parti applicate, RIPRISTINARE L'USUALE COLLEGAMENTO FRA STRUMENTO DI MISURA ED APPARECCHIATURA TESTATA ed eseguire la misura, in modalità manuale, delle correnti di dispersione delle parti applicate (tipo BF e CF). IL MANCATO SCOLLEGAMENTO DELL'INVOLUCRO DALLE BOCCOLE/CONNETTORI DEDICATI ALLE PARTI APPLICATE DURANTE L'ESECUZIONE DI TALE PROVA COMPORTEREBBE L'INDUZIONE DI UNA TENSIONE DI 220V SULL'INVOLUCRO DELL'APPARECCHIATURA TESTATA CON CONSEGUENTE PERICOLO PER IL PERSONALE VERIFICATORE.

TIPO PA 1	BF placche	ULTERIORI PARTI APPLICATE	
		Tipo PA2:	Tipo PA3:
Dispersione nell'apparecchio	4uA	CF elettrodi	BF sensore
Dispersione nel paziente	82uA	3uA	4uA +
N. SIC DEI COMPONENTI DEL SISTEMA			

MOTIVI DI NON CONFORMITA'		INTERVENTI NECESSARI	
L1:			
L2:			
L3:			
L4:			
STRUMENTI UTILIZZATI PER LE PROVE: FLUKE ESA 615			
NOTE			
LD:			

CONSTATAZIONE	GIUDIZIO	Timbro e firma
Data 16/01/23 Codice verificatore	Idoneo	
		Tecnico Andrea Cassera 

Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco**

DATA: 16/01/2023

Nr. VERIFICA	33300	APPARECCHIO	Defibrillatore		
Nr. STB					
Nr. ENTE	L76897				
Nome File Scheda		Codice CIVAB	DEF	Norma di riferimento	CEI EN 62353

LIMITI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

NORMA TECNICA

EN 62353:2008-01 → CEI 62-148 I ed. Fascicolo 9558e

Art. 5.3.2

TIPOLOGIA APPARECCHIO	PUNTI DI MISURAZIONE DELLA RESISTENZA R	LIMITE:
Apparecchi muniti di cavo non separabile	R tra conduttore di protezione e connettore di terra dell'alimentazione e parti accessibili conduttive messe a terra	300 mΩ
Apparecchi con cavo separabile	R cavo singolo	100 mΩ
	R tra il morsetto di terra di protezione e le parti accessibili conduttive messe a terra	200 mΩ
	R tra il connettore di terra dell'alimentazione e le parti accessibili conduttive messe a terra	300 mΩ
Apparecchi alimentati con presa multipla	R tra il connettore della terra di protezione dell'alimentazione principale della presa multipla e tutte le parti conduttive accessibili messe a terra	500 mΩ

Art. 5.3.3

VERIFICA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE INVOLUCRO			
CLASSE	TIPO P.A.	METODO	LIMITE
I	B	Alternativo	1000 μA
		Diretto o Differenziale	500 μA
	BF	Alternativo	1000 μA
		Diretto o Differenziale	500 μA
	CF	Alternativo	1000 μA
		Diretto o Differenziale	500 μA
II	B	Alternativo	500 μA
		Diretto o Differenziale	100 μA
	BF	Alternativo	500 μA
		Diretto o Differenziale	100 μA
	CF	Alternativo	500 μA
		Diretto o Differenziale	100 μA

VERIFICA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE PARTI APPLICATE			
CLASSE	TIPO P.A.	METODO	LIMITE
I	BF	Alternativo	5000 μA
		Diretto	5000 μA
	CF	Alternativo	50 μA
		Diretto	50 μA
II	BF	Alternativo	5000 μA
		Diretto	5000 μA
	CF	Alternativo	50 μA
		Diretto	50 μA
A.I.	BF	Alternativo	5000 μA
		Diretto	5000 μA
	CF	Alternativo	50 μA
		Diretto	50 μA

Erstmessung für Neugeräte
Elektrische Sicherheit gemäß VDE 750 Teil 1 12.91
EN 60601-1 zweite Ausgabe 1988, geändert 1996

Electrical safety according to VDE 750 part 1 12.91 and EN 60601-1 second edition 1988 amended 1996.

Gerätetyp: LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR
Type:

Artikel-Nr.: V15-5-000102
Part #:

Schutzklasse: Interne Stromquelle
Protection Class: Internally Powered

Fabrik-Nr.: 50320575
Serial No.:

Elektrische Sicherheit gemäß VDE 750 Teil 1 / EN 60601-1
Electrical Safety according to VDE 750/EN 60601 Part 1.

Erstgemessene Werte
First Measurement Values

Limits:

Patientenableitstrom:
Patient Leakage Current

13.00 μA

EN 60601-1 Table IV
100 μA (BF)

Fügen Sie diese Daten dem Medizinproduktebuch zu!
Put this data in your medical device log book!

07 December, 2022

Anthony Martinez

Datum Pruefte
Date Tested

Pruefer Name
Tester's Name

Dieses Dokument wird elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift.
This document is produced electronically and does not display a signature.

DOC: 3207121 . Y

The Committee on the Study of the
History of the United States
has the honor to acknowledge the receipt of
the report of the

Committee on the Study of the

History of the United States

Committee on the Study of the

History of the United States

The Committee on the Study of the
History of the United States

The Committee on the Study of the
History of the United States
has the honor to acknowledge the receipt of
the report of the

The Committee on the Study of the
History of the United States

The Committee on the Study of the
History of the United States
has the honor to acknowledge the receipt of
the report of the

The Committee on the Study of the
History of the United States
has the honor to acknowledge the receipt of
the report of the



Product Service

EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 011882 0079 Rev. 00

Manufacturer:

PHYSIO-CONTROL, Inc.

11811 Willows Road N.E.
Redmond WA 98052
USA

Product Category(ies): ECG Monitors, Manual and Automatic External Defibrillators, External Transcutaneous Pacemakers, with the Following Optional Patient Parameter Monitoring Capability: Pulse Oximetry, Invasive and Non-Invasive Blood Pressure, Capnography (ETC02), Temperature, and Patient Data Management System.

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

72151769

Valid from:

2020-03-18

Valid until:

2024-05-26

Date, 2020-03-18

C.D.M


Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body



EC Declaration Of Conformity



Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052
USA



Physio-Control Operations
Netherlands, B.V.
Galjoenweg 68,
6222 NV Maastricht
The Netherlands

Notified Body 0123
TUV SUD Product Service
GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Germany

PHYSIO-CONTROL declares that the CE marked product

ITEM
LIFEPAK® 15 Monitor/Defibrillator
battery powered with external power capability

PART NUMBERS
V15-5-000013 through V15-5-000561
V15-7-000042 through V15-7-000195 (FDA Only)

Conforms to European Community Council Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive), as amended through 2007/47/EC, and is a Class IIb Device assessed under Annex II.

The CE marked product also conforms to the following EC Directives:

DIRECTIVE

2012/19/EU
2006/66/EC
2014/53/EU
2011/65/EU

SUBJECT

Waste electrical and electronic equipment (WEEE, recast)
Battery directive, as amended through 2013/56/EU
Radio Equipment Directive (RED)
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

- Annex I – Category 8 – Medical Devices
- Annex IV – Exemption 17

The CE marked product complies with the following standards:

STANDARDS

EN 1041:2008+A1:2013
EN ISO 15223-1:2012
EN ISO 14971:2012
EN 1789:2007+A2:2014 **
EN 60601-1:2006+A12:2014
EN 60601-1-2: 2007+AC:2010
EN 60601-1-6:2010+A1:2015
EN 62366:2008+A1:2015
EN 60601-1-8:2007+A1:2013
+CORR:2014
EN 60601-2-4:2011
EN 60601-2-25:2015
EN 60601-2-27:2014
EN 80601-2-30:2010+A1:2015
EN 60601-2-34:2014
EN 60601-2-49:2015
EN ISO 80601-2-55:2011

EN 80601-2-56:2012

EN ISO 80601-2-61:2011
EN 62304:2006+CORR:2011
EN 50419:2006

EN 60086-4:2008
ISO10993-1:2009
EN 62281:2013

SUBJECT

Requirements for information supplied by medical device manufacturers
Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be
Application of risk management to medical devices
Safety requirements for ambulances and their equipment
General requirements for safety for medical electrical equipment
EMC requirements for medical electrical equipment
Safety requirements for usability
Application of usability engineering to medical devices
Safety requirements for alarm systems

Safety requirements for cardiac defibrillators
Safety requirements for electrocardiographs
Safety and performance of electrocardiographic monitoring equipment
Safety and performance requirements for non-invasive blood pressure monitors
Safety and performance requirements for invasive blood pressure monitors
Safety requirements for multifunction patient monitoring equipment
Requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors

Requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement
Requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter
Medical Device Software – Software Life Cycle Processes
Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
Safety of lithium batteries
Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and Testing
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

The CE marked product was evaluated with the following accessories:

Therapy

Hard paddle electrodes
Pediatric paddle (adapter)
Cable-Adapter, LP15 to LP12 Internal Paddles
QUIK-COMBO Therapy cable

ECG Monitoring

3-wire ECG cable
5-wire ECG cable Cable-Adapter, LP15 to LP12 Internal
NIPB (AOP /Colder)
Hoses 9ft, 12ft and coiled
ECG Paper
Paper Rolls, 100MM Wide, ECG

Separately CE marked accessories:

Power Source

Li-Ion battery
AC & DC power adapters

Therapy

QUIK-COMBO™ pacing/defibrillation/ECG electrodes
QUIK-COMBO RTS pacing/defibrillation/ECG electrodes
QUIK-COMBO PEDIATRIC pacing/defibrillation/ECG electrodes
QUIK-COMBO REDI-PAK™ pacing/defibrillation/ECG electrodes with REDI-PAK
Internal handles with discharge controls
Internal defibrillation paddles (used with internal handles above)

EtCO₂ Monitoring (Oridion Systems)

EtCO₂ FilterLines
EtCO₂ Smart Capnolines
SIGNAGEL® Electrode Gel

IP Monitoring

5 µV/V/mm Hg transducers compliant with IEC 60601-2-34 and AAMI BP-22
Deltran® disposable transducers
TrueWave™ disposable transducers
Transpac® disposable transducers


Test

Test Load

Non-Medical Accessories

Serial and USB communication cables
Wireless modem/gateway
3-Lead ECG Patient Simulator
12-Lead ECG Patient Simulator
Standard Carrying Case Shoulder Strap
Top and Back Pouch
Internal Bluetooth Module™
LIFENET Gateway
Power Adapter, Attachment Kit **

Signed June 12, 2017

 Redmond, WA

SpO₂ Monitoring (Masimo)

LNOP (4 foot, 8 foot, 12 foot) and LNCS (4 foot, 10 foot, 14 foot) Patient extension cables
LNCS and M-LNCS reusable sensors
LNCS and M-LNCS disposable sensors
RC-1, Patient Cable (1ft)
RC-4, Patient Cable, (4ft)
RC-12, Patient Cable, (12ft)

SpO₂ Monitoring, SpCO and SpMet (Masimo)

Rainbow patient extension cables
Rainbow reusable sensors
Rainbow disposable sensors
Rainbow light shields
Red MNC cable with compatible Nellcor Sensors
Red™ MNC patient cable (for use with Nellcor sensors)

Nellcor®

Nellcor Reusable Oximax® DS-100A Adult sensor
Oxiband Reusable sensor Adult/Neonatal
Dura-Y™ Multisite sensor

IBP Monitoring (CAS Medical Systems or Statcorp or Spacelabs Healthcare Medical)

NIBP reusable blood pressure cuffs
NIBP disposable blood pressure cuffs

ECG Monitoring


12-lead ECG cable
Cleartrace® ECG Electrodes

Temperature Monitoring (Measurement Specialties)

Disposable temperature probes: 4491 Esophageal/ Rectal, 4499HD Skin High Dielectric, 4464 Foley 14Fr, 4466 Foley 16Fr, Temperature prob adapter cables

Mounting

Ambulance Mount
Bed connector


Paula Lank

Vice President, Regulatory and Clinical Affairs

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. This declaration applies to CE marked devices produced after the date of issuance of this declaration and before it is either superseded by another declaration or withdrawn.

** EN 1789 Safety requirements for ambulances and their equipment not applicable to the power adapter attachment kit.

Documento di Trasporto

Stryker EMEA Supply Chain Services BV
FRANS MAASWEG 2
5928 SB VENLO
Paesi Bassi
Tel :0031777510965

stryker®

Italia



Per conto di:
Stryker Italia S.r.l.
Stryker Italia S.r.l.
Via A. G. Eiffel
13115
00148 Roma
Italia
Tel :+390694500700
Fax :+390687500997

Directive 2014/53/EU Importer:
Stryker ESCS BV,
Frans Maasweg 2, 5928 SB
Venlo, The Netherlands

N.spedizione : 2061716772
Data spedizione : 04/08/2022
Pagina : 1 di 2
Vettore : ITUPS

Indirizzo fattura: ASST DI LECCO VIA DELL'EREMO 9-11 23900 LECCO Italia		Indirizzo spedizione: OSP. A. MANZONI - LECCO ASST DI LECCO VIA DELLA FILANDA, 11 MAGAZZINO 23900 LECCO Italia				
Numero cliente IT002220			N.spedizione 2061716772			
Metodo spedizione: ITUPS - Saver Numero ordine: 1120441569 Data ordine: 24/05/2022 N.spedizione: 2061716772 Riferimento cliente: 20-05-22@1-2022-2028						
Prima di ricevere l'intero pagamento Stryker si riserva la proprietà delle merci consegnate. La responsabilità della merce passa all'acquirente al momento della consegna al corriere.						
Causale del trasporto: Vendita						
N. articolo / N. articolo cliente	Descrizione articolo	N. serie/data scad./lotto	Quantità ordinata / UM	Quantità già consegnat a	Quantità in questa spedizione	Quantità ordinata, attualmente non disponibile/data spedizione prevista
11140-000098	ALIMENTATORE ESTERNO 220V CA PER LIFEPAK 15	210301	2 EA	0	2	0
11140-000080	PROLUNGA PER CAVO ALIMENTATORE PER LIFEPAK 15	0322	2 EA	0	2	0
11140-000019	CAVO ALIMENTAZIONE CA EUROPEO PER LIFEPAK 15/20/20e		2 EA	0	2	0
11160-000017	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO GRANDE PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11577-000002	BORSA STANDARD PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11160-000011	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE NEONATO PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11160-000013	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE PEDIATRICO PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11160-000019	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO EXTRA LARGE PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11996-000369	CAVO USB PC PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11996-000374	GANCIO DA LETTO PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 13/06/2022
99577-001474	LIFEPAK 15 v4 BASE CON SPO2, PSNI, 12 DERIVAZIONI, EICO2, PRESSIONI INVASIVE, TREND		2 EA	0	0	2 13/06/2022
21330-001486	ASSEMBLY, DVD, INSERVICE, LP15, V2, V4		2 EA	0	0	2 13/06/2022

Documento di Trasporto

Stryker EMEA Supply Chain Services BV
FRANS MAASWEG 2
5928 SB VENLO
Paesi Bassi
Tel :0031777510965

stryker®

Italia



Per conto di:
Stryker Italia S.r.l.
Stryker Italia S.r.l.
Via A. G. Eiffel
13\15
00148 Roma
Italia
Tel :+390694500700
Fax :+390687500997

Directive 2014/53/EU Importer:
Stryker ESCS BV,
Frans Maasweg 2, 5928 SB
Venlo, The Netherlands

N.spedizione : 2061716772
Data spedizione : 04/08/2022
Pagina : 2 di 2
Vettore : ITUPS

21330-001367	TESTER PER DEFIBRILLAZIONE CAVO E CONNETTORE TERAPIA (TEST LOAD) PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12 E LIFEPAK 500		2 EA	0	0	2 13/06/2022
21330-001176	BATTERIA AL LITIO PER LIFEPAK 15		4 EA	0	0	4 13/06/2022
11171-000053	Masimo SET Red DBI-dc8 Sensore Riutilizzabile Flessibile per Adulti a collegamento diretto 2,4 m PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 13/06/2022
26500-003612	ASSY, CD-ROM, SERVICE MANUAL, LP15, V4		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11996-000017	PIASTRE MONOUSO QUIK-COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12, LIFEPAK 20/20e, LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000		4 EA	0	0	4 13/06/2022
41577-000224	LP15 ACCRY SHIPKIT,IEC,L		2 EA	0	0	2 13/06/2022
MVA	FILTERLINE SET ADULTI (25 PEZZI) con Ingresso O2 e rilevazione da naso o bocca - connettore maschio - pazienti NON intubati PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12 E LIFEPAK 20/20e		2 PK	0	0	2 13/06/2022
11996-000093	PIASTRE MONOUSO QUIK-COMBO RADIOTRASPARENTI PEDIATRICHE PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12, LIFEPAK 20/20e		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11130-000065	PIASTRE RIGIDE ADULTI PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11260-000039	TASCA POSTERIORE PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 13/06/2022
11577-000001	TRACOLLA PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 13/06/2022

TOTALE ARTICOLI INVIATI : 6

Numero lettera di vettura aerea

1Z 24F 69E 04 2362 770 3

Tel :0031777510965

Per conto di:
Stryker Italia S.r.l.
Stryker Italia S.r.l.
Via A. G. Eiffel
1315
00148 Roma
Italia
Tel :+390694500700
Fax :+390687500997



Directive 2014/53/EU Importer:
Stryker ESCS BV,
Frans Maasweg 2, 5928 SB
Venlo, The Netherlands

N.spedizione : 2099854152
Data spedizione : 20/12/2022
Pagina : 1 di 2
Vettore : PHYSIOUPS

Indirizzo fattura:	Indirizzo spedizione:
ASST DI LECCO VIA DELL'EREMO 9-11 23900 LECCO Italia	OSP. A. MANZONI - LECCO ASST DI LECCO VIA DELLA FILANDA, 11 MAGAZZINO 23900 LECCO Italia

Numero cliente	N.spedizione
IT002220	2099854152

Metodo spedizione: PHYSIOUPS - Standard
Numero ordine: 1120441569
Data ordine : 24/05/2022
N.spedizione : 2099854152
Riferimento cliente : 20-05-22@1-2022-2028

Prima di ricevere l'intero pagamento Stryker si riserva la proprietà delle merci consegnate. La responsabilità della merce passa all'acquirente al momento della consegna al corriere.

Causale del trasporto: Vendita

N. articolo / N. articolo cliente	Descrizione articolo	N. serie/data scad./lotto	Quantità ordinata / UM	Quantità già consegnat a	Quantità in questa spedizione	Quantità ordinata, attualmente non disponibile/data spedizione prevista
11160-000017	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO GRANDE PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12	M75403122(MDR)(1)	2 EA	0	2	0
11577-000002	BORSA STANDARD PER LIFEPAK 15		2 EA	0	2	0
11160-000011	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE NEONATO PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12	M57782521(MDR)(1)	2 EA	0	2	0
11160-000013	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE PEDIATRICO PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12	M71551822(MDR)(1)	2 EA	0	2	0
11160-000019	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO EXTRA LARGE PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12	M68690922(MDR)(1)	2 EA	0	2	0
11996-000369	CAVO USB PC PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12		2 EA	0	2	0
11996-000374	GANCIO DA LETTO PER LIFEPAK 15		2 EA	0	2	0
99577-001474	LIFEPAK 15 v4 BASE CON SPO2, PSNI, 12 DERIVAZIONI, EtCO2, PRESSIONI INVASIVE, TREND	50320575(MDD)	1 EA	0	1	0
99577-001474	LIFEPAK 15 v4 BASE CON SPO2, PSNI, 12 DERIVAZIONI, EtCO2, PRESSIONI INVASIVE, TREND	50321306(MDD)	1 EA	0	1	0
21330-001486	ASSEMBLY, DVD, INSERVICE, LP15, V2, V4		2 EA	0	2	0
21330-001367	TESTER PER DEFIBRILLAZIONE CAVO E CONNETTORE TERAPIA (TEST LOAD) PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12 E LIFEPAK 500	511310	2 EA	0	2	0

Tel :0031777510965

Per conto di:
Stryker Italia S.r.l.
Stryker Italia S.r.l.
Via A. G. Eiffel
13115
00148 Roma
Italia
Tel :+390694500700
Fax :+390687500997



Directive 2014/53/EU Importer:
Stryker ESCS BV,
Frans Maasweg 2, 5928 SB
Venlo, The Netherlands

N.spedizione : 2099854152
Data spedizione : 20/12/2022
Pagina : 2 di 2
Vettore : PHYSIOUPS

21330-001176	BATTERIA AL LITIO PER LIFEPAK 15	20220815 15/08/2024	4 EA	0	4	0
11171-000053	Masimo SET Red DBI-dc8 Sensore Riutilizzabile Flessibile per Adulti a collegamento diretto 2,4 m PER LIFEPAK 15	22ABZ(MDD) 01/01/2099	2 EA	0	2	0
26500-003612	ASSY, CD-ROM, SERVICE MANUAL, LP15, V4		2 EA	0	2	0
11996-000017	PIASTRE MONOUSO QUIK-COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12, LIFEPAK 20/20e, LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000	225890(MDR)(1) 16/03/2025	4 EA	0	4	0
41577-000224	LP15 ACCRY SHIPKIT,IEC,L	50213495	2 EA	0	2	0
MVA	FILTERLINE SET ADULTI (25 PEZZI) con Ingresso O2 e rilevazione da naso o bocca - connettore maschio - pazienti NON intubati PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12 E LIFEPAK 20/20e	D211267164(MDD)	2 PK	0	2	0
11996-000093	PIASTRE MONOUSO QUIK-COMBO RADIOTRASPARENTI PEDIATRICHE PER LIFEPAK 15, LIFEPAK 12, LIFEPAK 20/20e	231831(MDR)(1) 04/04/2024	2 EA	0	2	0
11130-000065	PIASTRE RIGIDE ADULTI PER LIFEPAK 15		2 EA	0	0	2 Nessuna data disponibile ^E
11260-000039	TASCA POSTERIORE PER LIFEPAK 15		2 EA	0	2	0
11577-000001	TRACOLLA PER LIFEPAK 15		2 EA	0	2	0

(E) Al momento non è possibile fornire una data di spedizione certa. Sarà cura del customer service comunicarla appena sarà disponibile.

TOTALE ARTICOLI INVIATI : 42

Numero lettera di vettura aerea

1Z 46E 07W 68 2727 584 4, 1Z 46E 07W 68 2727 585 3, 1Z 46E 07W 68 2727 583 5

Importatore - UE 2017/745
(1) Stryker EMEA Supply Chain Services B.V., Frans Maasweg 2, Venlo NL 5928 SB

Stryker Italia S.r.l - S.U. - Capitale Sociale 2.970.000,00 Euro int. Vers.
P.I. 06032681006 - Cod. Fisc. 12572900152
Reg. Impr. Di Roma n° 12572900152

Documento di Trasporto

Stryker EMEA Supply Chain Services BV
FRANS MAASWEG 2
5928 SB VENLO
Paesi Bassi
Tel :0031777510965

stryker®

Italia



Per conto di:
Stryker Italia S.r.l.
Stryker Italia S.r.l.
Via A. G. Eiffel
13\15
00148 Roma
Italia
Tel :+390694500700
Fax :+390687500997

Directive 2014/53/EU Importer:
Stryker ESCS BV,
Frans Maasweg 2, 5928 SB
Venlo, The Netherlands

N.spedizione : 2109429167
Data spedizione : 12/01/2023
Pagina : 1 di 1
Vettore : ITUPS

Indirizzo fattura: ASST DI LECCO VIA DELL'EREMO 9-11 23900 LECCO Italia		Indirizzo spedizione: OSP. A. MANZONI - LECCO ASST DI LECCO VIA DELLA FILANDA,11 MAGAZZINO 23900 LECCO Italia				
Numero cliente IT002220		N.spedizione 2109429167				
Metodo spedizione: ITUPS - Saver Numero ordine: 1120441569		N.spedizione : 2109429167 Riferimento cliente : 20-05-22@1-2022-2028				
Data ordine : 24/05/2022						
Prima di ricevere l'intero pagamento Stryker si riserva la proprietà delle merci consegnate. La responsabilità della merce passa all'acquirente al momento della consegna al corriere.						
Causale del trasporto: Vendita						
N. articolo / N. articolo cliente	Descrizione articolo	N. serie/data scad./lotto	Quantità ordinata / UM	Quantità già consegnat a	Quantità in questa spedizione	Quantità ordinata, attualmente non disponibile/data spedizione prevista
11130-000065	PIASTRE RIGIDE ADULTI PER LIFEPAK 15	50351036(MDD)	1 EA	0	1	0
11130-000065	PIASTRE RIGIDE ADULTI PER LIFEPAK 15	50351177(MDD)	1 EA	0	1	0
TOTALE ARTICOLI INVIATI : 2						
Numero lettera di vettura aerea 1Z 24F 69E 04 2790 955 3						

Importatore - UE 2017/745
(1) Stryker EMEA Supply Chain Services B.V., Frans Maasweg 2, Venlo NL 5928 SB

Stryker Italia S.r.l - S.U. - Capitale Sociale 2.970.000,00 Euro int. Vers.
P.I. 06032681006 - Cod. Fisc. 12572900152
Reg. Impr. Di Roma n° 12572900152
Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002



Management
System
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016
www.tuv.com
ID: 0710500318



PRO.MED. S.r.l.

Sede Legale: Via Giambattista Vico, 10 - 10128 TORINO (TO)
Telefono : 011500059 - Fax : 011500076
E-mail : promedsrl@pro-med.it - Web : www.pro-med.it
P.I./C.F./N.R.Imp. di Torino: IT 06651950013
Capitale sociale : € 50.000,00 a socio unico

Spett.le

ASST LECCO
VIA DELL'EREMO 9/11
23900 LECCO (LC)

Destinaz.

IDEM

Magazzino Deposit	Cod. cliente Customer N.	P. IVA / Codice fiscale VAT Number	Pagina: Page:	D.D.T.	Numero doc. Doc. Number	Data doc. Doc. date
000	000603	IT03622120131	1 di 1		256	03/02/2023
Coordinate Bancarie / Bank			Condizioni pagamento / Payment Terms			Valuta / Currency
			B.B. 60 GG FM			EURO
Agente/ Agent			Annotazioni / Notes			Note / Notes

Cod. Articolo Item Code	Descrizione Description	UM UM	Quantità Quantity	Prz. Unit. Unit Price	Sconti Discounts	Importo riga Amount	C.IVA Tax#
X0015C	CAVO ADATTATORE PER PRESSIONE INVASIVA	PZ	7,00				P22

☐ Data scadenza
☐ Tag Alert
☒ Confezionamento
 Autorizzato al rilascio 03/02/23
 Firma 13

Trasporto Shipment Mode		Aspetto esteriore beni Goods Appearance		Causale trasporto Shipment Reason		Firma destinatario / Recipient Signature	
Mittente		A vista		C/Campionatura			
Colli Packages	Peso Lordo Gross Weight Kg	Peso Netto Net Weight Kg	Porto Delivery	Data e ora inizio trasporto Shipment Date & Time		Firma conducente / Driver Signature	
1	0,00	0,00	Franco	06/02/2023 08:30			
Vettori / Carriers				Data e Ora ritiro / Pick-up Date & Time		Firma vettore / Carrier Signature	
				06/02/2023 08:30			



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco

Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco

C.F. - P.I. 03622120131

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
2028 / 2022 - SIC	20/05/2022	1 di 5

- Ingegneria Clinica 0341-489438

0341-489448

- Magazzino Lecco 0341-489794

- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

Spett.le: (101817)

STRYKER ITALIA SRL

VIA DEGLI OLMETTI, 1 - 1/A

00060 CANALE MONTERANO (RM)

TEL: 06901041 - 0690104846

FAX: 02/57609468 - 0690400444

Dep. Emittente: **SIC (Servizio Ing. Clinica)** CODICE UNIVOCO UFFICIO per invio fattura elettronica: UFDLTCConsegna: **08.30 - 12.30 dal Lunedì al Venerdì**Presso: **MAGAZZINO ECONOMALE - VIA DELLA FILANDA, 11 - 23900 LECCO**

Data Prevista Consegna: 20/06/2022

Note:

Per comunicazioni relative al seguente Ordine contattare: **Arnoldi Alessia** - Tel.: **0341.489**

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
1	Ns.Cod.: 92566 Cod. Articolo Produttore: 11140-000098 ALIMENTATORE ESTERNO 220V CA PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 (CESPITE) Ref. Produttore: 11140-000098 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	1.526,00000	20,00	2.441,60	5
2	Ns.Cod.: 92571 Cod. Articolo Produttore: 11160-000017 BACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE PER LIFEPAK 15 (CESPITE) Ref. Produttore: 11160-000017 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	74,00000	20,00	118,40	5

Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
 - 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
 - 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fattura.
 - 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
- NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco

Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco

C.F. - P.I. 03622120131

ORDINATIVO D'ACQUISTO

- Ingegneria Clinica 0341-489438

0341-489448

- Magazzino Lecco 0341-489794

- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

Numero	Data	Pagina
2028 / 2022 - SIC	20/05/2022	2 di 5

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
3	Ns.Cod.: 92574 Cod. Articolo Produttore: 11577-000002 BORSA STANDARD PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12 (CESPITE) Ref. Produttore: 11577-000002 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	252,00000	20,00	403,20	5
4	Ns.Cod.: 92573 Cod. Articolo Produttore: 11160-000011 BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE NEONATO PER LIFEPAK 15 (CESPITE) Ref. Produttore: 11160-000011 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	42,00000	20,00	67,20	5
5	Ns.Cod.: 92572 Cod. Articolo Produttore: 11160-000013 BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE PER LIFEPAK 15 (CESPITE) Ref. Produttore: 11160-000013 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	46,00000	20,00	73,60	5
6	Ns.Cod.: 92570 Cod. Articolo Produttore: 11160-000019 BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO PER LIFEPAK 15 (CESPITE) Ref. Produttore: 11160-000019 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	74,00000	20,00	118,40	5

Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
 - 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
 - 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
 - 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
- NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INViate IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.





Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco

Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco

C.F. - P.I. 03622120131

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
2028 / 2022 - SIC	20/05/2022	3 di 5

- Ingegneria Clinica 0341-489438

0341-489448

- Magazzino Lecco 0341-489794

- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
7	Ns.Cod.: 92569 Cod. Articolo Produttore: 11996-000369 CAVO USB PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12 (CESPITE) CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	316,00000	20,00	505,60	5
8	Ns.Cod.: 92577 Cod. Articolo Produttore: 11996-000374 GANCIO DA LETTO PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 (CESPITE) CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	157,00000	20,00	251,20	5
9	Ns.Cod.: 92565 Cod. Articolo Produttore: 99577-001474 MONITOR DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 V4 BASE CON SP02, PSNI, 12 DERIVAIONI, ETCO2, PRESSIONE INVASIVA, TREND (CESPITE) CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	30.443,00000	48,00	31.660,72	5
10	Ns.Cod.: 92568 Cod. Articolo Produttore: 11996-000093 PIASTRA MONOUSO QUIK-COMBO PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK (CESPITE) Ref. Produttore: 11996-000093 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	49,00000	20,00	78,40	5

Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
 - 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
 - 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
 - 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
- NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.





Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco
C.F. - P.I. 03622120131

ORDINATIVO D'ACQUISTO

- Ingegneria Clinica 0341-489438
0341-489448
- Magazzino Lecco 0341-489794
- Magazzino Merate 039-5916387
E-mail: sic@asst-lecco.it

Numero	Data	Pagina
2028 / 2022 - SIC	20/05/2022	4 di 5

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
11	Ns.Cod.: 92567 Cod. Articolo Produttore: 11130-000065 PIASTRA RIGIDA ADULTI PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK (CESPITE) CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	1.135,00000	20,00	1.816,00	5
12	Ns.Cod.: 92576 Cod. Articolo Produttore: 11260-000039 TASCA POSTERIORE PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12 (CESPITE) Ref. Produttore: 11260-000039 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	51,00000	20,00	81,60	5
13	Ns.Cod.: 92575 Cod. Articolo Produttore: 11577-000001 TRACCOLLA PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12 (CESPITE) Ref. Produttore: 11577-000001 CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	PZ	2,00	25,00000	20,00	40,00	5
14	Ns.Cod.: 86780 MANUTENZ.APPAREC.SANIT.(SOLO X ACQ. CESP) CIG: 91544066CF CUP: F19J21001760001 Per: 20565 COVID19 - Area Intensiva LC 3 piano Rif. comm. 318 - DGRXI-3479-20 ALLEG.5A BOX SING.P.O.LC	NR	4,00	415,79700	0,00	1.663,19	22

Note: Si chiede di contattare la U.O.C Ingegneria Clinica (Tel. 0341-489136) per concordare la consegna.

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
C2022/1946	39.319,11	2.248,70	41.567,81

Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
 - 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
 - 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
 - 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
- NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INViate IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco

Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco

C.F. - P.I. 03622120131

ORDINATIVO D'ACQUISTO

- Ingegneria Clinica 0341-489438
0341-489448

- Magazzino Lecco 0341-489794

- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

Numero	Data	Pagina
2028 / 2022 - SIC	20/05/2022	5 di 5

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
	39.319,11	2.248,70	41.567,81

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica

Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
 - 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
 - 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
 - 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
- NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INViate IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lecco

ASST Lecco



Protocollo n. 0014142/22U

1.5.3 24/03/2022

C.IPA: asst1 A00: asst1

COD.REG.PROT: RP02

Provveditorato Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail g.ripamonti@asst-lecco.it

Spett.le

STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

Via A.G. Eiffel, n. 13/15

00148, Roma (RM)

Trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA (D.L. N. 34/2020 CONVERTITO CON L. N. 77/2020) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15 (CIG 91544066CF, DEL. N. 254 del 23/03/2022) - LETTERA DI AGGIUDICAZIONE

Con riferimento Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera (D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020), alle negoziazioni intercorse negli scorsi mesi e alla Vostra offerta ultima prot. n. 13391 del 21 marzo 2022, si comunica che questa Amministrazione con Deliberazione n. 254 del 23 marzo 2022 (qui allegata) ha aggiudicato la fornitura di n. 7 monitor defibrillatori mod. "Lifepak 15", comprensiva di garanzia full risk di 24 mesi, a codesta rispettabile società, in accordo con quanto previsto al paragrafo VI delle "Linee Guida per l'utilizzo dell'Elenco dei Fornitori di attrezzature medicali", alle seguenti condizioni economiche:

DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.TA'	CODICE OFFERTO	CND	RDM	PREZZO UNITARIO (IVA escl.)	TOT
Lifepak 15 v4 base con SpO2, PSNI, 12 derivazioni, EtCO2, pressioni invasive, trend	7	99577-001474	Z12030502	1216343	€ 110.812,52	
Alimentatore esterno 220v CA per Lifepak 15	7	11140-000098	Z12030580	1890458	€ 8.545,60	
Piastre rigide adulti per Lifepak	7	11130-000065	C020401	accessory	€ 6.356,00	
Piastre monouso quik-combo	7	11996-000093	C020401	921057	€ 274,40	
Canone annuale contratto Assistenza tecnica	14	LP15LIFETIME	/	/	€ 5.821,20	
Cavo USB PC per Lifepak 15 e Lifepak 12	7	11996-000369	/	/	€ 1.769,60	
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000019	Z12030280	1370906	€ 414,40	
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000017	Z12040180	1370907	€ 414,40	
Bracciale pressione riutilizzabile	7	11160-000013	Z12040180	1370909	€ 257,60	
Bracciale pressione riutilizzabile neonato	7	11160-000011	Z12030280	1370910	€ 235,20	

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131
www.asst-lecco.it





Provveditorato Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

Borsa standard per Lifepak 15	7	11577-000002	/	/	€ 1.411,20
Tracolla per Lifepak 15	7	11577-000001	/	/	€ 140,00
Tasca posteriore per Lifepak 15	7	11260-000039	/	/	€ 285,60
Gancio da letto per Lifepak 15	7	11996-000374	V0880	807373	€ 879,20
IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)					€ 137.616,87

CIG: 91544066CF**Importo contrattuale complessivo: € 137.616,87 IVA esclusa****Periodo contrattuale:** garanzia full risk di 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo delle apparecchiature.**Fatturazione:** a seguito di collaudo con esito positivo.**Pagamento:** 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura❖ **CONSEGNA**

La consegna delle apparecchiature è da subordinarsi alla disponibilità del reparto di destinazione e da concordarsi con la U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco.

Come previsto dalla normativa vigente, si richiede, **entro 30 giorni** dalla presente comunicazione, quanto segue:

1. CAUZIONE DEFINITIVA

Codesta società dovrà fornire idonea garanzia fidejussoria pari al 10% del valore della fornitura, ovvero la cauzione definitiva dovrà avere un valore di **€ 13.761,69**. La fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto dovrà avere la durata di **24 mesi** dalla data presunta di collaudo, e a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, come previsto dall'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

La cauzione costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lecco

Provveditorato Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

degli obblighi derivanti dal contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Il foro competente da indicare nella "cauzione definitiva" deve essere quello di Lecco.

2. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modificazioni l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante:

- ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO anche in forma non esclusiva all'appalto (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN)
- GENERALITÀ DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE SUL CONTO
- CODICE FISCALE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD OPERARE SUL CONTO

Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità valido del dichiarante.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

La decorrenza contrattuale sarà definita sulla base della data di collaudo con esito positivo delle apparecchiature.

In seguito alla ricezione dei documenti richiesti, che dovranno pervenire all'indirizzo PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it, sarà stipulato il contratto per la fornitura in oggetto.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Dott. Enrico Guido Ripamonti

Allegato: Deliberazione n. 254 del 23/03/2022

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Guido Ripamonti
Pratica trattata da: Sig. Davide Invernizzi - Tel- 0341/253990

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131
www.asst-lecco.it





OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA - APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15 ALLA SOCIETA' STRYKER ITALIA S.R.L. S.U., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 167.892,58 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall' 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.O. della Provincia di Lecco;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

DATO ATTO che con deliberazione n. 103 del 14.02.2022 si è proceduto all'approvazione del BPE 2022, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili per l'esercizio 2022;

VISTA la nota prot. n. 47534 del 16 novembre 2020 (agli atti d'ufficio) a firma del Direttore Generale con la quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 delle linee guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il Dott. Enrico Guido Ripamonti, Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato, per le procedure di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali previste nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 21 del 14 gennaio 2021:

- è stato approvato il fabbisogno di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'attuazione del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, recepito da Regione Lombardia con D.G.R. n. 3331/2020 e D.G.R. n. 3479/2020;
- sono state approvate le acquisizioni di apparecchiature elettromedicali, in base alle tipologie di affidamento previste dalla normativa vigente in materia e dalle linee guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali, per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, pubblicate da Invitalia S.p.A.;

ACCERTATO che tra le apparecchiature facenti parte del suddetto piano dei fabbisogni sono presenti "n. 7 monitor defibrillatori", da destinarsi al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lecco, da acquisirsi in affidamento previa trattativa diretta, come riportato al paragrafo VI "Modalità di Acquisto" delle "Linee Guida per l'utilizzo dell'Elenco dei Fornitori di attrezzature medicali" di Invitalia;

ACQUISITA con nota del 23 dicembre 2021 della U.O.C. Ingegneria Clinica (agli atti d'ufficio) la richiesta per l'acquisizione di n. 7 monitor defibrillatori;

VISTA la relazione tecnica a firma congiunta del Direttore e della Coordinatrice Infermieristica della U.O.C. Pronto Soccorso lecco (agli atti d'ufficio), ricevuta in data 23 dicembre 2021 quale allegato alla suddetta nota della U.O.C. Ingegneria Clinica, in cui:

- si dichiara che il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso richiede un incremento delle dotazioni elettromedicali fondamentali all'attività di emergenza-urgenza,
- si riportano le caratteristiche tecniche dei monitor defibrillatori di cui è richiesta l'acquisizione,
- si evidenzia, in considerazione dei momenti di elevato carico operativo dell'ambiente di Pronto Soccorso, la necessità di avere a disposizione apparecchiature di grande affidabilità, massima robustezza, facilità d'uso e familiarità da parte di tutto lo staff,
- si afferma le predette considerazioni, l'esperienza acquisita, l'analisi di dettaglio degli apparecchi proposti portano la scelta tecnica verso apparecchi di alta gamma in grado di offrire a operatori e utenti la massima garanzia globale,
- si comunica, infine, che la scelta è rappresentata dai monitor defibrillatori modello "Lifepak 15", prodotto da Stryker Corporation (già Physio-Control Corporation), in considerazione della familiarità d'uso nell'emergenza clinica tra gli operatori sanitari, nonché la presenza delle medesime apparecchiature nella shock-room del Pronto Soccorso di Lecco;

ACCERTATO che nell'ambito degli elenchi di apparecchiature redatti da Invitalia S.p.A. appartenenti alle categorie di cui all'Allegato 1 "Piani di Riorganizzazione – Schede Tecniche attrezzature per terapie intensive e semi-intensive" l'unico operatore economico in grado di fornire tale modello di monitor defibrillatore è la società Stryker Italia S.r.l. S.U.;

DATO ATTO che le "Linee Guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva" del 2 novembre 2020, pubblicate da Invitalia SpA, prevedono al paragrafo VI che *"i soggetti attuatori possono procedere, a seconda dei presupposti di legge, all'affidamento diretto della fornitura oppure all'affidamento della fornitura previa negoziazione tra più fornitori o anche con un solo fornitore (trattativa diretta)"*;

CONSIDERATO che facendo seguito alle negoziazioni intercorse nel IV trimestre 2021 tra la U.O.C. Provveditorato Economato dell'ASST di Lecco e la società Stryker Italia S.r.l. S.U., con lettera trasmessa a mezzo PEC in data 15 febbraio 2022 la stessa U.O.C. ha richiesto formalmente alla ditta l'offerta per la fornitura di n. 7 monitor defibrillatori modello "Lifepak 15", con servizio di assistenza tecnica per il periodo di 24 mesi, dotati della configurazione richiesta dalle UU.OO.CC. Ingegneria Clinica e Pronto Soccorso Lecco;

ACQUISITA con nota prot. n. 10228 del 2 marzo 2022 l'offerta economica della società Stryker Italia S.r.l. S.U. per la fornitura di n. 7 monitor defibrillatori mod. "Lifepak 15", comprensiva di

servizio di assistenza tecnica per 24 mesi, per un importo complessivo pari ad € 139.534,83 IVA esclusa;

ACQUISITO, altresì, in pari data il parere favorevole espresso dalla Dirigente Responsabile della U.O.C. Ingegneria Clinica di idoneità tecnica dell'offerta pervenuta da Stryker Italia S.r.l. S.U., in relazione al fabbisogno aziendale;

VISTA la nota prot. n. 12873 del 17 marzo 2022 del Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato con la quale è stata richiesta alla società Stryker Italia S.r.l. S.U. un'ulteriore miglioria economica della suddetta offerta;

ACQUISITA con nota prot. n. 13391 del 21 marzo 2022 l'ultima offerta della società Stryker Italia S.r.l. S.U. per un importo complessivo pari ad € 137.616,87 IVA esclusa;

VALUTATO, pertanto, di procedere con l'affidamento della fornitura di n. 7 monitor defibrillatori mod. "Lifepak 15" alla società Stryker Italia S.r.l. S.U., per un importo complessivo pari ad € 137.616,87 IVA esclusa, così dettagliato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.TA'	CODICE OFFERTO	CND	RDM	PREZZO UNITARIO (IVA escl.)
Lifepak 15 v4 base con SpO2, PSNI, 12 derivazioni, EtCO2, pression invasive, trend	7	99577-001474	Z12030502	1216343	€ 110.812,52
Alimentatore esterno 220v CA per Lifepak 15	7	11140-000098	Z12030580	1890458	€ 8.545,60
Piastre rigide adulti per Lifepak	7	11130-000065	C020401	accessory	€ 6.356,00
Piastre monouso quik-combo	7	11996-000093	C020401	921057	€ 274,40
Canone annuale contratto Assistenza tecnica	14	LP15LIFETIME	/	/	€ 5.821,20
Cavo USB PC per Lifepak 15 e Lifepak 12	7	11996-000369	/	/	€ 1.769,60
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000019	Z12030280	1370906	€ 414,40
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000017	Z12040180	1370907	€ 414,40
Bracciale pressione riutilizzabile	7	11160-000013	Z12040180	1370909	€ 257,60
Bracciale pressione riutilizzabile neonato	7	11160-000011	Z12030280	1370910	€ 235,20
Borsa standard per Lifepak 15	7	11577-000002	/	/	€ 1.411,20
Tracolla per Lifepak 15	7	11577-000001	/	/	€ 140,00
Tasca posteriore per Lifepak 15	7	11260-000039	/	/	€ 285,60
Gancio da letto per Lifepak 15	7	11996-000374	V0880	807373	€ 879,20
IMPORTO COMPLESSIVO RISERVATO ALL'ASST DI LECCO (IVA ESCLUSA)					€ 137.616,87

DATO ATTO che la spesa complessiva, pari ad € 167.892,58 IVA inclusa, trova copertura:

- per € 47.969,31 IVA inclusa nel finanziamento di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 9216 del 7 luglio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse stanziare con D.G.R. n. XI/4928 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - Ampliamento PS - Co-finanziamento Piano di

Riordino Rete Ospedaliera in attuazione del DL 34/2020" (come confermato dalla verifica di sussistenza n. 2563 del 23 dicembre 2021, commessa n. 340),

- per € 119.923,27 IVA inclusa nel finanziamento erogato direttamente dal Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (come previsto dalla nota n. 2255 del 01.02.2021 del Commissario Straordinario), come confermato dalle verifiche di sussistenza del 23 dicembre 2021 nn. 2562 (commessa 321), 2564 (commessa 318) e 2565 (commessa 320);

CONSIDERATA la necessità di provvedere al pagamento del contributo, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari a € 30,00 in quanto la spesa per la procedura in oggetto è ricompresa nella fascia tra € 40.000,00 e € 150.000,00, ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021";

VISTA l'attestazione di copertura economica;

VISTA l'attestazione di compatibilità del Responsabile Gestore di Spesa;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di:

- approvare l'affidamento della fornitura di n. 7 monitor defibrillatori modello "Lifepak 15", comprensiva di servizio di assistenza tecnica per 24 mesi, alla società Stryker Italia S.r.l. S.U., con sede legale in Via A.G. Eiffel, n. 13/15 - 00148, Roma (RM), per un importo contrattuale pari ad € 137.616,87 IVA esclusa, dettagliato come in premessa;
- dato atto che la spesa complessiva, pari ad € 167.892,58 IVA inclusa, trova copertura:

- per € 47.969,31 IVA inclusa nel finanziamento di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 9216 del 7 luglio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse stanziare con D.G.R. n. XI/4928 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - Ampliamento PS - Co-finanziamento Piano di Riordino Rete Ospedaliera in attuazione del DL 34/2020" (come confermato dalla verifica di sussistenza n. 2563 del 23 dicembre 2021, commessa n. 340),
- per € 119.923,27 IVA inclusa nel finanziamento erogato direttamente dal Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (come previsto dalla nota n. 2255 del 01.02.2021 del Commissario Straordinario), come confermato dalle verifiche di sussistenza del 23 dicembre 2021 nn. 2562 (commessa 321), 2564 (commessa 318) e 2565 (commessa 320);

TO IMPORTO CON IVA 22% (sbagliato)

- dare atto che la spesa complessiva di € 167.892,58 IVA inclusa è stata imputata allo stato patrimoniale della contabilità aziendale per l'anno 2022 al conto 015.020.00001 (attrezzature apparecchiature elettromedicali), Centro di Costo n. 01070501 "Pronto Soccorso Lecco";
- dare atto che il costo pari ad € 30,00 derivante dal presente provvedimento, destinato al pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è compatibile con il budget assegnato al gestore di spesa e con il B.P.E. 2022 (conto n. 510.015.00070 "altri oneri tributari", Centro di Costo n. 99999999 "costi comuni aziendali");
- disporre l'invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate;
- dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'Azienda, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n.33/2009 e ss.mm.ii..

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da:


Pratica trattata da: DAVIDE INVERNIZZI


Responsabile dell'istruttoria: ENRICO GUIDO RIPAMONTI

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI

Il presente atto si compone di n. 6 pagine

CODICI PACCHETTO MINIMO INVITALIA											
Lotto	Descrizione Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo Listino (€)	Sconto %	Prezzo unitario a Voi riservato (€)	Q.tà	Prezzo scontato per Q.tà a Voi riservato (€)	IVA %	CND	RDM
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e accessori	99577-001474	LIFEPAK 15 v4 BASE CON SPO2, PSNI, 12 DERIVAZIONI, EtCO2, PRESSIONI INVASIVE, TREND	€ 30.443,00	48,00%	€ 15.830,36	7	€ 110.812,52	5,00%	Z12030502	1216343
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11140-000098	ALIMENTATORE ESTERNO 220V CA PER LIFEPAK 15	€ 1.526,00	20,00%	€ 1.220,80	7	€ 8.545,60	5,00%	Z12030580	1890458
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11130-000065	PIASTRE RIGIDE ADULTI PER LIFEPAK 15	€ 1.135,00	20,00%	€ 908,00	7	€ 6.356,00	5,00%	C020401	Accessory
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11996-000093	PIASTRE MONOUSO QUIK-COMBO	€ 49,00	20,00%	€ 39,20	7	€ 274,40	5,00%	C020401	921057
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	LP15LIFETIME	Canone annuale contratto Assistenza Tecnica Lifetime	€ 469,00	11,34%	€ 415,80	14	€ 5.821,15	22,00%		
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11996-000369	CAVO USB PC PER LIFEPAK 15 E LIFEPAK 12	€ 316,00	20,00%	€ 252,80	7	€ 1.769,60	5,00%		
CODICI FUORI LISTINO INVITALIA											
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11160-000019	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO	€ 74,00	20,00%	€ 59,20	7	€ 414,40	5,00%	Z12030280	1370906
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11160-000017	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE ADULTO	€ 74,00	20,00%	€ 59,20	7	€ 414,40	5,00%	Z12040180	1370907
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11160-000013	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE	€ 46,00	20,00%	€ 36,80	7	€ 257,60	5,00%	Z12040180	1370909
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11160-000011	BRACCIALE PRESSIONE RIUTILIZZABILE NEONATO	€ 42,00	20,00%	€ 33,60	7	€ 235,20	5,00%	Z12030280	1370910
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11577-000002	BORSA STANDARD PER LIFEPAK 15	€ 252,00	20,00%	€ 201,60	7	€ 1.411,20	5,00%		No MD
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11577-000001	TRACCOLLA PER LIFEPAK 15	€ 25,00	20,00%	€ 20,00	7	€ 140,00	5,00%		No MD
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11260-000039	TASCA POSTERIORE PER LIFEPAK 15	€ 51,00	20,00%	€ 40,80	7	€ 285,60	5,00%		Service Replaceme
UNICO	7 configurazioni lifepack 15 invitalia e	11996-000374	GANCIO DA LETTO PER LIFEPAK 15	€ 157,00	20,00%	€ 125,60	7	€ 879,20	5,00%	V0880	807373
TOTALE								137.616,87 €			

Stryker Italia S.r.l. S.U.
 Via Sesto
 20139 Milano


**CODICI PACCHETTO MINIMO INVITALIA**

Lotto	Descrizione Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo Listino (€)	Sconto %	Prezzo unitario a Voi riservato (€)	Q.tà	Prezzo scontato per Q.tà a Voi riservato (€)	IVA %	CND	RDM
-------	-------------------	--------	-------------	--------------------	----------	-------------------------------------	------	--	-------	-----	-----

	CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 7	
	MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15 COMPRENSIVA DI	
	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER 24 MESI	
	TRA	
	l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, di seguito denominata ASST,	Rep. Gen. N. 241/2022
	Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03622120131, rappresentata dal Direttore	
	della U.O.C. Provveditorato Economato, Enrico Guido Ripamonti, nato a	
	Merate (LC) il 17.10.1959 e domiciliato per la carica in Lecco, Via	
	dell'Eremo, 9/11	
	e	
	la ditta Società STRYKER ITALIA S.R.L. S.U. (di seguito denominata anche	
	Aggiudicatario) – Via A.G. Eiffel, n. 13/15 – 00148, Roma (RM), P.IVA n.	
	06032681006, C.F. 12572900152, in persona del Procuratore Speciale,	
	Claudio Moro, nato a Udine (UD) il giorno 05/03/1965, C.F.	
	MROCLD65C05L483Y.	
	PREMESSO CHE	
	- questa Amministrazione con deliberazione n. 254 del 23 marzo 2022 ha	
	approvato l'affidamento, previa trattativa diretta, come riportato al paragrafo	
	VI "Modalità di Acquisto" delle "Linee Guida per l'utilizzo dell'Elenco dei	
	Fornitori di attrezzature medicali" di Invitalia, della fornitura di n. 7 monitor	
	defibrillatori modello "Lifepak 15", comprensiva di servizio di assistenza	
	tecnica per 24 mesi, alla società Stryker Italia S.r.l. S.U., per un importo	
	complessivo ad € 137.616,87 IVA esclusa.	
	- con garanzia fideiussoria n. 1861870, rilasciata il 31.03.2022 da Elba	

Assicurazioni S.p.A., è stato costituito deposito cauzionale di € 6.880,84,		
come previsto dall'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile		
2016, n. 50 e s.m.i.		
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA		
QUANTO SEGUE:		
Art. 1 – Norme regolatrici. – Le premesse al contratto, gli atti e i documenti		
richiamati, l'offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente		
allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del		
medesimo.		
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto		
nello stesso, da quanto segue:		
a) dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;		
b) dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;		
c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;		
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione		
del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;		
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di		
contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei		
precedenti punti.		
Art. 2 – Oggetto del contratto. – L'ASST di Lecco aggiudica alla società		
Stryker Italia S.r.l. S.U. la fornitura di n. 7 monitor defibrillatori modello		
"Lifepak 15".		
Art. 3 – Esecuzione, durata e valore del servizio. – L'importo contrattuale		
complessivo, relativo alle forniture affidate è pari ad € 137.616,87 IVA		
esclusa. Il servizio di assistenza tecnica di 24 mesi ha decorrenza dalla data di		

- applicare una penalità nella misura del 3‰ per le forniture non eseguite o non idonee;	
- applicare una penalità nella misura dell'1‰ per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
- applicare una penalità nella misura dell'1‰ per i collaudi eseguiti in ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
- applicare una penalità nella misura 0,3‰ per ogni risposta alla chiamata di intervento effettuata in ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
- applicare una penalità nella misura 0,3‰ per gli interventi correttivi conclusi in ritardo e per cui non sia stata fornita un'apparecchiatura sostitutiva di pari caratteristiche alla fornitura originale, per ogni giorno di ritardo;	
- applicare una penalità nella misura 1‰ per ogni manutenzione preventiva non effettuata secondo quanto previsto dal produttore.	
La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.	
In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R.	
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.	
Art. 5 – Consegna, Installazione e Collaudo. – La consegna delle apparecchiature è da subordinarsi alla disponibilità del reparto di destinazione e da concordarsi con la U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco.	
L'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura da parte dell'Aggiudicatario	
4	

collaudo con esito positivo di ogni singola apparecchiatura.

Il presente contratto prevede le seguenti forniture:

DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.TA'	CODICE OFFERTO	CND	RDM	PREZZO UNITARIO (IVA escl.)
Lifepak 15 v4 base con SpO2, PSNI, 12 derivazioni, EtCO2, pressione invasive, trend	7	99577-001474	Z12030502	1216343	€ 110.812,52
Alimentatore esterno 220v CA per Lifepak 15	7	11140-000098	Z12030580	1890458	€ 8.545,60
Piastre rigide adulti per Lifepak	7	11130-000065	C020401	accessor y	€ 6.356,00
Piastre monouso quik-combo	7	11996-000093	C020401	921057	€ 274,40
Canone annuale contratto Assistenza tecnica	14	LP15LIFETIME	/	/	€ 5.821,20
Cavo USB PC per Lifepak 15 e Lifepak 12	7	11996-000369	/	/	€ 1.769,60
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000019	Z12030280	1370906	€ 414,40
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000017	Z12040180	1370907	€ 414,40
Bracciale pressione riutilizzabile	7	11160-000013	Z12040180	1370909	€ 257,60
Bracciale pressione riutilizzabile neonato	7	11160-000011	Z12030280	1370910	€ 235,20
Borsa standard per Lifepak 15	7	11577-000002	/	/	€ 1.411,20
Tracolla per Lifepak 15	7	11577-000001	/	/	€ 140,00
Tasca posteriore per Lifepak 15	7	11260-000039	/	/	€ 285,60
Gancio da letto per Lifepak 15	7	11996-000374	V0880	807373	€ 879,20
IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA)					€ 137.616,87

Art. 4 – Penali. – Le inadempienze alle prescrizioni del capitolato tecnico da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali.

In caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;

	dovranno avvenire entro 30 gg solari dalla data dell'ordine, salvo diversi	
	accordi della U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco.	
	L'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati	
	entro il termine di 15 giorni solari dalla data di consegna, salvo diversi	
	accordi con la U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco.	
	Durante l'installazione si richiedono verifiche di sicurezza e funzionali in	
	loco.	
	Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del personale della U.O.C.	
	Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai	
	presenti. Può essere comunque concordato che il collaudo venga eseguito	
	solamente dal personale della U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco	
	che compilerà apposito verbale. Il verbale di collaudo favorevole rappresenta	
	il documento indispensabile per la liquidazione della fattura corrispondente e	
	per la decorrenza del periodo di garanzia. Si intende che, nonostante l'esito	
	favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Aggiudicatario	
	rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito,	
	anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.	
	Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e	
	collaudo è a carico della vostra Società, compreso l'eventuale smaltimento	
	dell'imballaggio che dovrà avvenire contestualmente all'installazione e/o	
	collaudo.	
	Art. 6 - Attività. – Le attività richieste sono:	
	- interventi di manutenzione programmata pari, per tipologia e frequenza, a	
	quanto previsto dal produttore;	
	- illimitati interventi di manutenzione correttiva;	

	- la fornitura di tutte le parti di ricambio.	
	Art. 7 - Modalità di servizio. - Il tempo di intervento in caso di guasto deve	
	essere di massimo 1 giorno lavorativo dalla chiamata.	
	Il tempo di risoluzione in caso di guasto deve essere massimo di 5 giorni	
	lavorativi dalla chiamata, altrimenti deve essere fornita un'apparecchiatura o i	
	singoli accessori sostitutivi di pari caratteristiche rispetto alla fornitura	
	originale.	
	Tutte le chiamate inoltrate al Servizio di Assistenza Tecnica	
	dell'Aggiudicatario per interventi di manutenzione dovranno essere accettate	
	solo se pervenute dalla U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco, che, in	
	tal contesto, trasmetterà il numero di chiamata da riportare, tassativamente,	
	sui rapporti di intervento tecnico.	
	Per tutto il periodo di garanzia deve essere garantito il medesimo livello	
	qualitativo dell'apparecchiatura, dei singoli accessori e delle parti di ricambi	
	forniti accertato al momento del collaudo: in caso di decadimento delle	
	prestazioni non risolvibile con normali interventi di manutenzione, dovrà	
	essere prevista la sostituzione dell'apparecchiatura, degli accessori o delle	
	parti di ricambio con nuove attrezzature identiche o migliori rispetto alla	
	fornitura originale.	
	Gli interventi di manutenzione effettuati sull'apparecchiatura in oggetto	
	dovranno:	
	- concordati con il personale della U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di	
	Lecco;	
	- essere eseguiti secondo procedure di qualità conformi agli standard ISO o	
	CEI;	

- essere documentati da rapporto tecnico, consegnato al personale della U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco. Su tale rapporto sarà cura dell'Aggiudicatario, riportare sempre il numero di autorizzazione all'intervento rilasciato, contestualmente alla chiamata, dal personale della U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco;

- i rapporti tecnici dovranno pervenire obbligatoriamente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco o via mail (sic@asst-lecco.it) o via fax (0341/489139) o in modalità cartacea.

Art. 8 – Esclusioni. Oneri e costi dei ricambi il cui danneggiamento risulti evidentemente imputabile a cattivo uso ed incuria da parte dell'operatore, o di parti danneggiate da errata manipolazione da parte di organizzazioni e/o persone non autorizzate dall'Aggiudicatario.

Interventi causati da manomissioni o imperfetto funzionamento delle adduzioni elettriche, idrauliche o altro.

Danni causati da incendio, imperfetto o inadeguato stato dei locali ospitanti le apparecchiature, catastrofi naturali, sommosse, esplosioni e comunque qualsiasi evento imputabile a forza maggiore.

Art. 9 – Prescrizioni riguardanti il personale. – Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste.

L'Aggiudicatario risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o colpa grave, potranno essere arrecati a persone o cose dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e

previdenziali.

L'Aggiudicatario dovrà corrispondere ai lavoratori un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL di riferimento e dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità finanziaria. – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Aggiudicatario deve comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o

postale, intestazione, IBAN), anche in forma non esclusiva all'appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Aggiudicatario deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti sopraindicati il codice identificativo di gara (CIG **91544066CF**), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'Aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Modalità di fatturazione e pagamento. – La fatturazione delle apparecchiature potrà essere effettuata solo a seguito di collaudo con esito positivo con riferimento all'ordinativo che verrà emesso dall'U.O.C.

Ingegneria Clinica.

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica da parte dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, come sopra enunciato.

Le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di

intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA denominato "split payment".

Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di questa Azienda relative all'oggetto del presente contratto, dovranno obbligatoriamente riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Art. 12 – Spese. – Sono a completo ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario della fornitura e del servizio tutte le spese amministrative relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Art. 13 – Foro competente. – Per qualunque controversia o contestazione emergente dal presente contratto le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente il Foro di Lecco, escludendo la competenza degli altri Fori.

Art. 14 – Responsabile del trattamento – Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il

contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi

al presente contratto ai sensi dell'art. 4, punto 8 del GDPR ed è tenuto a tutti

gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del trattamento previsti

dai commi da 2 a 10 dell'art. 28 del gdpr, come di seguito riportato:

"Art. 28 Responsabile del trattamento"

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a)	tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del	
	trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese	
	terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto	
	dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal	
	caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa	
	tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale	
	informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;	
b)	garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si	
	siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di	
	riservatezza;	
c)	adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;	
d)	rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro	
	responsabile del trattamento;	
e)	tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del	
	trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui	
	ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di	
	dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al	
	capo III;	
f)	assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di	
	cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle	
	informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;	
g)	su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati	
	personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al	
	trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o	
	degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e	

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per

	<i>dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente</i>	
	<i>articolo.</i>	
	<i>6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il</i>	
	<i>responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai</i>	
	<i>paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su</i>	
	<i>clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche</i>	
	<i>laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento</i>	
	<i>o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.</i>	
	<i>7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di</i>	
	<i>cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di</i>	
	<i>cui all'articolo 93, paragrafo 2.</i>	
	<i>8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le</i>	
	<i>materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del</i>	
	<i>meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.</i>	
	<i>9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in</i>	
	<i>forma scritta, anche in formato elettronico.</i>	
	<i>10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola</i>	
	<i>il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è</i>	
	<i>considerato un titolare del trattamento in questione.</i>	
	Si pattuisce, inoltre e in particolare:	
	• il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di	
	violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC	
	(protocollo@pec.asst-lecco.it), al Titolare del Trattamento di questa ASST	
	tale violazione.	
	La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta	

conoscenza, ciò per permettere a questa Amministrazione di procedere alla

notifica all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

- L'aggiudicatario, dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o beni.

- L'aggiudicatario, garantisce la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto.

- L'aggiudicatario, deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

- L'aggiudicatario, deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 15 – Revisione prezzi. – In applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo del 27 gennaio 2022 n. 4, potrà essere operata la revisione periodica del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisto di beni e servizi.

Art. 16 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali. – Il Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con deliberazione n. XI/1751 del 17/06/2019, costituisce parte integrante del presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti.

Art. 17 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n.

190/2012 e s.m.i. – L'Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall'ASST, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno;
- escussione della cauzione definitiva;
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia;

Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell'esecuzione del contratto e pertanto le stesse, anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 18 – Codice Etico Aziendale. – Il Fornitore si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico adottato dall'ASST di Lecco e pubblicato sul sito internet www.asst-lecco.it a cui si rimanda per la sua consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del fornitore, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art. 1456 del codice civile, con diritto dell'ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 19 – Vicende inerenti l'Aggiudicatario. – La cessione di azienda e gli

	atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di	
	contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione	
	appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta	
	trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa	
	alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso	
	dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 163/2006. L'ASST nei 60	
	giorni successivi alla ricezione della comunicazione relativa agli avvenimenti	
	di cui sopra può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del	
	contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione	
	alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui	
	all'art. 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.	
	Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di	
	prevenzione della delinquenza di tipo mafiose di altre gravi forme di	
	manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al	
	comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1	
	producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti	
	dalla legge.	
	In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di	
	fallimento del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si	
	applicherà la disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di	
	fallimento del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si	
	applicherà la disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	Art. 20 – Subappalto. – Il subappalto è regolato sulla base di quanto previsto	

dall'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 21 – Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità. –

L'Aggiudicatario, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Stazione Appaltante in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Aggiudicatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto. – È fatto divieto

all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST di Lecco al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 23 – Recesso unilaterale dal contratto. – L'ASST potrà recedere dal contratto, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore, senza che ciò comporti oneri per la stessa, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. In particolare, l'ASST potrà recedere dal contratto nei casi previsti dalla normativa antimafia.

Art. 24 - Risoluzione del contratto. – Con comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione il contratto si intenderà espressamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- quando l'Aggiudicatario senza giustificato motivo non esegua le forniture compromettendo l'esecuzione di prestazioni essenziali;
- quando l'Aggiudicatario comprometta il buon andamento e la regolare esecuzione delle forniture, con l'inosservanza degli obblighi direttamente ascrivibili a sé ed al proprio personale in caso di dichiarazione di fallimento dell'impresa in caso di gravi violazioni tributarie.

La risoluzione del contratto potrà inoltre essere richiesta dall'ASST:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e condizioni contrattuali;
- nei casi di subappalto non autorizzato;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l'Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'ASST dovesse sostenere per il conferimento delle forniture di cui trattasi presso altri fornitori, nonché al risarcimento degli eventuali danni procurati; a tale scopo è riconosciuto all'Amministrazione il diritto di trattenere definitivamente la cauzione versata a garanzia del contratto, salvo il diritto al risarcimento di

eventuali maggiori danni. Resta inteso che, nonostante l'esito favorevole del collaudo, l'Aggiudicatario rimane responsabile delle anomalie di funzionamento del sistema che abbiano a riscontrarsi in seguito, fino al termine del periodo della fornitura.

Art. 25 – Disposizioni finali. – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASST di Lecco,

f.to digitalmente

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Enrico Guido Ripamonti

Per STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.,

f.to digitalmente

IL PROCURATORE SPECIALE

Claudio Moro

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile il Sig. Claudio Moro, Procuratore Speciale della ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U., dichiara di avere preso visione e di dare specifica approvazione dell'art. 18 (Codice Etico Aziendale), dell'art. 17 (Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i.), dell'art. 19 (Vicende inerenti l'Aggiudicatario), dell'art.

23 (Recesso unilaterale dal contratto).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

f.to digitalmente

IL PROCURATORE SPECIALE

Claudio Moro



OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA - APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 7 MONITOR DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK 15 ALLA SOCIETA' STRYKER ITALIA S.R.L. S.U., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 167.892,58 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall' 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'A.O. della Provincia di Lecco;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

DATO ATTO che con deliberazione n. 103 del 14.02.2022 si è proceduto all'approvazione del BPE 2022, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili per l'esercizio 2022;

VISTA la nota prot. n. 47534 del 16 novembre 2020 (agli atti d'ufficio) a firma del Direttore Generale con la quale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 delle linee guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", il Dott. Enrico Guido Ripamonti, Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato, per le procedure di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali previste nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 21 del 14 gennaio 2021:

- è stato approvato il fabbisogno di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'attuazione del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, recepito da Regione Lombardia con D.G.R. n. 3331/2020 e D.G.R. n. 3479/2020;
- sono state approvate le acquisizioni di apparecchiature elettromedicali, in base alle tipologie di affidamento previste dalla normativa vigente in materia e dalle linee guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali, per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, pubblicate da Invitalia S.p.A.;

ACCERTATO che tra le apparecchiature facenti parte del suddetto piano dei fabbisogni sono presenti "n. 7 monitor defibrillatori", da destinarsi al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lecco, da acquisirsi in affidamento previa trattativa diretta, come riportato al paragrafo VI "Modalità di Acquisto" delle "Linee Guida per l'utilizzo dell'Elenco dei Fornitori di attrezzature medicali" di Invitalia;

ACQUISITA con nota del 23 dicembre 2021 della U.O.C. Ingegneria Clinica (agli atti d'ufficio) la richiesta per l'acquisizione di n. 7 monitor defibrillatori;

VISTA la relazione tecnica a firma congiunta del Direttore e della Coordinatrice Infermieristica della U.O.C. Pronto Soccorso Lecco (agli atti d'ufficio), ricevuta in data 23 dicembre 2021 quale allegato alla suddetta nota della U.O.C. Ingegneria Clinica, in cui:

- si dichiara che il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso richiede un incremento delle dotazioni elettromedicali fondamentali all'attività di emergenza-urgenza,
- si riportano le caratteristiche tecniche dei monitor defibrillatori di cui è richiesta l'acquisizione,
- si evidenzia, in considerazione dei momenti di elevato carico operativo dell'ambiente di Pronto Soccorso, la necessità di avere a disposizione apparecchiature di grande affidabilità, massima robustezza, facilità d'uso e familiarità da parte di tutto lo staff,
- si afferma le predette considerazioni, l'esperienza acquisita, l'analisi di dettaglio degli apparecchi proposti portano la scelta tecnica verso apparecchi di alta gamma in grado di offrire a operatori e utenti la massima garanzia globale,
- si comunica, infine, che la scelta è rappresentata dai monitor defibrillatori modello "Lifepak 15", prodotto da Stryker Corporation (già Physio-Control Corporation), in considerazione della familiarità d'uso nell'emergenza clinica tra gli operatori sanitari, nonché la presenza delle medesime apparecchiature nella shock-room del Pronto Soccorso di Lecco;

ACCERTATO che nell'ambito degli elenchi di apparecchiature redatti da Invitalia S.p.A. appartenenti alle categorie di cui all'Allegato 1 "Piani di Riorganizzazione – Schede Tecniche attrezzature per terapie intensive e semi-intensive" l'unico operatore economico in grado di fornire tale modello di monitor defibrillatore è la società Stryker Italia S.r.l. S.U.;

DATO ATTO che le "Linee Guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva" del 2 novembre 2020, pubblicate da Invitalia SpA, prevedono al paragrafo VI che *"i soggetti attuatori possono procedere, a seconda dei presupposti di legge, all'affidamento diretto della fornitura oppure all'affidamento della fornitura previa negoziazione tra più fornitori o anche con un solo fornitore (trattativa diretta)"*;

CONSIDERATO che facendo seguito alle negoziazioni intercorse nei IV trimestre 2021 tra la U.O.C. Provveditorato Economato dell'ASST di Lecco e la società Stryker Italia S.r.l. S.U., con lettera trasmessa a mezzo PEC in data 15 febbraio 2022 la stessa U.O.C. ha richiesto formalmente alla ditta l'offerta per la fornitura di n. 7 monitor defibrillatori modello "Lifepak 15", con servizio di assistenza tecnica per il periodo di 24 mesi, dotati della configurazione richiesta dalle UU.OO.CC. Ingegneria Clinica e Pronto Soccorso Lecco;

ACQUISITA con nota prot. n. 10228 del 2 marzo 2022 l'offerta economica della società Stryker Italia S.r.l. S.U. per la fornitura di n. 7 monitor defibrillatori mod. "Lifepak 15", comprensiva di

servizio di assistenza tecnica per 24 mesi, per un importo complessivo pari ad € 139.534,83 IVA esclusa;

ACQUISITO, altresì, in pari data il parere favorevole espresso dalla Dirigente Responsabile della U.O.C. Ingegneria Clinica di idoneità tecnica dell'offerta pervenuta da Stryker Italia S.r.l. S.U., in relazione al fabbisogno aziendale;

VISTA la nota prot. n. 12873 del 17 marzo 2022 del Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato con la quale è stata richiesta alla società Stryker Italia S.r.l. S.U. un'ulteriore miglione economica della suddetta offerta;

ACQUISITA con nota prot. n. 13391 del 21 marzo 2022 l'ultima offerta della società Stryker Italia S.r.l. S.U. per un importo complessivo pari ad € 137.616,87 IVA esclusa;

VALUTATO, pertanto, di procedere con l'affidamento della fornitura di n. 7 monitor defibrillatori mod. "Lifepak 15" alla società Stryker Italia S.r.l. S.U., per un importo complessivo pari ad € 137.616,87 IVA esclusa, così dettagliato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.TA'	CODICE OFFERTO	CND	RDM	PREZZO UNITARIO (IVA escl.)
Lifepak 15 v4 base con SpO2, PSNI, 12 derivazioni, EtCO2, pression invasive, trend	7	99577-001474	Z12030502	1216343	€ 110.812,52
Alimentatore esterno 220v CA per Lifepak 15	7	11140-000098	Z12030580	1890458	€ 8.545,60
Piastre rigide adulti per Lifepak	7	11130-000065	C020401	accessory	€ 6.356,00
Piastre monouso quik-combo	7	11996-000093	C020401	921057	€ 274,40
Canone annuale contratto Assistenza tecnica	14	LP15LIFETIME	/	/	€ 5.821,20
Cavo USB PC per Lifepak 15 e Lifepak 12	7	11996-000369	/	/	€ 1.769,60
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000019	Z12030280	1370906	€ 414,40
Bracciale pressione riutilizzabile adulto	7	11160-000017	Z12040180	1370907	€ 414,40
Bracciale pressione riutilizzabile	7	11160-000013	Z12040180	1370909	€ 257,60
Bracciale pressione riutilizzabile neonato	7	11160-000011	Z12030280	1370910	€ 235,20
Borsa standard per Lifepak 15	7	11577-000002	/	/	€ 1.411,20
Tracolla per Lifepak 15	7	11577-000001	/	/	€ 140,00
Tasca posteriore per Lifepak 15	7	11260-000039	/	/	€ 285,60
Gancio da letto per Lifepak 15	7	11996-000374	V0880	807373	€ 879,20
IMPORTO COMPLESSIVO RISERVATO ALL'ASST DI LECCO (IVA ESCLUSA)					€ 137.616,87

DATO ATTO che la spesa complessiva, pari ad € 167.892,58 IVA inclusa, trova copertura:

- per € 47.969,31 IVA inclusa nel finanziamento di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 9216 del 7 luglio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse stanziate con D.G.R. n. XI/4928 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - Ampliamento PS - Co-finanziamento Piano di

Riordino Rete Ospedaliera in attuazione del DL 34/2020" (come confermato dalla verifica di sussistenza n. 2563 del 23 dicembre 2021, commessa n. 340),

- per € 119.923,27 IVA inclusa nel finanziamento erogato direttamente dal Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (come previsto dalla nota n. 2255 del 01.02.2021 del Commissario Straordinario), come confermato dalle verifiche di sussistenza del 23 dicembre 2021 nn. 2562 (commessa 321), 2564 (commessa 318) e 2565 (commessa 320);

CONSIDERATA la necessità di provvedere al pagamento del contributo, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari a € 30,00 in quanto la spesa per la procedura in oggetto è ricompresa nella fascia tra € 40.000,00 e € 150.000,00, ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021";

VISTA l'attestazione di copertura economica;

VISTA l'attestazione di compatibilità del Responsabile Gestore di Spesa;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di:

- approvare l'affidamento della fornitura di n. 7 monitor defibrillatori modello "Lifepak 15", comprensiva di servizio di assistenza tecnica per 24 mesi, alla società Stryker Italia S.r.l. S.U., con sede legale in Via A.G. Eiffel, n. 13/15 - 00148, Roma (RM), per un importo contrattuale pari ad € 137.616,87 IVA esclusa, dettagliato come in premessa;
- dato atto che la spesa complessiva, pari ad € 167.892,58 IVA inclusa, trova copertura:

- per € 47.969,31 IVA inclusa nel finanziamento di cui al Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 9216 del 7 luglio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse stanziare con D.G.R. n. XI/4928 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - Ampliamento PS - Co-finanziamento Piano di Riordino Rete Ospedaliera in attuazione del DL 34/2020" (come confermato dalla verifica di sussistenza n. 2563 del 23 dicembre 2021, commessa n. 340),
 - per € 119.923,27 IVA inclusa nel finanziamento erogato direttamente dal Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (come previsto dalla nota n. 2255 del 01.02.2021 del Commissario Straordinario), come confermato dalle verifiche di sussistenza del 23 dicembre 2021 nn. 2562 (commessa 321), 2564 (commessa 318) e 2565 (commessa 320);
- dare atto che la spesa complessiva di € 167.892,58 IVA inclusa è stata imputata allo stato patrimoniale della contabilità aziendale per l'anno 2022 al conto 015.020.00001 (attrezzature apparecchiature elettromedicali), Centro di Costo n. 01070501 "Pronto Soccorso Lecco";
 - dare atto che il costo pari ad € 30,00 derivante dal presente provvedimento, destinato al pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è compatibile con il budget assegnato al gestore di spesa e con il B.P.E. 2022 (conto n. 510.015.00070 "altri oneri tributari", Centro di Costo n. 99999999 "costi comuni aziendali");
 - disporre l'invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate;
 - dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'Azienda, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n.33/2009 e ss.mm.ii..

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da:

Direttore Amministrativo: MARIA GRAZIA COLOMBO

Direttore Sanitario: VITO CORRAO

Direttore SocioSanitario: ENRICO FRISONE

Direttore Generale: PAOLO FAVINI

Pratica trattata da: DAVIDE INVERNIZZI

Responsabile dell'istruttoria: ENRICO GUIDO RIPAMONTI

Dirigente/Responsabile proponente: ENRICO GUIDO RIPAMONTI

Il presente atto si compone di n. 6 pagine

**Richiesta acquisizione apparecchiatura
elettromedicale e da laboratorio****INFORMAZIONI GENERALI SUL RICHIEDENTE**PRESIDIO /
POLIAMBULATORIO:

Lecco

DIPARTIMENTO:

emergenza/urgenza

U.O.C./ U.O.S./ U.O.S.D.:

Rianimazione piano 3

CENTRO DI COSTO:

20565

INFORMAZIONI GENERALI SUL BENE RICHIESTO**INDICAZIONI SUL BENE RICHIESTO:**

QUANTITA'	DESCRIZIONE SINTETICA DEL BENE RICHIESTO
1	Monitor defibrillatore in sostituzione di quello in uso Lifepak 12

LOCAZIONE DEL BENE RICHIESTO:PRESIDIO/
POLIAMBULATORIO:

Lecco

PALAZZINA:

PIANO:

3

U.O.C./ U.O.S./ U.O.S.D.:

Rianimazione piano 3

STANZA:

CENTRO DI COSTO:

20565

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:

Nuovo apparecchiatura/accessorio (estensione parco macchine esistente)

Aggiornamento apparecchiatura/accessorio esistente

Sostituzione apparecchiatura/accessorio obsoleto

Sostituzione apparecchiatura/accessorio fuori uso

☐☐☒

n° inv.01226

☐

n° inv.

Note – Esplicitare, se necessario, la motivazione della richiesta

Quello in uso non è riparabile, rotto connettore piastre

Descrivere il tipo di attività che si intende svolgere con il bene richiesto (destinazione d'uso):

Indicare il numero approssimativo di esami / trattamenti previsti durante l'anno e durata del singolo esame/trattamento:

Il bene verrà utilizzato da altre U.O.C./ U.O.S./ U.O.S.D. o da altri Dipartimenti?

- ☐ SI (elencare tutte le U.O. interessate): _____
- ☐ NO

Il bene richiesto necessita di materiali di consumo?

- ☐ SI (indicare se monouso o pluriuso): _____
- ☐ NO

Se SI compilare la tabella sotto riportata:

Unità di misura	Quantità annua prevista	Descrizione materiale di consumo

REFERENTE DEL U.O.C. / U.O.S. / U.O.S.D.: Bous Denise

Tel. 2283

	FIRMA	DATA
<input checked="" type="checkbox"/> Direttore della U.O.C. / U.O.S. / U.O.S.D.	<u>Mitole</u>	<u>02/04/21</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Direttore di Dipartimento	<u>Mitole</u>	<u>02/04/21</u>

SPAZIO RISERVATO ALLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

Codice pratica U.O.C. Ingegneria Clinica: 2021/40

Data ricezione pratica: 12/4/2021

Modulo di avvenuta formazione

Ditta: Promed S.r.l. per conto di Stryker S.p.a.

Cliente	ASST Lecco
Località	Ospedale A. Manzoni
Ubicazione	Area Intensiva 3° piano

Apparecchiatura: Defibrillatore Lifepak 15

SN: 50320575 e 50321306


Elenco partecipanti

Data	Nome e Cognome	Mansione	Firma
23/02/23	GIORGIA SIRTORI	INF.	Giorgia Sirti
23-2-23	VALSECCI MARIA	INF.	Valeri Maria
23/02/23	MARTINA BASANI	INF.	Martina Basani
23/02/23	PARENTE MARIANGELA	INF.	PARENTE MARIANGELA
23-2-23	SPALCA SIMONE	INF.	Spalca Simone
23/02/23	ALBERTO STEFFANO	INFERMIERE	Alberto Steffano
23/02/23	DAVIDE PAGANOM	INFERMIERE	DAVIDE PAGANOM
23/02/23	VALBOCCHI GIUSEPPE	INFERMIERE	Valbochi Giuseppe
23/02/23	SCHIEZ FERNANDO	INF.	Schiez Fernando

Argomenti trattati:

Data: 23/02/2023

Firma:



Modulo di avvenuta formazione

Ditta: Promed S.r.l. per conto di Stryker S.p.a.

Cliente	ASST Lecco
Località	Ospedale A. Manzoni
Ubicazione	Neuroranimazione

Apparecchiatura: Defibrillatore Lifepak 15

SN: 50320575 e 50321306

Elenco partecipanti

Data	Nome e Cognome	Mansione	Firma
3/3/23	LOCA CONCA	INFERMIERE	<i>Loa Conca</i>
3/3/23	MARIA LUCCHETTI	INFERMIERE	<i>Maria Lucchetti</i>
3/3/23	MAURO TELI	INFERMIERE	<i>Mauro Teli</i>
3/3/23	MADDALENA TIOZZA	INFERMIERE	<i>Maddalena Tiozza</i>
3/3/23	PIOLA PUGNI	MEDICO	<i>Piola Pagni</i>
3/3/23	MARIA MARZUKI	MEDICO	<i>Maria Marzuki</i>
03/03/23	MARIO POTENTINO	MEDICO	<i>Mario Potentino</i>
3/3/23	ANGELA FORZIERI	MEDICO	<i>Angela Forzieri</i>
3/3/23	MADDALENA PERAFINI	MEDICO	<i>Maddalena Perafini</i>
3/3/23	MARTA CLAUDIA FORZIERI	MEDICO	<i>Marta Claudia Forzieri</i>
3/3/23	CRISTINA PAVIERI	MEDICO	<i>Cristina Pavieri</i>

Argomenti trattati:

Data: 03/03/2023

Firma:

Dario Tanti