



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

1° VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE TECNICA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PACCHI PROCEDURALI STERILI

In data odierna 8 novembre 2022 alle ore 14.00, la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per la fornitura di pacchi procedurali sterili (di seguito denominata Commissione) si riunisce in seduta riservata.

Sono presenti il Presidente della Commissione, Elena Spreafico, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia della ASST di Lecco, e gli ulteriori commissari, Loredana Manzoni, Infermiera della U.O.S. Dipartimentale Cardiologia Interventistica del PO di Lecco e Loretta Ferrari, RAD del Dipartimento Cardiovascolare dell'ASST di Lecco.

La Commissione riepiloga e prende atto del lavoro svolto.

Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice hanno consegnato alla U.O.C. Provveditorato – Economato la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice, debitamente compilata e sottoscritta, e accompagnata dalla copia del documento di identità.

La Commissione si è riunita in seduta riservata nelle seguenti date:

27 maggio 2022, 14 giugno 2022, 6 luglio 2022, 13 luglio, 3 agosto 2022, 8 novembre 2022 ed ha operato sempre nel plenum dei suoi componenti e non con la semplice maggioranza. Ai fini della tutela della segretezza delle offerte e della par condicio e trasparenza delle operazioni concorsuali, la Commissione ha adottato tutte le necessarie cautele per la riservatezza delle procedure di valutazione e della documentazione presentata.

**Provveditorato-Economato**

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it**RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI TECNICHE LOTTI 4 e 5:**

La Commissione ha analizzato la documentazione tecnica presentata dai concorrenti per verificare la corrispondenza con quanto chiesto nel capitolato, tenendo conto delle tolleranze previste e delle caratteristiche richieste che prevedono l'esclusione dell'offerta tecnica e ha deciso di chiedere a tutti i concorrenti l'integrazione della campionatura necessaria per la prova in uso.

Per quanto riguarda il lotto 5 l'unico concorrente, Mildas, anziché i 60 richiesti ha consegnato 59 pezzi, di cui 26 con confezioni non integre in cui la saldatura del pacco non era completa.

Per quanto riguarda il lotto 4, Betatex, anziché 10 pezzi richiesti ha consegnato 9 kit costituiti da kit + sutura esterna e un kit senza sutura mentre Novamedisan ha rispettato la data di consegna richiesta solo per 6 kit dei 10 richiesti.

La Commissione ha deciso di mandare alla prova in uso tutti i kit disponibili.

📌 LOTTO 5: PACCO PROCEDURALE STERILE PER CATETERISMO VESCICALE

La Commissione, conclusa l'analisi della documentazione tecnica dell'unico offerente MILDAS, esaminata la campionatura offerta, verificata la presenza dei requisiti tecnici generali e minimi richiesti in capitolato, considerate le risultanze delle prove in uso, alla luce dei parametri e dei requisiti previsti dal Regolamento di gara, decide i seguenti voti e giudizi tecnici assegnati all'unanimità.

			ELENA SPREAFICO		LOREDANA MANZONI		LORETTA FERRARI	
MILDAS SRL cod ME-UR-082		PESO	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A_CARATTE RISTICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli	3	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6
	A2 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	15	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6
	A3 Confezionamento e resistenza involucro esterno	5	Gravemente insufficiente, alcuni campioni sono stati consegnati già aperti	3	Gravemente insufficiente, alcuni campioni sono stati consegnati già aperti	3	Gravemente insufficiente, alcuni campioni sono stati consegnati già aperti	3
	A4 Etichettatura	5	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6
	A5 Presenza di disinfettante	2	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	20	Gravemente insufficiente Alcuni set verificati come integri poche settimane prima da parte della Commissione, al momento dell'uso si presentano aperti e non sigillati. Disinfettante, sacchetto, garze,	3	Gravemente insufficiente Alcuni set verificati come integri poche settimane prima da parte della Commissione, al momento dell'uso si presentano aperti e non sigillati. Disinfettante, sacchetto, garze,	3	Gravemente insufficiente Alcuni set verificati come integri poche settimane prima da parte della Commissione, al momento dell'uso si presentano aperti e non sigillati. Disinfettante, sacchetto, garze,	3



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

			secondo paio di guanti, telo non sono nella posizione richiesta rendendo difficoltoso l'applicazione della procedura corretta		secondo paio di guanti, telo non sono nella posizione richiesta rendendo difficoltoso l'applicazione della procedura corretta		secondo paio di guanti, telo non sono nella posizione richiesta rendendo difficoltoso l'applicazione della procedura corretta	
	B2 Caratteristiche dei teli (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	15	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6
	B3 Caratteristiche degli altri componenti del set	25	sufficiente	6	sufficiente	6	sufficiente	6
	C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	Sufficiente. Viene assicurata la consegna ordinaria in 4 giorni e in 24 h per emergenza	6	Sufficiente. Viene assicurata la consegna ordinaria in 4 giorni e in 24 h per emergenza	6	Sufficiente. Viene assicurata la consegna ordinaria in 4 giorni e in 24 h per emergenza	6
	D Relazione sostenibilità ambientale	5	Sufficiente Relazione breve, sintetica, Dichiarazioni generiche senza indicazione di specifiche certificazioni.	6	Sufficiente Relazione breve, sintetica, Dichiarazioni generiche senza indicazione di specifiche certificazioni.	6	Sufficiente Relazione breve, sintetica, Dichiarazioni generiche senza indicazione di specifiche certificazioni.	6

Alla luce delle valutazioni espresse nella tabella soprastante, la commissione decide all'unanimità di escludere il concorrente dalle fasi successive della gara

LOTTO 4: PACCO PROCEDURALE STERILE PER PACE MAKER

La Commissione, conclusa l'analisi della documentazione tecnica dei tre offerenti, esaminata e confrontata la campionatura offerta, verificata la presenza dei requisiti tecnici generali e minimi richiesti in capitolato, considerate le risultanze delle prove in uso, alla luce dei parametri e dei requisiti previsti dal Regolamento di gara, assegna i seguenti voti e giudizi tecnici.

			ELENA SPREAFICO		LOREDANA MANZONI		LORETTA FERRARI		
BETATEX cod MTT1014/SF3224SE			PESO	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A_CARATTE RISTICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli e dei camici	15	Insufficiente, tasca e zona rinforzo più piccola del richiesto	5	Insufficiente, tasca e zona rinforzo più piccola del richiesto	5	Insufficiente, tasca e zona rinforzo più piccola del richiesto	5	
	A2 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	5	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	
	A3 Confezionamento e	5	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

	resistenza involucro esterno		nei campioni l'ago è esterno		nei campioni l'ago è esterno		nei campioni l'ago è esterno	
	A4 Etichettatura	5	Sufficiente. nei campioni la descrizione è errata	6	Sufficiente. nei campioni la descrizione è errata	6	Sufficiente. nei campioni la descrizione è errata	6
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	10	Insufficiente. Il posizionamento o dei camici non è conforme a quanto richiesto	4	Insufficiente. Il posizionamento o dei camici non è conforme a quanto richiesto	4	Insufficiente. Il posizionamento o dei camici non è conforme a quanto richiesto	4
	B2 Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	30	Gravemente insufficiente. La posizione reciproca di tasche e foro rende il telo non adatto all'uso. Le tasche si scollano	3	Gravemente insufficiente. La posizione reciproca di tasche e foro rende il telo non adatto all'uso. Le tasche si scollano	3	Gravemente insufficiente. La posizione reciproca di tasche e foro rende il telo non adatto all'uso. Le tasche si scollano	3
	B3 Caratteristiche dei camici (comfort, resistenza, idrorepellenza...)	10	Sufficiente	6	Sufficiente	6	Sufficiente	6
	B4 Caratteristiche degli altri componenti del set	10	Gravemente insufficiente. La forma della cuffia, a sacchetto anziché tonda la rende poco adatta all'uso, si evidenzia che un ago si è spezzato durante l'uso	3	Gravemente insufficiente. La forma della cuffia, a sacchetto anziché tonda la rende poco adatta all'uso, si evidenzia che un ago si è spezzato durante l'uso	3	Gravemente insufficiente. La forma della cuffia, a sacchetto anziché tonda la rende poco adatta all'uso, si evidenzia che un ago si è spezzato durante l'uso	3
	C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	Sufficiente. Viene assicurata la consegna urgente in 48 ore. Relazione generica che descrive l'organizzazione e aziendale	6	Sufficiente. Viene assicurata la consegna urgente in 48 ore. Relazione generica che descrive l'organizzazione e aziendale	6	Sufficiente. Viene assicurata la consegna urgente in 48 ore. Relazione generica che descrive l'organizzazione e aziendale	6
	D Relazione sostenibilità ambientale	5	Discreto. Relazione ampia, descrittiva, viene indicata la certificazione ai sensi di ISO 14001:2015.	8	Discreto. Relazione ampia, descrittiva, viene indicata la certificazione ai sensi di ISO 14001:2015.	8	Discreto. Relazione ampia, descrittiva, viene indicata la certificazione ai sensi di ISO 14001:2015.	8



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

			ELENA SPREAFICO		LOREDANA MANZONI		LORETTA FERRARI	
FEMA cod MD 03 03004/LEC		PESO	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A_CARATTERISTICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli e dei camici	15	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6
	A2 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	5	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6
	A3 Confezionamento e resistenza involucro esterno	5	Discreto. Confezione robusta	8	Discreto. Confezione robusta	8	Discreto. Confezione robusta	8
	A4 Etichettatura	5	Più che Sufficiente. Corretta in tutte le parti	7	Più che Sufficiente. Corretta in tutte le parti	7	Più che Sufficiente. Corretta in tutte le parti	7
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	10	sufficiente All'apertura occorre fare attenzione perché sigillo della sterilizzazione è adesivo al punto che tende a strappare il telo madre	6	sufficiente All'apertura occorre fare attenzione perché sigillo della sterilizzazione è adesivo al punto che tende a strappare il telo madre	6	sufficiente All'apertura occorre fare attenzione perché sigillo della sterilizzazione è adesivo al punto che tende a strappare il telo madre	6
	B2 Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale (morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)	30	Gravemente Insufficiente. La posizione reciproca di tasche e foro rende il telo non adatto all'uso. La posizione del foro rispetto al lato craniale del telo non è corretta per l'uso (troppo lungo il lato copertura piedi). Il telo madre è poco assorbente	3	Gravemente Insufficiente. La posizione reciproca di tasche e foro rende il telo non adatto all'uso. La posizione del foro rispetto al lato craniale del telo non è corretta per l'uso (troppo lungo il lato copertura piedi). Il telo madre è poco assorbente	3	Gravemente Insufficiente. La posizione reciproca di tasche e foro rende il telo non adatto all'uso. La posizione del foro rispetto al lato craniale del telo non è corretta per l'uso (troppo lungo il lato copertura piedi). Il telo madre è poco assorbente	3
	B3 Caratteristiche dei camici (comfort, resistenza, idrorepellenza...)	10	Sufficiente	6	Sufficiente	6	Sufficiente	6
	B4 Caratteristiche degli altri componenti del set	10	Insufficiente. L'apertura dei bisturi è difficoltosa mettendo a rischio l'operatore	4	Insufficiente. L'apertura dei bisturi è difficoltosa mettendo a rischio l'operatore	4	Insufficiente. L'apertura dei bisturi è difficoltosa mettendo a rischio l'operatore	4



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	Più che sufficiente Relazione breve e generica Viene dichiarata la disponibilità all'aggiornamento o tecnologico e alla consegna della merce entro 8 ore in caso di urgenze e nella stessa giornata di richiesta n caso di necessità straordinaria	7	Più che sufficiente Relazione breve e generica Viene dichiarata la disponibilità all'aggiornamento o tecnologico e alla consegna della merce entro 8 ore in caso di urgenze e nella stessa giornata di richiesta n caso di necessità straordinaria	7	Più che sufficiente Relazione breve e generica Viene dichiarata la disponibilità all'aggiornamento o tecnologico e alla consegna della merce entro 8 ore in caso di urgenze e nella stessa giornata di richiesta n caso di necessità straordinaria	7
D Relazione sostenibilità ambientale	5	Più che sufficiente. Relazione che fa riferimento soprattutto alle certificazioni dei fornitori	7	Più che sufficiente. Relazione che fa riferimento soprattutto alle certificazioni dei fornitori	7	Più che sufficiente. Relazione che fa riferimento soprattutto alle certificazioni dei fornitori	7

			ELENA SPREAFICO		LOREDANA MANZONI		LORETTA FERRARI	
NOVAMEDISAN cod KIT/566A			GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)	GIUDIZIO	VOTO (DA 1 A 10)
A_CARATTERISTICHE TECNICHE	A1 Caratteristiche tecniche dei teli e dei camici	15	Insufficiente, la zona di rinforzo è più piccola del richiesto	5	Insufficiente, la zona di rinforzo è più piccola del richiesto	5	Insufficiente, la zona di rinforzo è più piccola del richiesto	5
	A2 Caratteristiche tecniche degli altri componenti del set	5	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6	Sufficiente.	6
	A3 Confezionamento e resistenza involucro esterno	5	Discreto. Confezione robusta	8	Discreto. Confezione robusta	8	Discreto. Confezione robusta	8
	A4 Etichettatura	5	Più che Sufficiente. Corretta in tutte le parti	7	Più che Sufficiente. Corretta in tutte le parti	7	Più che Sufficiente. Corretta in tutte le parti	7
B_PROVA IN USO	B1 Facilità apertura, composizione del set e facilità di prelievo dei componenti	10	Più che sufficiente. Composizione e sequenza corretta, apertura facile	7	Più che sufficiente. Composizione e sequenza corretta, apertura facile	7	Più che sufficiente. Composizione e sequenza corretta, apertura facile	7
	B2 Caratteristiche del telo avvolgente e procedurale	30	Sufficiente	6	Sufficiente	6	Sufficiente	6



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it

	(morbidezza, drappeggiabilità, resistenza, adesività...)							
	B3 Caratteristiche dei camici (comfort, resistenza, idrorepellenza...)	10	Più che Sufficiente. Camici traspiranti e confortevoli	7	Più che Sufficiente. Camici traspiranti e confortevoli	7	Sufficiente	7
	B4 Caratteristiche degli altri componenti del set	10	Sufficiente	6	Sufficiente	6	Sufficiente	6
	C Servizio post-vendita e assistenza tecnica al cliente	5	Sufficiente Relazione breve e generica È dichiarata la disponibilità ad aggiornament o tecnologico Nessuna informazione circa eventuali consegne in urgenza.	6	Sufficiente Relazione breve e generica È dichiarata la disponibilità ad aggiornament o tecnologico Nessuna informazione circa eventuali consegne in urgenza.	6	Sufficiente Relazione breve e generica È dichiarata la disponibilità ad aggiornament o tecnologico Nessuna informazione circa eventuali consegne in urgenza.	6
	D Relazione sostenibilità ambientale	5	Sufficiente Relazione breve, sintetica, con dichiarazioni generiche.	6	Sufficiente Relazione breve, sintetica, con dichiarazioni generiche.	6	Più che Sufficiente Relazione breve, sintetica ma completa	7

Alla luce delle valutazioni espresse nella tabella soprastante, la commissione decide all'unanimità di escludere i concorrenti Betatex e Fema dalle fasi successive della gara.

I punteggi relativi all'applicazione delle formule previste per il calcolo del voto medio ponderato e del punteggio qualità dei lotti di gara valutati sin ora sono di seguito riportate nella tabella denominata "Quadro comparativo qualità":

Quadro comparativo qualità

LOTTO 4 PACCO PROCEDURALE STERILE PER PACE MAKER												
	A) CARATTERISTICHE TECNICHE				B) PROVA IN USO				C	D	Voto medio ponderato	PUNTEGGIO QUALITÀ
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4				
PESO →	15	5	5	5	10	30	10	10	5	5		
BETATEX SPA	Offerta esclusa											
FE.MA SRL	Offerta esclusa											
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	5,00	6,00	8,00	7,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,33	6,22	70,00



Provveditorato-Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail e.ripamonti@asst-lecco.it**LOTTO 5 PACCO PROCEDURALE STERILE PER CATETERISMO VESCICALE**

	A) CARATTERISTICHE TECNICHE					B) PROVA IN USO			C	D
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3		
	3	15	5	5	2	20	15	25	5	5
MILDAS SRL	Offerta esclusa									

Al termine, la Commissione decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta riservata che verrà fissata per la verifica degli altri lotti

Null'altro essendo in discussione, la riunione si conclude alle ore 16.30

Lecco, 08 novembre 2022

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

I COMPONENTI