



Inventario SIC: 33579

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119576		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORP
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



## DATI TECNICI GENERALI:

Fornitore assistenza tecnica:

Periodicità MP:

Periodicità VS:

Periodicità CQ:

Alimentazione

Tipo (se elettrico):

☒ Interna

☐ Esterna, classe I

☐ Esterna, classe II

☐ Non Elettrico

} ☐ Alim. dal principale

☐ B  
☐ BF  
☐ CF

Manuale d'uso: ☒ NO

In Italiano: ☒ NO

Marcatura CE (o dichiarazione di conformità):

☒ NO

Norme generali ☒ CEI 62-5

☐ CEI 66-5

Verifiche particolari:

☐ Defibrillatori

☐ Pompe di infusione

☐ Elettrobisturi

☐ Lampade scialitiche

☐ Incubatrici

☐ Ventilatori

☐ Misurazione parametri paziente

CEI 62-13, 62-46, 62-47

CEI 62-99, 62-108

CEI 62-11, 62-43

CEI 62-118

CEI 62-22, 62-41, 62-145

CEI 62-141, 62-142

CEI 62-71, 62-76 (elettrocardiografi)

CEI 62-74 (pressione non invasiva)

CEI 62-125 (monitor)

## DATI TECNICI SPECIFICI (dati di targa):

Medicale: ☒ NO

Con parte applicata: SI ☒

Se elettrico:

Connessione:

☐ A spina

☐ Permanente

☒ Altro (es. sonde eco)

☐ Nessuna

Se a spina:

☐ Schuko

☐ A pettine

☐ Connettore a vaschetta

☐ Industriale blu 3 poli

☐ Industriale rossa 4 poli

☐ Industriale rossa 5 poli } ☐ 16 A ☐ 32 A

Potenza/Assorbimento

Tensione: 3V

Alimentazione

☐ Monofase

☐ Trifase

☐ Continua

### **ISPEZIONE VISIVA, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALI**

	R	NR	NA
1) Integrità dell'apparecchiatura (involucri, sportelli, maniglie, guarnizioni, connessioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Sicurezza meccanica: stabilità, ruote e freni, parti mobili, masse sospese, fine corsa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Rispondenza tra i valori nominali dei fusibili (accessibili) e i dati di targa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Controllo accensione (spie luminose, video, segnalazioni acustiche)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Protezione da infiltrazione liquidi: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Verifica di sicurezza elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Rispondenza alle verifiche particolari / funzionali del caso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Taratura / calibrazione / controllo qualità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Collaudo clinico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

R = Rispondente  
NR = Non Rispondente  
NA = Non Applicabile

### **SOSTITUZIONE PER RIPARAZIONI**

<i>Nuova matricola</i>	<i>Nuovo modello</i>	<i>Data dismissione strumento precedente</i>	<i>Data collaudo strumento nuovo</i>

Note particolari



### **AUTORIZZAZIONE INGRESSO APPARECCHIATURA:**

In data 18/06/2023 si riscontra che il collaudo è:

☒ Superato

l'apparecchiatura risulta conforme alle norme di sicurezza e alle esigenze dell'utilizzatore, limitatamente alle verifiche effettuate

☐ Superato con riserva

l'apparecchiatura risulta sostanzialmente conforme, ma sono stati richiesti al fornitore alcuni aggiornamenti, modifiche o correzioni (*specificare in nota a pag.3*)

☐ riserva sciolta in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_


☐ Non superato

l'apparecchiatura non risulta conforme

☐ deve essere resa al fornitore definitivamente: non si prevede che possa essere riportata entro le specifiche di sicurezza/funzionalità richieste

☐ si rimane in attesa di una risposta da parte del fornitore per eventuali adeguamenti (*se del caso, specificare in nota a pag.3*)

Il tecnico




### **CONSEGNA:**

In data 18/06/2023 il sottoscritto GARA TROZZI dichiara di aver ricevuto e preso in carico l'apparecchiatura di cui al presente verbale, coi suoi accessori e manuali, e di essere adeguatamente formato all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa; si impegna in alternativa a provvedere a tale formazione per sé o comunque per gli utilizzatori del reparto.

Il ricevente

(responsabile del reparto o suo delegato)







**Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: Ing. Caterina Gennaro  
Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco  
Tel. 0341.489438  
Fax. 0341.489139  
e-mail: sic@asst-lecco.it

Alla c.a.

**Dr. ENRICO GUIDO  
RIPAMONTI**

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

Lecco, 5/5/2023

**OGGETTO: TRASMISSIONE "Accertamento delle Prestazioni Eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)" ORDINE 1606/2023-SIC DEL 04/04/2023**

Con la presente si trasmette il modulo "Accertamento delle Prestazioni Eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)" relativo al collaudo di n. 10 termometri collaudati il 18/04/2023 ad evasione totale/parziale della fornitura prevista nell'ordine.

Cordiali saluti.

**S.C. INGEGNERIA CLINICA**

*Marta Castoldi*

Allegato: Accertamento delle prestazioni eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio)



**Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: Ing. Caterina Gennaro  
 Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco  
 Tel. 0341.489438  
 Fax. 0341.489139  
 e-mail: sic@asst-lecco.it

**ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE**  
**(COLLAUDO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DA LABORATORIO)**

**DATI CONTRATTO:**

Esecutore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.		
Numero delibera:	/	Data delibera:	/
Numero contratto:	LET. PROT. N. 0045940/21U	Data contratto:	13/10/2021
		Importo contratto:	€ 199,00 (IVA ESCLUSA)
R.U.P.:	DOTT. ENRICO GUIDO RIPAMONTI	Nomina: (prov. e data)	/
D.E.C.: (se diverso dal R.U.P.)	ING. CATERINA GENNARO	Nomina: (prov. e data)	DEL. N. 682 del 29/10/2020
Atti aggiuntivi: (se presenti)	/	Atti aggiuntivi: (se presenti)	/
Numero ordine:	1606/2023-SIC	Data ordine:	04/04/2023

**ACCERTAMENTI:**

**Oggetto di accertamento: fornitura di n. 10 termometri**

- Rispetto dei tempi di consegna;
- Rispetto dei tempi di installazione e collaudo;

	n° giorni di inosservanza	eventuale penale [€]
Osservanza tempi di consegna	0	0
Osservanza tempi di installazione e collaudo	0	0
	Eventuale penale [€]	0

	rispondente	non rispondente	non applicabile
Personale tecnico intervenuto			x



SI CERTIFICA

- ☒ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, non comporta l'applicazione di eventuali penali.
- ☐ che la fornitura, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è eseguita e che il risultato ottenuto dall'analisi interna, a oggi, comporterebbe l'applicazione di penali. Contestualmente si propone l'applicazione di una penale pari al ... % del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

SI ACCERTA

che il fornitore ha/~~non ha~~ ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione eventualmente di quanto sopra indicato.

Pertanto

SI ATTESTA

208,95 (IVA 5%)  
che può essere liquidato l'importo di € 242,78 con IVA relativo alla fornitura di n. 10 termometri.  
Si invita l'ufficio preposto alla riscossione della penale, se prevista.

Note:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA  
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO  
INGEGNERIA CLINICA

Data

02/05/2023

IL DEC

Letto e confermato:

Data

04/05/2023

IL RUP  
IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Guido Ripamonti

Allegati: All. 1 Report (n.1 foglio)  
All. 2 Penale (n.1 foglio)



PENALE	PENALE PER GIORNO DI RITARDO PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA PREVISTA DAL CONTRATTO	DATA EFFETTIVA	GIORNI DI RITARDO	IMPORTO APPARECCHIATURA	IMPORTO PENALE SENZA IVA
consegna	1‰	/	07/04/2023	0	€ 199,00	€ 0,00
installazione e collaudo	1‰	/	18/04/2023	0	€ 199,00	€ 0,00
					<b>totale senza IVA</b>	<b>€ 0,00</b>





**Ingegneria Clinica**

Direttore f.f.: Ing. Caterina Gennaro

Via dell'Eremo, 9/11 - 23900 Lecco

Tel. 0341.489438

Fax. 0341.489139

e-mail: sic@asst-lecco.it

Alla c.a.

**Dr. ENRICO GUIDO  
RIPAMONTI**

**S.C. GESTIONE ACQUISTI**

Lecco, 5 / 5 / 2023

**OGGETTO: TRASMISSIONE COLLAUDO ORDINE 1606/2023-SIC DEL 04/04/2023**

Con la presente si trasmette il collaudo relativo a n. 10 termometri collaudati il 18/04/2023.

Tutti gli originali saranno conservati presso la S.C. Ingegneria Clinica.

Cordiali saluti.

**S.C. INGEGNERIA CLINICA**

*Marta Ca Stoldi*

Allegato: verbale di collaudo (pag. n° 10)





Inventario SIC: 33572

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119552		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	CARDIOVASCOLARE		
S.C./S.S./S.S.D	CHIRURGIA VASCOLARE-LECCO		
Palazzina:	PALAZZINA CLIN	Piano:	QUARTO PIAN
		Stanza:	CAMERE DEGENZA QUARTO PIANO P/
Centro di Costo:	01050401 CHIRURGIA VASCOLARE-LECCO		

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33573

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119568		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33574

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119560		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORP
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33575

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119556		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901 INEGNERIA CLINICA-LECCO		

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33576

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119551		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33577

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119503		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33578

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119585		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33579

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119576		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORP
Centro di Costo:	99030901 INEGNERIA CLINICA-LECCO		

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presehza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33580

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119587		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	





Inventario SIC: 33581

**Verbale di collaudo e accettazione**  
**apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio**

**DATI ANAGRAFICI:**

Tipo bene:	TERMOMETRO		
Produttore:	SHENZEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		
Modello:	A200		
Matricola:	GA200201119575		
(N. Assistenza):			
Numero di Repertorio:	1937072	CND:	V03010102
Codifica CIVAB:	TME	Accessorio/componente di:	
Presidio:	LECCO		
Dipartimento:	STAFF DIREZIONE SANITARIA		
S.C./S.S./S.S.D	INGEGNERIA CLINICA-LECCO		
Palazzina:		Piano:	
		Stanza:	MAGAZZINO SIC PIANO TERRA CORPO
Centro di Costo:	99030901	INGEGNERIA CLINICA-LECCO	

**DATI ECONOMICI:**

Numero di delibera:		data delibera:	
Numero di ordine:	1606/2023-SIC	data ordine:	04/04/2023
Fornitore:	MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL		
Forma di presenza:	ACQUISTO	Cespite:	
Costo di acquisto: (iva esclusa)	19,90	Conto COGE:	410.001.00006
Numero ddt:	580	data ddt:	06/04/2023
Data presa in carico:	07/04/2023	Data ver. sicurezza:	18/04/2023 00:00:00
Scadenza garanzia (in caso di acquisto, sconto merce, donazione,...)	17/04/2025	Scadenza contratto (in caso di service, comodato, noleggio,...)	



Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi  
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco**

DATA: 18/04/2023

Nr. VERIFICA	33579	APPARECCHIO	Termometro		
Nr. STB					
Nr. ENTE	/				
Nome File Scheda		Codice CIVAB	TME	Norma di riferimento	CEI EN 62353

Presidio_Padiglione		Cod Padiglione_Reparto di ubicazione		Ubicazione	
OSP_LECCO		INGEGNERIA CLINICA		INGEGNERIA CLINICA	
				Piano: 4	Stanza N.: -
Produttore		Modello		Matricola	
SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO. LTD.		A200		GA200201119576	
Targa	Marchio CE	Stato d'uso	Reparto di proprietà		
PRESENTE	0123	OK	INGEGNERIA CLINICA		
Stato - Utilizzo			Struttura sistema		
Stato di conservazione	Livello di utilizzo		Tipologia aggregazione		Nr. STB master
OK	OK		/		/

#### IDENTIFICAZIONE

Classe	Serigrafia	Tipo	Serigrafia	Parte applicata
/	PRESENTE	/	/	/

#### SERIGRAFIE ALIMENTAZIONE

Alimentazione	Tensione di alimentazione	Potenza - Corrente	Indicazione 0/1 su int.
SORGENTE INTERNA	3V	/	/

#### CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE

Connessione rete	Da alimentatore	Da trasformatore
/	/	/

#### PRESE AUSILIARIE

Numero prese ausiliarie	Prese compatibili spine alimentazione
/	/

#### SPINA

Tipo	Corrente max (A)
/	/
Marchio	Compatibilità prese impianto
/	/

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Sovracorrenti	Posizione	
/		
Nr. poli protetti	Tipo → Automatici	
→ Fusibili	Valore dich.	Valore pres.
Serigrafia	Contatti diretti	
	SI	
Pericoli meccanici	Temperature eccessive	
SI	SI	

#### CAVO

Separabile	Bloccaggio dell'involucro	Integrità dell'isolamento	Protez. attrav. l'involucro
/	/	/	/



Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi  
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco**

DATA: 18/04/2023

Nr. VERIFICA	33579		<b>Termometro</b>
Nr. STB		<b>APPARECCHIO</b>	
Nr. ENTE	/		
Nome File Scheda		Codice CIVAB	TME      Norma di riferimento      CEI EN 62353

**PARAMETRI**


<b>CORRENTE ASSORBITA</b>			
<b>TEST DI TERRA E DESCRIZIONE DEL PUNTO DI CONATTO</b>		<b>PRESE AUSILIARIE (mOhm)</b>	
R1 (mOhm)	R2 (mOhm)		
/			
<b>RESISTENZA DI ISOLAMENTO</b>			
Tipo RETE-INVOLUCRO		/	
Tipo INVOLUCRO-PA		/	
<b>CORRENTI DI DISPERSIONE ( Valori in microAmpere )      METODO UTILIZZATO      <input checked="" type="checkbox"/> DIRETTO      <input type="checkbox"/> DIFFERENZIALE      <input type="checkbox"/> ALTERNATIVO</b>			



N.B.: se si utilizza uno STRUMENTO DI MISURA MQA90 o ESA 601: per le prove delle CORRENTI DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE (parti applicate) SCOLLEGARE L'INVOLUCRO in corrispondenza delle boccole/connettori dedicati alla connessione delle parti applicate, RIPRISTINARE L'USUALE COLLEGAMENTO FRA STRUMENTO DI MISURA ED APPARECCHIATURA TESTATA ed eseguire la misura, in modalità manuale, delle correnti di dispersione delle parti applicate (tipo BF e CF). IL MANCATO SCOLLEGAMENTO DELL'INVOLUCRO DALLE BOCCOLE/CONNETTORI DEDICATI ALLE PARTI APPLICATE DURANTE L'ESECUZIONE DI TALE PROVA COMPORTEREBBE L'INDUZIONE DI UNA TENSIONE DI 220V SULL'INVOLUCRO DELL'APPARECCHIATURA TESTATA CON CONSEGUENTE PERICOLO PER IL PERSONALE VERIFICATORE.

<b>TIPO PA 1</b>		<b>ULTERIORI PARTI APPLICATE</b>	
		Tipo PA2:	Tipo PA3:
Dispersione nell'apparecchio	/		
Dispersione nel paziente			
<b>N. SIC DEI COMPONENTI DEL SISTEMA</b>			

<b>MOTIVI DI NON CONFORMITA'</b>	<b>INTERVENTI NECESSARI</b>
L1:	
L2:	
L3:	
L4:	
STRUMENTI UTILIZZATI PER LE PROVE: FLUKE ESA 615	
<b>NOTE</b>	
LO:	

<b>CONSTATAZIONE</b> Data 18/04/23 Codice verificatore	<b>GIUDIZIO</b>  Idoneo	<b>Tecnico</b> <b>Andrea Cassera</b> Timbro e firma 
--	-------------------------------	--



Scheda di verifica in base alle norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali e da laboratorio e dei sistemi  
CEI 62-148 Fascicolo 9558E

CLIENTE: **A.O. Lecco**

DATA: 18/04/2023

Nr. VERIFICA	33579	APPARECCHIO	Termometro		
Nr. STB					
Nr. ENTE	/				
Nome File Scheda		Codice CIVAB	TME	Norma di riferimento	CEI EN 62353

#### LIMITI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

**NORMA TECNICA**  
EN 62353:2008-01 → CEI 62-148 I ed. Fascicolo 9558e

Art. 5.3.2

TIPOLOGIA APPARECCHIO	PUNTI DI MISURAZIONE DELLA RESISTENZA R	LIMITE:
Apparecchi muniti di cavo non separabile	R tra conduttore di protezione e connettore di terra dell'alimentazione e parti accessibili conduttive messe a terra	300 mΩ
Apparecchi con cavo separabile	R cavo singolo	100 mΩ
	R tra il morsetto di terra di protezione e le parti accessibili conduttive messe a terra	200 mΩ
	R tra il connettore di terra dell'alimentazione e le parti accessibili conduttive messe a terra	300 mΩ
Apparecchi alimentati con presa multipla	R tra il connettore della terra di protezione dell'alimentazione principale della presa multipla e tutte le parti conduttive accessibili messe a terra	500 mΩ

Art. 5.3.3

VERIFICA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE INVOLUCRO			
CLASSE	TIPO P.A.	METODO	LIMITE
I	B	Alternativo	1000 μA
		Diretto o Differenziale	500 μA
	BF	Alternativo	1000 μA
		Diretto o Differenziale	500 μA
	CF	Alternativo	1000 μA
		Diretto o Differenziale	500 μA
II	B	Alternativo	500 μA
		Diretto o Differenziale	100 μA
	BF	Alternativo	500 μA
		Diretto o Differenziale	100 μA
	CF	Alternativo	500 μA
		Diretto o Differenziale	100 μA

VERIFICA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE PARTI APPLICATE			
CLASSE	TIPO P.A.	METODO	LIMITE
I	BF	Alternativo	5000 μA
		Diretto	5000 μA
	CF	Alternativo	50 μA
		Diretto	50 μA
II	BF	Alternativo	5000 μA
		Diretto	5000 μA
	CF	Alternativo	50 μA
		Diretto	50 μA
A.I.	BF	Alternativo	5000 μA
		Diretto	5000 μA
	CF	Alternativo	50 μA
		Diretto	50 μA



**DECLARATION OF CONFORMITY  
TO COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC OF 14 JUNE 1993  
CONCERNING MEDICAL DEVICES**



**MANUFACTURER:** SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO., LTD.  
RM6H02, BLOCK 27-29, TIANXIA IC INDUSTRIAL PARK, MAJIALONG, NO. 133 OF YIYUAN ROAD,  
NANTOU STREET, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

**MEDICAL DEVICE:** INFRARED THERMOMETER A200  
UMDNS / EDMS(EDMA) CODE: 14036 GMDNS CODE: 14036

**CLASSIFICATION - ANNEX IX:** CLASS IIA, RULE 10

**CONFORMITY ASSESSMENT ROUTE:** ANNEX II (EXCLUDE.4)

WE, THE MANUFACTURER, HEREWITH DECLARE THAT THE STATED MEDICAL DEVICES  
MEET THE TRANSPOSITION INTO NATIONAL LAW, THE PROVISIONS OF COUNCIL DIRECTIVE  
93/42/EEC OF 14 JUNE 1993 CONCERNING MEDICAL DEVICES;  
INCLUDING, AT 21 MARCH 2010, THE AMENDMENTS BY COUNCIL DIRECTIVE 2007/47/EEC.  
ALL SUPPORTING DOCUMENTATION IS RETAINED AT THE PREMISES OF THE MANUFACTURER.

**ATTACHED: LIST OF STANDARDS**

1. MDD 93/42/EEC
2. ISO13485:2016
3. IEC 60601-1:2005+CORR.1:2006+CORR.2:2007+A1:2012
4. EN 60601-1-2: 2015
5. IEC 60601-1-11:2015
6. ISO 80601-2-56:2017
7. EN ISO14971:2012
8. ISO10993-1:2018
9. ISO10993-5:2009
10. ISO10993-10:2010
11. EN 62304:2006/A1:2015
12. EN 62366-1:2015
13. ISO 15223-1:2016
14. EN1041:2008
15. MEDDEV 2.7.1: 2016 REV.4

**NOTIFIED BODY:** TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH  
RIDLERSTR 65, D-80339 MÜNCHEN, GERMANY

**IDENTIFICATION NUMBER**

**CE** 0123

**(EC) CERTIFICATE(S):** NO. G1 073767 0013 Rev.00

**EC REP**

**EUROPEAN REPRESENTATIVE:**

SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)  
EIFFESTRASSE 80, 20537 HAMBURG, GERMANY





Benannt durch/Designated by  
Zentralstelle der Länder  
für Gesundheitsschutz  
bei Arzneimitteln und  
Medizinprodukten  
www.zlg.de  
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

## EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)

(Devices in Class IIa, IIb or III)

**No. G1 073767 0013 Rev. 00**

### Manufacturer:

**Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd.**

RM6H02, Block 27-29

Tianxia IC Industrial Park, Majialong

No.133 of Yiyuan road, Nantou Street

Nanshan District

518052 Shenzhen

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

### Facility(ies):

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd.

RM6H02, Block 27-29, Tianxia IC Industrial Park, Majialong,

No.133 of Yiyuan road, Nantou Street, Nanshan District, 518052

Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd. Bao'an Branch.

3/F, Block B, Bldg 6, Industrial Zone of Yusheng, No. 467 of 107

National Highway, Gushu intersection, Xixiang Street, Bao'an

District, 518126 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Dongguan Tianyuan Medical Devices Co., Ltd.

5/F, Bldg A, No.68 of Junma Road, Xinmalian Village, Dalang

Town, 523797 Dongguan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

### Product Category(ies): Fetal Dopplers, Pulse Oximeters, Nebulizers and Infrared Thermometers

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

### Report No.:

GZ18133EXT01

### Valid from:

2019-02-03

### Valid until:

2024-02-02

### Date,

2019-01-24

Stefan Preiß

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®



**DECLARATION OF CONFORMITY  
TO COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC OF 14 JUNE 1993  
CONCERNING MEDICAL DEVICES**

START OF CE-MARKING:

AUG. 2017

PLACE, DATE OF DECLARATION:

SHENZHEN, FEB. 3, 2019

SIGNATURE:

HUA XIE  
NAME: HUA XIE

POSITION: GENERAL MANAGER

SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO., LTD.  
深圳市正生技术有限公司  
SHENZHEN CHINA  
深圳



# CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:  
CERT-17319-2006-AQ-VEN-SINCERT

Data Prima Emissione:  
15 Maggio 2006

Validità:  
24 dicembre 2020 - 23 dicembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

**MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.r.l.**

Via Molinetto, 28 - 31017 Crespano del Grappa (TV) - Italia

È conforme allo Standard:

**ISO 13485:2016**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

**Gestione della progettazione e della produzione e immissione in commercio di dispositivi medici non attivi non impiantabili, per la cura delle ferite, sterili e non sterili, per chirurgia, ginecologia, ortopedia e di dispositivi medici per terapia termica; commercializzazione e distribuzione di dispositivi e presidi medici, elettromedicali ed attrezzature sanitarie per i settori ospedaliero e industriale.**

Luogo e Data:  
**Vimercate (MB), 22 dicembre 2020**



SGQ N° 003 A	EMAS N° 009 P
SGA N° 003 D	PRD N° 003 B
SGE N° 007 M	PRS N° 094 C
SCR N° 004 F	SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento  
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF  
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM  
e PRD e di MLA ILAC per gli schemi di accreditamento  
LAB, MED, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione:  
**DNV GL - Business Assurance**  
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate  
(MB) - Italy

**Zeno Beltrami**  
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. [www.dnvgli.it](http://www.dnvgli.it)



# CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:  
CERT-11965-2003-AQ-VEN-SINCERT

Data Prima Emissione:  
26 marzo 2003

Validità:  
24 dicembre 2020 - 23 dicembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

**MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.r.l.**

Via Molinetto, 28 - 31017 Crespano del Grappa (TV) - Italia

È conforme allo Standard:


**ISO 9001:2015**

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

**Gestione della produzione e vendita di prodotti medicali, paramedicali ed articoli sanitari; commercializzazione di prodotti medicali, paramedicali, articoli sanitari, attrezzature medico ospedaliere ed apparecchi scientifici (IAF 29, 19)**

Luogo e Data:  
Vimercate (MB), 22 dicembre 2020

Per l'Organismo di Certificazione:  
DNV GL - Business Assurance  
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate  
(MB) - Italy




**Zeno Beltrami**  
Management Representative





**Bancali EPAL a rendere. Se non resi saranno addebitati.**









Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco  
C.F. - P.I. 03622120131

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

- Ingegneria Clinica 0341-489438  
0341-489448  
- Magazzino Lecco 0341-489794  
- Magazzino Merate 039-5916387  
E-mail: sic@asst-lecco.it

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 1606	04/04/2023	1 di 2

[ DEP: SIC ] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

Spett.le: (109557)

MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL  
VIA ASCOLANA 26/B  
31017 CRESANO DEL GRAPPA (TV)  
TEL: 0423/53874617  
FAX: 0423/538748

commerciale@megapharma.it

Dep. Emittente: **SIC (Servizio Ing. Clinica)** CODICE UNIVOCO UFFICIO per invio fattura elettronica: UFDLTC  
Consegna: **08.30 - 12.30 dal Lunedì al Venerdì**  
Presso: **MAGAZZINO ECONOMALE - VIA DELLA FILANDA, 11 - 23900 LECCO**  
Note:

Per comunicazioni relative al seguente Ordine contattare: **Arnoldi Alessia - Tel.: 0341-489438**

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	VALORE	IVA
1	<b>Ns.Cod.: 91999</b> <b>Cod. Articolo Produttore: 20T25582</b> TERMOMETRO NO CONTACT A INFRAROSSI Ref. Produttore: 20T25582 CIG: ZDB32E5763 Per: 20200 SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA LC	PZ	10,00	19,90000	0,00	199,00	22

**Note:**

Si chiede cortesemente di contattare la S.C. Ingegneria Clinica (Tel. 0341-489136) per concordare la data di consegna.

Garanzia di 24 mesi a seguito di collaudo favorevole.

## Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
- 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
- 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
- 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
- 5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine.

NB. NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INViate IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.





Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco

Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco

C.F. - P.I. 03622120131

- Ingegneria Clinica 0341-489438

0341-489448

- Magazzino Lecco 0341-489794

- Magazzino Merate 039-5916387

E-mail: sic@asst-lecco.it

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
1 - 2023 - 1606	04/04/2023	2 di 2

[ DEP: SIC ] Codice commessa/convenzione: #UFDLTC#

RIFERIMENTI CONTRATTO (SERIE / NUMERO) - (DELIBERA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
C2021/1908 45940 del 13/10/2021	199,00	43,78	242,78
	<b>199,00</b>	<b>43,78</b>	<b>242,78</b>

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica

## Condizioni generali di fornitura:

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del Contratto.
  - 2) Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e della Circolare INAIL del 24/03/2011, per l'acquisizione d'Ufficio del D.U.R.C., il Fornitore è tenuto a comunicare: Codice Fiscale, CCNL applicato al personale dipendente, Numero dipendenti, Matricola Aziendale INPS e Sede Competente, Codice ditta INAIL, Sede Legale, Sede Operativa, Recapito Corrispondenza.
  - 3) Ai fini del pagamento, RIPORTARE SEMPRE il numero del presente Ordine su DDT e Fatture.
  - 4) Termini di pagamento 60 giorni data ricevimento fattura - Trasporto e imballo a carico del Fornitore.
  - 5) Se il prezzo applicato sull'ordine non è conforme al vostro listino, vi chiediamo di formalizzarci un'offerta prima dell'evasione dell'ordine.
- NB: NON VERRANNO ACCETTATE FATTURE INVIATE IN DATA ANTECEDENTE RISPETTO ALL'EFFETTIVA CONSEGNA DELLA MERCE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.







## Provveditorato Economato

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

Spett.le

**Megapharma Ospedaliera s.r.l.****Unipersonale**

Via Asolana, 26/b

31017 Pieve del Grappa (TV)

2021?  
C2019/1908n. 10 Tamaretti  
COC SIC

inviata tramite SINTEL

**Oggetto: aggiudicazione lotto 2 "fornitura termometri frontali" della procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura piccole attrezzature sanitarie**

Con riferimento alla procedura espletata su piattaforma SINTEL, Id. n. 144479792, si comunica che questa Amministrazione ha aggiudicato la suddetta fornitura a codesta rispettabile Società, alle condizioni previste dai documenti della procedura e dall'offerta economica, ossia:

CIG: ZDB32E5763

Descrizione	Q.tà	Codice offerto	Codice CND	Numero Repertorio	Importo unitario (IVA esclusa)	Importo totale (IVA esclusa)
Termometro no contact a infrarossi	10	20T25582	V03010102	1937072	€ 19,90	€ 199,00

Garanzia: 24 mesi

Fatturazione: a seguito di collaudo positivo

Pagamento: 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura

Come previsto dalla documentazione di gara, la scrivente ASST si riserva l'opzione di acquisto successivo di ulteriori attrezzature alle condizioni di aggiudicazione, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, per i 36 mesi successivi alla data di aggiudicazione.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lecco

**Provveditorato Economato**

Direttore: Dr. Enrico Guido Ripamonti

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.489049

Fax 0341.489059

e-mail [e.ripamonti@asst-lecco.it](mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it)

Per tutte le altre condizioni si rinvia alla Vostra offerta tecnica, alla Vostra offerta economica e alle condizioni prescritte nel capitolato speciale e nel regolamento di gara.

La presente costituisce contratto per la procedura in oggetto. Una copia della presente dovrà essere firmata digitalmente e inviata all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.asst-lecco.it](mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it).

Distinti saluti.

Il Direttore

U.O.C. Provveditorato Economato  
Dott. Enrico Guido Ripamonti

Il Legale Rappresentante

Megapharma Ospedaliera s.r.l. Unipersonale

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Guido Ripamonti  
Pratica gestita da: Sig. Marco Mainetti - Tel. 0341-253981

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  
Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131  
[www.asst-lecco.it](http://www.asst-lecco.it)







## Megapharma Ospedaliera s.r.l. unipersonale

capitale sociale € 50.000,00 - Reg. Imp. TV 25056 - R.E.A. 185002 - C.F. e Part. IVA 02032400265 - cod. fatturazione W7YVJK9  
sede legale e magazzino: via Asolana, 26/b loc. Crespano - 31017 Pieve del Grappa (TV) - ID PEPPOL 9906:IT02032400265  
uffici e recapito corrispondenza: via Molinetto, 28 loc. Crespano - 31017 Pieve del Grappa (TV) - Italia  
tel. +39 0423 538746 - fax +39 0423 538748 - [info@megapharma.it](mailto:info@megapharma.it) - [megapharma@pcert.it](mailto:megapharma@pcert.it) - [www.megapharma.it](http://www.megapharma.it)

Spett.le  
**ASST LECCO**  
**Via dell'Eremo 9/11**  
**23900 Lecco (LC)**

Pieve del Grappa, 23/09/2021

Oggetto: "Procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura di piccole attrezzature sanitarie"  
ID Sintel 144479792; dichiarazione.

Il sottoscritto Antonio Petranich nato a Crespano del Grappa (TV) il 19/12/1954 residente a Pieve del Grappa (TV) in Via Monte Grappa n. 64 in qualità di Legale Rappresentante della ditta Megapharma Ospedaliera s.r.l. Unipersonale con sede in Pieve del Grappa (TV) in via Asolana n. 26/b,

dichiara che:

- I dispositivi oggetto di richiesta non sono apparecchiature tali da prevederne l'installazione, ma prodotti "pronti all'uso" dal semplice utilizzo; pertanto la presente offerta non include attività sul posto quali installazione, collaudo, formazione del personale, manutenzioni periodiche, ecc...;
- eventuali richieste di assistenza saranno gestite a distanza in via telefonica in orario d'ufficio o a mezzo email, la presa in carico avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta; eventuali problemi tecnici verranno poi sottoposti al fabbricante, per i quali i tempi di risoluzione saranno definiti a seconda del caso;
- la garanzia dei prodotti è di tipo standard, per 24 mesi, che copre per soli difetti e non per danni derivanti da usura, cattive condizioni di utilizzo/manutenzione/conservazione;
- l'offerta è valida per consegna in unica soluzione per ogni singolo lotto.

Distinti saluti,

Il Presidente  
(Antonio Petranich)





AL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI PER LA FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE

Il sottoscritto Antonio Petranich  
nato a Crespano del Grappa (TV) il 19/12/1954  
in qualità di legale rappresentante della Società Megapharma Ospedaliera s.r.l. Unipersonale

con sede in Pieve del Grappa (TV)  
n. codice fiscale 02032400265 n. partita IVA 02032400265  
e sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente Montebelluna (TV)

OFFRE

alle condizioni tutte previste nei documenti di gara

FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE SANITARIE

SI RICHIEDE DI SUDDIVIDERE I VALORI OFFERTI NEL MODO Più ANALITICO POSSIBILE - SUDDIVIDENDO APPARECCHIATURA, SERVIZI E ACCESSORI

CIG:

DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	CODICE OFFERTO	DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO	CODICE CND	NUMERO REPERTORIO	IMPORTO UNITARIO APPARECCHIATURA IVA ESCLUSA	IMPORTO TOTALE APPARECCHIATURE IVA ESCLUSA	IMPORTO GARANZIA PER 24 MESI IVA ESCLUSA	IMPORTO TOTALE OFFERTO (IMPORTO APPARECCHIATURE + IMPORTO GARANZIA)
Termometro no contact a infrarossi	10	20T25582	Termometro no contact a infrarossi	V03010102	1937072	€ 19,90	€ 199,00	VEDERE NOTE GARANZIA	VEDERE NOTE GARANZIA
TOTALE FORNITURA									

PERCENTUALE DI SCONTO SUL LISTINO: NON DISPONIBILE NELL'ULTIMA EDIZIONE DEL LISTINO (indicare il listino di riferimento): NON DISPONIBILE  
NELL'ULTIMA EDIZIONE DEL LISTINO

La percentuale di sconto sopraindicata oer ogni singolo componente è estesa ad eventuali ulteriori prodotti presenti a listino e relativi alla medesima linea, non espressamente  
offerti.

ALiquota IVA: 5%



Si dichiara che l'eventuale contratto sarà sottoscritto dal Sig. Antonio Petranich

..... nato il 19/12/1954 a Crespano del Grappa (TV) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

2



**ALLEGATO A - Lotto 2**

		descrizione	riferimento
1	DITTA PRODUTTRICE	SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO., LTD.	MANUALE
2	DITTA DISTRIBUTRICE	GIMA S.p.A.	SCHEDA TECNICA
3	MODELLO	25582	SCHEDA TECNICA
4	CODICE CIVAB	ND	ND
5	CODICE CND	V03010102	SCHEDA TECNICA
6	NUMERO DI REPERTORIO	1937072	SCHEDA TECNICA
7	ANNO PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO	ND	ND
8	ANNO DI IMMISSIONE DELLA VERSIONE ATTUALE	ND	ND
9	CARATTERISTICHE		
	Termometro		
1	Frontale a infrarosso	SI	SCHEDA TECNICA
2	Display LCD	SI	SCHEDA TECNICA
3	spegnimento automatico	SI	SCHEDA TECNICA
4	peso contenuto	SI	SCHEDA TECNICA
5	alimentazione a batteria	SI	SCHEDA TECNICA
10	CARATTERISTICHE GENERALI		
1	dimensioni	168x54x44 mm	SCHEDA TECNICA
2	peso	75 g	SCHEDA TECNICA
11	RISPONDENZA NORMATIVA		
1	conformità alle norme CEI (specificare)	ND	MANUALE
2	classe e tipo secondo norme CEI	ND	MANUALE
3	conformità CE	SI	DICHIARAZIONE
4	classe secondo D.Lgs. 46/97 e successivo aggiornameno D.Lgs. 47/07 (recepimento direttiva 93/42/CEE) o secondo il nuovo Regolamento n. 2017/745	IIa	MANUALE
5	marchi di qualità posseduti (specificare+allegare certificazioni)	SI (FORNITORE)	ISO 9001 ISO 13485
12	REFERENZE		
1	numero di installazioni sul territorio nazionale	ND	ND
2	numero di apparecchiature installate l'anno precedente	ND	ND
13	ASSISTENZA TECNICA		
1	garanzia (durata ed eventuali esclusioni)	18 MESI	MANUALE
2	corso di istruzione agli operatori (descrivere)	NO	VEDERE DICHIARAZIONE
3	disponibilità per parti di ricambio ed accessori (anni)	IL DISPOSITIVO NON RICHIEDE PARTI DI RICAMBIO	IL DISPOSITIVO NON RICHIEDE PARTI DI RICAMBIO
4	ditta incaricata dell'assistenza	FORNITORE (ASSISTENZA INIZIALE)	FORNITORE (ASSISTENZA INIZIALE)



5	sede principale dell'assistenza	FORNITORE (ASSISTENZA	FORNITORE (ASSISTENZA
6	sede dell'assistenza più vicina	FORNITORE (ASSISTENZA	FORNITORE (ASSISTENZA
7	numero dei tecnici delle sede più vicina	ND	VEDERE DICHIARAZIONE
8	numero dei tecnici specializzati sull'apparecchiatura	ND	VEDERE DICHIARAZIONE
9	presenza di manuali d'uso e tecnico in italiano	SI	MANUALE
10	numero annuo di interventi di manutenzione preventiva	NON PREVISTI	VEDERE DICHIARAZIONE
11	tempo massimo di fermo macchina annuo stimato (giorni lavorativi)	ND	VEDERE DICHIARAZIONE
14	<b>DETTAGLIO CONFIGURAZIONE OFFERTA SENZA PREZZI (elenco dei principali componenti, accessori ed eventuali software)</b>	IL DISPOSITIVO NON RICHIEDE COMPONENTI ED ACCESSORI	IL DISPOSITIVO NON RICHIEDE COMPONENTI ED ACCESSORI

#### NOTE

- 1) Le informazioni dovranno essere **sintetiche, concise, non dispersive ed esaurienti** rispetto a quanto richiesto.
- 2) L'indicazione "OPZIONALE" sarà interpretata come dotazione mancante anche se possibile in futuro.
- 3) Ad ogni risposta dovrà essere affiancato (nell'apposita casella) il riferimento preciso del punto della relazione tecnica (o di qualsiasi altro documento presentato) dal quale sono stati ricavati i dati riportati.



[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## A INFRAROSSO A200

**IMPORTANTI ISTRUZIONI DI  
SICUREZZA DA LEGGERE PRIMA**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN POSTO SICURO

**PRIMA DI INIZIARE** 2  
Precauzioni e avvertenze 2

**Nota bene**  
Per assicurare rilevazioni accurate questo strumento medico deve essere utilizzato secondo le istruzioni

1. Modalità Corrente  
Modalità per la  
zione tempera-  
fondata

selezionare l'unità di misura della temperatura

Premere a lungo il pulsante di misurazione per 5 secondi di fino a quando si segnerà °C o °F viene visualizzato sul display come mostrato nella figura. Premere nuovamente il pulsante di misurazione per selezionare l'unità °C o °F.

1

PRIMA DI INIZIARE

**NOTA:** Sabbath

INFORMAZIONI DETTAGLIATE

1

termometro viene utilizzato su

1

Tabella 1 Range di temperatura normale nelle va-

### EFFETTUARE LA MISURAZIONE

°C

**36.9**

Leggere il risultato.  
La misurazione verrà eseguita  
in 1 secondo, il risultato viene  
mostrato insieme all'illumi-  
nazione a LED e un lungo segnale  
acustico, un altro breve segnale  
acustico conferma il salvatag-  
gio del risultato in memoria e la  
disponibilità per la misurazione  
successiva.

## Come funziona

OTA:

**funzionalità principali**

1

100

variazione della temperatura di essiccazione

Posizionare la sonda vicino all'oggetto, accertarsi che la sonda sia piatta e vicina all'oggetto, non inclinata. Eseguire una misurazione con una distanza entro 3 cm. Quindi, premere il pulsante di misurazione per eseguire la misurazione.

- Sensore a infrarossi
- Luce Led
- Schermo
- Misurazione/Tasto M
- Tasto ON/OFF
- Tasto Modalità
- Livello batteria

thermo

Modalità misurazione su corpo  
 Modalità misurazione su oggetto  
 Indicatore di memoria  
 Temperatura  
 Unità Temperatura

1

Leggi il risultato.  
La misurazione verrà eseguita in 1 secondo, il risultato viene mostrato insieme all'illuminazione a LED e un lungo segnale acustico, un altro breve segnale acustico conferma il salvataggio del risultato in memoria e la disponibilità per la misurazione successiva.

## MEMORIA

Assicurarsi che il termometro sia spento prima di richiamare la memoria.

Premere  per accedere alla memoria.


Ogni volta che si preme il pulsante di memoria, un risultato verrà visualizzato nell'ordine delle date (l'ultimo risultato mostrato per primo), insieme a "MEM" e numero (da 1 a 25).

Quando la memoria è piena, il risultato più vecchio viene eliminato aggiungendo quello nuovo. Quando l'ultimo risultato è visualizzato sul display, premere di nuovo il pulsante Memory per tornare al primo risultato.

1. Premere il pulsante di misurazione per alcuni secondi fino a quando sul Display non viene visualizzato "C" °C

1. Premere il pulsante ON/OFF, il segnale a Led o OFF verrà visualizzato sul display come mostrato nella figura.

#### Sostituzione della batteria

termometro necessita di due batterie alcaline AA da 1,5 V. Lo strumento visualizzerà  se per avvisare quando la carica dello strumento si esaurisce, si prega di seguire i passaggi seguenti per sostituire immediatamente le batterie.

1. Rimuovere il coperchio della batteria nella direzione indicata dall'immagine.
2. Rimuovere le vecchie batterie e sostituirle con due batterie alcaline da 1,5 V AAA. Fare attenzione ad abbinare le indicazioni positive (+) e negative (-).

3. Chiudere il coperchio seguendo la direzione indicata dall'immagine.

2







